



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE015/2026-SESA

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Crateús e respectivos membros da Equipe de Apoio, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00009.20260323/0001-22, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº PE015/2026-SESA.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Saúde, MAPP - 5540, e visando a modernização e o fortalecimento da infraestrutura tecnológica dos serviços de saúde de Crateús.

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (RS)	DATA/HORA
09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	73.399,50	24/04/2026 18:31:27
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	600.020,92	27/04/2026 10:02:38
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	994.209,00	27/04/2026 15:49:29
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	4.446.302,00	28/04/2026 09:29:26
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	3.594.985,68	28/04/2026 10:11:36
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	2.869.047,85	28/04/2026 11:59:45
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	1.128.060,50	28/04/2026 13:23:47
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	SIM	488.542,00	28/04/2026 14:45:28
18.826.959/0001-46	ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA	NÃO	676.825,05	28/04/2026 15:37:19
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	SIM	576.138,15	28/04/2026 16:07:04
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	NÃO	1.945.000,00	28/04/2026 16:11:49
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	SIM	1.100.505,66	28/04/2026 16:23:52
00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	NÃO	461.331,98	28/04/2026 16:28:34



	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			
23.178.900/0001-29	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	SIM	514.600,00	28/04/2026 16:34:33
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	2.075.007,87	28/04/2026 16:46:07
21.579.468/0001-52	TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	NÃO	223.410,00	28/04/2026 17:08:04
01.545.179/0001-25	GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	97.314,75	28/04/2026 17:30:03
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	2.522.844,84	28/04/2026 17:45:26
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	4.871.898,00	28/04/2026 19:51:04
20.339.865/0001-94	MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI	SIM	547.839,53	28/04/2026 20:49:13

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	1.0	174.575,00	174.575,00	28/04/2026 09:29:26
	<p>Marca: b'PHILIPS'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia de tecnologia avançada destinado ao diagnóstico por imagem, indicado para exames ultrassonográficos em ambiente clínico e hospitalar; apresenta capacidade para aquisição e processamento de imagens em alta resolução, múltiplos modos de exame (B-mode, Doppler colorido e pulsado), conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e requisitos de instalação compatíveis com ambiente climatizado e alimentação elétrica padrão institucional; inclui console com monitor, transdutor(es) apropriado(s) ao uso pretendido e manual de operação; manutenção preventiva periódica e calibração conforme recomendação do fabricante; operador deve ser profissional capacitado; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	1.0	174.575,62	174.575,62	28/04/2026 16:46:07
	<p>Marca: b'GE'</p> <p>Fabricante: GE</p> <p>Modelo / Versão: EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia de tecnologia avançada destinado ao diagnóstico por imagem, indicado para exames ultrassonográficos em ambiente clínico e hospitalar; apresenta capacidade para aquisição e processamento de imagens em alta resolução, múltiplos modos de exame (B-mode, Doppler colorido e pulsado), conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e requisitos de instalação compatíveis com ambiente climatizado e alimentação elétrica padrão institucional; inclui console com monitor, transdutor(es) apropriado(s) ao uso pretendido e manual de operação; manutenção preventiva periódica e calibração conforme recomendação do fabricante; operador deve ser profissional capacitado; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo</p>						



	fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	174.575,00	174.575,00	28/04/2026 19:51:04
	<p>Marca: b'IMEX'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia de tecnologia avançada destinado ao diagnóstico por imagem, indicado para exames ultrassonográficos em ambiente clínico e hospitalar; apresenta capacidade para aquisição e processamento de imagens em alta resolução, múltiplos modos de exame (B-mode, Doppler colorido e pulsado), conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e requisitos de instalação compatíveis com ambiente climatizado e alimentação elétrica padrão institucional; inclui console com monitor, transdutor(es) apropriado(s) ao uso pretendido e manual de operação; manutenção preventiva periódica e calibração conforme recomendação do fabricante; operador deve ser profissional capacitado; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	174.575,00	174.575,00	28/04/2026 16:28:34
	<p>Marca: b'GE'</p> <p>Fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO, LTD</p> <p>Modelo / Versão: Versana Premier</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de ultrassonografia.</p> <p>Aparelho de Ultrassonografia: Sistema digital com doppler colorido de alta resolução com 8.899.048 canais digitais de processamento destinado ao diagnóstico por imagem em ambiente clínico e hospitalar.</p> <p>Equipamento de fácil mobilidade com quatro rodas articuladas, montadas sobre rodízios com sistema de freios com travas e puxadores nas partes dianteira e traseira; Painel de controle touch-screen, ergonômico com ajuste de altura e rotação; Tela de toque LED 15,6" que simplifica e agiliza a operação; monitor de 23,8 polegadas LED de alta definição com braço articulado; quatro portas ativas para conexão de quatro transdutores universais com seleção eletrônica e sem uso de adaptadores; Teclado digital na tela de toque e teclado físico retrátil retroiluminado; Imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas e anotações.</p> <p>Modos de Imagem: B, M, Doppler colorido, Pulsado (PW) e de amplitude. B-Flow. Software de agulha. Imagem trapezoidal. Auto-IMT.</p> <p>Conectividade total via protocolo DICOM 3.0 para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico (Pacs/prontuário).</p> <p>03 (três) transdutores (Convexo, Linear e Endocavitário) com frequências compatíveis para exames abdominais. De pequenas partes e ginecológicos/obstétricos.</p> <p>Transdutores inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Transdutor Convexo com frequências de 2,0 a 5,0 MHz; • 01 Transdutor Linear com frequências de 4,0 a 13 MHz; • 01 Transdutor Endocavitário com frequências de 4,0 a 10,0 MHz; <p>Requisitos de instalação compatíveis com ambiente - alimentação elétrica bivolt automático.</p> <p>Manual de operação em português.</p> <p>Manutenção preventiva periódica e calibração conforme recomendação do fabricante.</p> <p>Instalação e treinamento operacional.</p> <p>Responsável pelo transporte. Desembarque e conferência dos equipamentos no município de Crateú-CE.</p> <p>Instalação e fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante. Sem ônus adicional, com carga horária (8h) e cronograma a serem informados pelo fornecedor.</p> <p>Incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte. Seguros durante o trânsito.</p>						

4 2



	Garantia de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento entrega física.						
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	NÃO	1.0	174.000,00	174.000,00	28/04/2026 13:23:47
	<p>Marca: b'MINDRAY' Fabricante: Mindray Modelo / Versão: Consona N7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM CONSONA N7 (SUB - 2164B-CTO-S01)</p> <p>Registro Anvisa: 80943619021</p> <p>TRANSDUTOR CONVEXO C6-1 - MINDRAY - CONSONA N7 (SUB: 120-022920-00)</p> <p>TRANSDUTOR LINEAR L13-3 - MINDRAY - CONSONA N6 - CONSONA N7 (SUB: 120-022396-00)</p> <p>TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO V11-3 P/ CONSONA N7 - N8 - N9 (SUB.: 120-022404-00)</p>						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1.0	174.575,62	174.575,62	28/04/2026 10:11:36
	<p>Marca: b'EDAN' Fabricante: EDAN Modelo / Versão: EDAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia de tecnologia avançada destinado ao diagnóstico por imagem, indicado para exames ultrassonográficos em ambiente clínico e hospitalar; apresenta capacidade para aquisição e processamento de imagens em alta resolução, múltiplos modos de exame (B-mode, Doppler colorido e pulsado), conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e requisitos de instalação compatíveis com ambiente climatizado e alimentação elétrica padrão institucional; inclui console com monitor, transdutor(es) apropriado(s) ao uso pretendido e manual de operação; manutenção preventiva periódica e calibração conforme recomendação do fabricante; operador deve ser profissional capacitado; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	174.000,00	174.000,00	28/04/2026 16:11:49
	<p>Marca: b'CHISON' Fabricante: CHISON Modelo / Versão: CBIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia de tecnologia avançada destinado ao diagnóstico por imagem, indicado para exames ultrassonográficos em ambiente clínico e hospitalar; apresenta capacidade para aquisição e processamento de imagens em alta resolução, múltiplos modos de exame (B-mode, Doppler colorido e pulsado), conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e requisitos de instalação compatíveis com ambiente climatizado e alimentação elétrica padrão institucional; inclui console com monitor, transdutor(es) apropriado(s) ao uso pretendido e manual de operação; manutenção preventiva periódica e calibração conforme recomendação do fabricante; operador deve ser profissional capacitado; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
23.178.900/0001-29	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	174.500,00	174.500,00	28/04/2026 16:34:33
	<p>Marca: b'FUNDAMENTAL' Fabricante: FUNDAMENTAL Modelo / Versão: VIV 20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia de tecnologia avançada destinado ao diagnóstico por imagem, indicado para exames ultrassonográficos em ambiente clínico e hospitalar; apresenta capacidade para aquisição e processamento de imagens em alta resolução, múltiplos modos de exame (B-mode, Doppler colorido e pulsado), conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e requisitos de instalação compatíveis com ambiente climatizado e alimentação elétrica padrão institucional; inclui console com monitor, transdutor(es) apropriado(s) ao uso pretendido e manual de operação; manutenção preventiva periódica e calibração conforme recomendação do fabricante; operador deve ser profissional capacitado; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em</p>						





conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			29/04/2026 08:37:55
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	156.000,0000	29/04/2026 08:39:42
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	171.086,8100	29/04/2026 08:39:57
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	150.000,0000	29/04/2026 08:40:12
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	173.000,0000	29/04/2026 08:42:19
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	148.900,0000	29/04/2026 08:43:40
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	145.000,0000	29/04/2026 08:43:55
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	139.900,0000	29/04/2026 08:44:41
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	130.000,0000	29/04/2026 08:44:52
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	129.900,0000	29/04/2026 08:46:00
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	125.000,0000	29/04/2026 08:46:54
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	124.900,0000	29/04/2026 08:48:27
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	120.000,0000	29/04/2026 08:48:41
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	119.900,0000	29/04/2026 08:48:56
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	115.000,0000	29/04/2026 08:49:02
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	89.000,0000	29/04/2026 08:49:46
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	85.000,0000	29/04/2026 08:49:54
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	84.400,0000	29/04/2026 08:50:23
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	80.000,0000	29/04/2026 08:50:42
Lance registrado	Lance registrado	00.029.372/0002-21	114.900,0000	29/04/2026 08:51:51
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			29/04/2026 08:52:55
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:26)			29/04/2026 08:52:55
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	08.675.394/0001-90	79.000,0000	29/04/2026 08:53:37
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	07.626.776/0001-60	90.000,0000	29/04/2026 08:54:19
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	160.000,0000	29/04/2026 08:56:44
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			29/04/2026 09:00:21
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			29/04/2026 09:00:21
Classificado	Participante(s) classificado(s)	08.675.394/0001-90	79.000,0000	-
		23.178.900/0001-29	84.400,0000	6,84%

2



		07.626.776/0001-60	90.000,0000	13,92%
		00.029.372/0002-21	114.900,0000	45,44%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	00.029.372/0002-21	110.900,0000	29/04/2026 09:00:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	08.675.394/0001-90	74.989,2000	29/04/2026 09:01:20
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			29/04/2026 09:05:21
Classificado	Participante(s) classificado(s)	33.613.876/0001-62	156.000,0000	108,03%
		11.093.169/0001-50	160.000,0000	113,36%
		02.908.738/0001-87	171.086,8100	128,15%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	155.000,0000	29/04/2026 09:06:59
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			29/04/2026 09:10:21
Encerramento	Encerrada a fase de lances			29/04/2026 09:13:36
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.675.394/0001-90, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:25	08.675.394/0001-90	74.989,2000	30/04/2026 15:24:12
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.675.394/0001-90.	08.675.394/0001-90	74.989,2000	05/05/2026 14:56:13
Desclassificação	O participante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.675.394/0001-90, R\$ 74.989,20 foi desclassificada. Motivo: não comprovou a exequibilidade de sua proposta, razão pela qual a licitante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA fica desclassificada para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL e 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA.			05/05/2026 15:24:19
Convocação	Participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29, foi convocada.			05/05/2026 15:24:31
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 06/05/2026 às 10:34	23.178.900/0001-29	84.400,0000	06/05/2026 08:33:36
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29.	23.178.900/0001-29	84.400,0000	06/05/2026 14:54:05
Desclassificação	O participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29, R\$ 84.400,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. Não enviou comprovação de exequibilidade para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL e 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA dentro do prazo estabelecido. Resta, portanto a mesma desclassificada para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL e 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA.			06/05/2026 15:00:44

Handwritten mark resembling a stylized '2' or 'Z'.



Convocação	Participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, foi convocada.			06/05/2026 15:01:21
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 06/05/2026 às 17:32	07.626.776/0001-60	90.000,0000	06/05/2026 15:31:40
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60.	07.626.776/0001-60	90.000,0000	07/05/2026 09:59:25
Desclassificação	O participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, R\$ 90.000,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Não enviou comprovação de exequibilidade para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA, dentro do prazo estabelecido. Resta, portanto a mesma desclassificada para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA.			07/05/2026 10:05:54
Convocação	Participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21, foi convocada.			07/05/2026 10:06:08
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 07/05/2026 às 12:08	00.029.372/0002-21	110.900,0000	07/05/2026 10:07:58
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21.	00.029.372/0002-21	110.900,0000	07/05/2026 14:51:13
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21, no valor de R\$ 110.900,00 (cento e dez mil, novecentos reais)			08/05/2026 10:01:08
Inabilitado	A participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21, R\$ 110.900,00 foi inabilitado. Motivo: A licitante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA não apresentou balanço patrimonial exercício 2025.			21/05/2026 14:14:40
Convocação	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, foi convocada.			21/05/2026 14:16:13
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais)			25/05/2026 08:19:43
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50			25/05/2026 09:29:07
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais)			25/05/2026 09:29:28
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 174.575,00 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados, referentes aos documentos habilitatórios dentro do prazo estipulado, a mesma será INABILITADA para o certame.			25/05/2026 11:37:01

item 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA PORTÁTIL

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
----------	------------	--------------	------------------------	-----	------------	-------------	-----------

2



02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1.0	167.468,66	167.468,66	28/04/2026 10:11:36
	<p>Marca: b'BCMED' Fabricante: BCMEDBCMED Modelo / Versão: BCMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia portátil, indicado para diagnóstico por imagem em diferentes ambientes de atendimento (ambulatório, emergência, enfermaria e campo), projetado para fácil transporte e operação, com unidade principal compacta e bateria interna para uso móvel; oferece aquisição de imagens em alta resolução, modos B-mode e opções Doppler conforme configuração do modelo, conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e compatibilidade com transdutores intercambiáveis adequados às aplicações clínicas pretendidas; inclui transdutor(es) conforme especificação, carregador e manual de operação; requisitos de instalação reduzidos com necessidade de ambiente limpo e alimentação elétrica ou recarga de bateria conforme fabricante; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência autorizada; operador deve ser profissional capacitado para manuseio e interpretação das imagens; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	1.0	167.468,66	167.468,66	28/04/2026 16:46:07
	<p>Marca: b'MINDRAY' Fabricante: MINDRAY Modelo / Versão: N6T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia portátil, indicado para diagnóstico por imagem em diferentes ambientes de atendimento (ambulatório, emergência, enfermaria e campo), projetado para fácil transporte e operação, com unidade principal compacta e bateria interna para uso móvel; oferece aquisição de imagens em alta resolução, modos B-mode e opções Doppler conforme configuração do modelo, conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e compatibilidade com transdutores intercambiáveis adequados às aplicações clínicas pretendidas; inclui transdutor(es) conforme especificação, carregador e manual de operação; requisitos de instalação reduzidos com necessidade de ambiente limpo e alimentação elétrica ou recarga de bateria conforme fabricante; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência autorizada; operador deve ser profissional capacitado para manuseio e interpretação das imagens; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	1.0	167.468,00	167.468,00	28/04/2026 09:29:26
	<p>Marca: b'SONOSCAPE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia portátil, indicado para diagnóstico por imagem em diferentes ambientes de atendimento (ambulatório, emergência, enfermaria e campo), projetado para fácil transporte e operação, com unidade principal compacta e bateria interna para uso móvel; oferece aquisição de imagens em alta resolução, modos B-mode e opções Doppler conforme configuração do modelo, conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e compatibilidade com transdutores intercambiáveis adequados às aplicações clínicas pretendidas; inclui transdutor(es) conforme especificação, carregador e manual de operação; requisitos de instalação reduzidos com necessidade de ambiente limpo e alimentação elétrica ou recarga de bateria conforme fabricante; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência autorizada; operador deve ser profissional capacitado para manuseio e interpretação das imagens; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	167.468,00	167.468,00	28/04/2026 19:51:04
	<p>Marca: b'IMEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia portátil, indicado para diagnóstico por imagem em diferentes ambientes de atendimento (ambulatório, emergência, enfermaria e campo), projetado para fácil transporte e operação, com unidade</p>						

4 2



	<p>principal compacta e bateria interna para uso móvel; oferece aquisição de imagens em alta resolução, modos B-mode e opções Doppler conforme configuração do modelo, conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e compatibilidade com transdutores intercambiáveis adequados às aplicações clínicas pretendidas; inclui transdutor(es) conforme especificação, carregador e manual de operação; requisitos de instalação reduzidos com necessidade de ambiente limpo e alimentação elétrica ou recarga de bateria conforme fabricante; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência autorizada; operador deve ser profissional capacitado para manuseio e interpretação das imagens; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	165.000,00	165.000,00	28/04/2026 16:11:49
	<p>Marca: b'CHISON' Fabricante: CHISON Modelo / Versão: SONOEYE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia portátil, indicado para diagnóstico por imagem em diferentes ambientes de atendimento (ambulatório, emergência, enfermaria e campo), projetado para fácil transporte e operação, com unidade principal compacta e bateria interna para uso móvel; oferece aquisição de imagens em alta resolução, modos B-mode e opções Doppler conforme configuração do modelo, conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e compatibilidade com transdutores intercambiáveis adequados às aplicações clínicas pretendidas; inclui transdutor(es) conforme especificação, carregador e manual de operação; requisitos de instalação reduzidos com necessidade de ambiente limpo e alimentação elétrica ou recarga de bateria conforme fabricante; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência autorizada; operador deve ser profissional capacitado para manuseio e interpretação das imagens; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	167.468,66	167.468,66	28/04/2026 17:45:26
	<p>Marca: b'MINDRAY' Fabricante: MINDRAY Modelo / Versão: MINDRAY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia portátil, indicado para diagnóstico por imagem em diferentes ambientes de atendimento (ambulatório, emergência, enfermaria e campo), projetado para fácil transporte e operação, com unidade principal compacta e bateria interna para uso móvel; oferece aquisição de imagens em alta resolução, modos B-mode e opções Doppler conforme configuração do modelo, conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e compatibilidade com transdutores intercambiáveis adequados às aplicações clínicas pretendidas; inclui transdutor(es) conforme especificação, carregador e manual de operação; requisitos de instalação reduzidos com necessidade de ambiente limpo e alimentação elétrica ou recarga de bateria conforme fabricante; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência autorizada; operador deve ser profissional capacitado para manuseio e interpretação das imagens; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	NÃO	NÃO	1.0	167.468,66	167.468,66	28/04/2026 16:28:34
	<p>Marca: b'GE' Fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO, LTD Modelo / Versão: Logiq E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Portátil - Equipamento de ultrassom portátil de alta performance (formato notebook), com modos B, M, Doppler Colorido, Doppler Pulsado, projetado para oferecer excelência no diagnóstico por imagem em diferentes ambientes de atendimento (ambulatório, emergência, enfermaria e campo). Projetado com peso de 4,5 kg com bateria acoplada para fácil transporte. Equipamento compacto e bateria interna recarregável com</p>						

A 2



	<p>autonomia de 60 minutos para uso móvel.</p> <p>Monitor integrado de 15,6 polegadas. Teclado selado, com opções de manuseio do cursor por trackpad, teclado alfanumérico e iluminação das teclas, capacitado para procedimentos de assepsia hospitalar. Frame rate 1598 quadros por segundo. Faixa dinâmica de 258 dB. Memória SSD 512 GB. 3.394.285 de canais de processamento.</p> <p>Permite arquivar e revisar imagens. Aquisição de imagens em modos B, M, Doppler Colorido e pulsado (PW). Conectividade via protocolo DICOM 3.0 para integração com sistemas de registro eletrônico; compatibilidade com transdutores intercambiáveis: inclui 02 (dois) transdutores (01 convexo e 01 Linear).</p> <p>Transdutores inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Transdutor convexo de banda larga com frequências de 2,0 a 5,0 MHz • 01 Transdutor linear de banda larga com frequências de 4,2 a 13,0 MHz <p>Carregador de bateria e manual de operação em português.</p> <p>Mala de transporte.</p> <p>Requisitos de instalação reduzidos com necessidade de ambiente limpo e alimentação elétrica bivolt automático.</p> <p>Manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência autorizada Instalação e treinamento operacional.Responsável pelo transporte. Desembarque e conferência dos equipamentos no município de Crateús-CE.</p> <p>Instalação e fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante. Sem ônus adicional, com carga horária (8h) e cronograma a serem informados pelo fornecedor.</p> <p>Incluindo material didático e certificados de participação: todas as providências e custos relativos ao transporte. Seguros durante o trânsito.</p> <p>Garantia de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento entrega</p>						
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	NÃO	1.0	167.000,00	167.000,00	28/04/2026 13:23:47
	<p>Marca: b'MINDRAY'</p> <p>Fabricante: Mindray</p> <p>Modelo / Versão: MX3</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro Anvisa: 80943619060</p> <p>ULTRASSOM MX3 (SUB.: 2362B-CTO-S01)</p> <p>TRANSDUTOR CONVEXO C5-2M MINDRAY - MX3</p> <p>TRANSDUTOR LINEAR L12-3M MINDRAY - MX3</p> <p>TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO V10-4M MINDRAY - MX3_MX5</p> <p>PEDESTAL PARA TRANSPORTE ULTRASSOM MX3 - MT1</p> <p>PW</p>						
23.178.900/0001-29	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	167.400,00	167.400,00	28/04/2026 16:34:33
	<p>Marca: b'FUNDAMENTAL'</p> <p>Fabricante: FUNDAMENTAL</p> <p>Modelo / Versão: M 20</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassonografia portátil, indicado para diagnóstico por imagem em diferentes ambientes de atendimento (ambulatório, emergência, enfermaria e campo), projetado para fácil transporte e operação, com unidade principal compacta e bateria interna para uso móvel; oferece aquisição de imagens em alta resolução, modos B-mode e opções Doppler conforme configuração do modelo, conectividade para transferência de imagens a sistemas de gestão e registro eletrônico, e compatibilidade com transdutores intercambiáveis adequados às aplicações clínicas pretendidas; inclui transdutor(es) conforme especificação, carregador e manual de operação; requisitos de instalação reduzidos com necessidade de ambiente limpo e alimentação elétrica ou recarga de bateria conforme fabricante; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência autorizada; operador deve ser profissional capacitado para manuseio e interpretação das imagens; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga</p>						

A 2



horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			29/04/2026 08:37:56
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	150.721,7900	29/04/2026 08:39:55
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	140.000,0000	29/04/2026 08:40:28
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	160.087,0000	29/04/2026 08:40:39
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	139.999,0000	29/04/2026 08:41:07
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	130.000,0000	29/04/2026 08:41:57
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	164.000,0000	29/04/2026 08:42:31
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	129.900,0000	29/04/2026 08:44:02
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	125.000,0000	29/04/2026 08:44:19
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	124.900,0000	29/04/2026 08:44:34
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	120.000,0000	29/04/2026 08:44:44
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	124.800,0000	29/04/2026 08:44:50
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	119.000,0000	29/04/2026 08:46:06
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	118.900,0000	29/04/2026 08:46:46
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	115.000,0000	29/04/2026 08:47:01
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	114.900,0000	29/04/2026 08:48:33
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	110.000,0000	29/04/2026 08:48:50
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	112.161,3200	29/04/2026 08:48:55
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	99.000,0000	29/04/2026 08:49:02
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	95.000,0000	29/04/2026 08:49:09
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	89.000,0000	29/04/2026 08:49:34
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	85.000,0000	29/04/2026 08:49:47
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	79.900,0000	29/04/2026 08:49:53
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	75.000,0000	29/04/2026 08:50:02
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	74.900,0000	29/04/2026 08:50:35
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	70.000,0000	29/04/2026 08:50:50
Lance registrado	Lance registrado	00.029.372/0002-21	79.899,0000	29/04/2026 08:52:38
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			29/04/2026 08:52:55
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:46)			29/04/2026 08:52:55
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	08.675.394/0001-90	69.000,0000	29/04/2026 08:53:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	07.626.776/0001-60	88.500,0000	29/04/2026 08:56:11

2

Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	23.178.900/0001-29	68.990,0000	29/04/2026 08:56:40
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			29/04/2026 08:56:41
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			29/04/2026 08:56:41
Classificado	Participante(s) classificado(s)	23.178.900/0001-29	68.990,0000	-
		08.675.394/0001-90	69.000,0000	0,01%
		00.029.372/0002-21	79.899,0000	15,81%
		07.626.776/0001-60	88.500,0000	28,28%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	08.675.394/0001-90	56.082,4000	29/04/2026 08:57:29
Lance	Lance registrado na etapa fechada	23.178.900/0001-29	66.890,0000	29/04/2026 08:59:52
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			29/04/2026 09:01:41
Classificado	Participante(s) classificado(s)	02.908.738/0001-87	112.161,3200	99,99%
		33.613.876/0001-62	150.721,7900	168,75%
		09.485.574/0001-71	160.087,0000	185,45%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			29/04/2026 09:06:41
Classificado	Participante(s) classificado(s)	11.093.169/0001-50	164.000,0000	192,43%
		32.644.237/0001-00	167.468,0000	198,61%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	163.000,0000	29/04/2026 09:07:06
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	144.520,0000	29/04/2026 09:10:00
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			29/04/2026 09:11:41
Encerramento	Encerrada a fase de lances			29/04/2026 09:13:44
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 08.675.394/0001-90, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:25	08.675.394/0001-90	56.082,4000	30/04/2026 15:24:12
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 08.675.394/0001-90.	08.675.394/0001-90	56.082,4000	05/05/2026 14:56:13
Desclassificação	O participante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 08.675.394/0001-90, R\$ 56.082,40 foi desclassificada. Motivo: não comprovou a exequibilidade de sua proposta, razão pela qual a licitante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA fica desclassificada para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA. 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL e 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA.			05/05/2026 15:25:44
Convocação	Participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 23.178.900/0001-29, foi convocada.			05/05/2026 15:25:57
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 23.178.900/0001-29, apresentar a	23.178.900/0001-29	66.890,0000	06/05/2026 08:33:36





	exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 06/05/2026 às 10:34			
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29.	23.178.900/0001-29	66.890,0000	06/05/2026 14:54:05
Desclassificação	O participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29, R\$ 66.890,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante CIRURGICA IBIPORA EIRELI, Não enviou comprovação de exequibilidade para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL e 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA dentro do prazo estabelecido. Resta, portanto a mesma desclassificada para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL e 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA.			06/05/2026 15:02:43
Convocação	Participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21, foi convocada.			06/05/2026 15:02:56
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 06/05/2026 às 17:33	00.029.372/0002-21	79.899,0000	06/05/2026 15:32:36
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21.	00.029.372/0002-21	79.899,0000	07/05/2026 10:01:17
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21, no valor de R\$ 79.899,00 (setenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais)			08/05/2026 10:01:08
Inabilitado	A participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21, R\$ 79.899,00 foi inabilitado. Motivo: A licitante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA não apresentou balanço patrimonial exercício 2025.			21/05/2026 14:14:39
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 160.087,00 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a licitante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados em sede de diligência, referentes à Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante atualizada e Balanço patrimonial exercício 2025 dentro do prazo estipulado, a mesma será INABILITADA para o certame.			21/05/2026 14:15:35
Convocação	Participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, foi convocada.			21/05/2026 14:16:47
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 21/05/2026 às 16:23	07.626.776/0001-60	88.500,0000	21/05/2026 14:22:43
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60.	07.626.776/0001-60	88.500,0000	22/05/2026 08:36:49
Desclassificação	O participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, R\$ 88.500,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Não enviou comprovação de exequibilidade para o item 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL dentro do prazo estabelecido. Resta, portanto a mesma desclassificada para o item 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL.			22/05/2026 08:37:55



Convocação	Participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, foi convocada.		22/05/2026 08:38:09
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 22/05/2026 às 10:40	02.908.738/0001-87	112.161,3200
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87.	02.908.738/0001-87	112.161,3200
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, no valor de R\$ 112.161,32 (cento e doze mil, cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos)		25/05/2026 08:21:16
Habilitado	Habilitada a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87		25/05/2026 09:29:14
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.908.738/0001-87, no valor de R\$ 112.161,32 (cento e doze mil, cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos)		25/05/2026 09:29:35
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 144.520,00 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados, referentes aos documentos habilitatórios dentro do prazo estipulado, a mesma será INABILITADA para o certame.		25/05/2026 11:37:01

item 3 - Eletrocardiógrafo de processamento digital para registro de 12 derivações

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	NÃO	NÃO	20.0	16.100,00	322.000,00	28/04/2026 16:11:49
	<p>Marca: b'MEDIKEE' Fabricante: MEDIKEE Modelo / Versão: MK--1200W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo de processamento digital para registro de 12 derivações, destinado à aquisição, processamento e impressão convencional de traçado digital com emissão de relatório personalizado; dispositivo com proteção contra descarga de desfibrilador, capacidade de arquivamento eletrônico de exames (uso de cartão de bolso ou mídia digital conforme modelo) e suporte para exames de esforço conforme especificação do fabricante; possui interface para salvar e transferir ECGs a sistemas de gestão e registro eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, manual de operação e, quando aplicável, mídia de armazenamento; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	20.0	16.154,97	323.099,40	28/04/2026 17:45:26
	<p>Marca: b'TRANSMAT' Fabricante: TRANSMAT Modelo / Versão: TRANSMAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo de processamento digital para registro de 12 derivações, destinado à aquisição, processamento e impressão convencional de traçado digital com emissão de relatório personalizado; dispositivo com proteção contra descarga de desfibrilador, capacidade de arquivamento eletrônico de exames (uso de cartão de bolso ou mídia digital conforme modelo) e suporte para exames de esforço conforme especificação do fabricante; possui interface para salvar e transferir ECGs a sistemas de gestão e registro eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, manual de operação e, quando aplicável, mídia de armazenamento; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à</p>						



		Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.					
20.339.865/0001-94	MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI	SIM	SIM	20.0	16.154,97	323.099,40	28/04/2026 20:49:13
		<p>Marca: b'CONTEC' Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: ECG 300G</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O ECG300G é um eletrocardiógrafo que pode coletar sinais de ECG de 12 derivações simultaneamente e imprimir formas de onda por sistema de impressão térmica. Ele apresenta, registra e exibe a forma de onda de ECG nos modos Auto ou Manual, medindo e diagnosticando os parâmetros da forma de onda do ECG automaticamente.</p> <p>Especificações Gerais: Tecnologia de processamento de sinal digital para ECG de alta qualidade, com filtros de frequência, linha de base e EMG. Coleta sinais de ECG em até 12 canais e exibe em 3, 6 ou 12 derivações. Tela de 3,5 polegadas de alta resolução para configurações de impressão, sensibilidade e filtro. Impressão manual e automática em diversos formatos. Ajuste do comprimento da forma de onda e da velocidade do papel (5-50 mm/s). Funções de autoanálise e autodiagnóstico, medindo parâmetros como HR, PR, duração P, QRS, T, QT, Q-Tc, e eixos. Memória para armazenar até 1000 exames, facilitando revisões futuras. Equipamento portátil, bivolt automático, com bateria de lítio recarregável, ajuste automático da linha de base e impressora térmica de alta resolução. Exportação em PDF via USB para PC</p> <p>Especificações Técnicas: Display: LCD Colorido 4,3 POL; Tensão de calibração: 1mV; Impedância de entrada: $\geq 2,5 M\Omega$; Ruído: $\leq 12 \mu Vp-p$; Constante de tempo: $\geq 3.2s$; Tensão de polarização duradoura: $\pm 610 mV$; Alimentação: Bivolt Automática; Faixa de frequência cardíaca: 00-250 bpm; Circuito de entrada: Proteção de desfibrilador (Opcional); Derivações: 12 derivações; Modo de aquisição: 12 canais simultâneos; Tensão: 100-240 V; Papel de Impressão: 80mm*20m; Dimensão: 315 mm (L) x 215 mm (W) x 77 mm(H); Peso: 1,6 Kg; Frequência: 50 Hz, 60 Hz; Potência de entrada: $\leq 150 VA$; Bateria: 14.8 V, 3500 mAh bateria de lítio recarregável, Registrador: Impressora térmica</p> <p>Acessórios Inclusos:</p> <p>Eletrodos torácicos (ventosa / fatia de eletrodo) 1 jogo (6 pçs)</p> <p>Eletrodos de membro (clipe de membro) 1 jogo (4 pçs)</p> <p>Cabo de derivação de ECG 10 Vias 1 peça</p> <p>Fio de equalização potencial 1 peça</p> <p>Cabo de alimentação 1peça</p> <p>Manual do usuário 1 peça</p> <p>Papel de gravação 1 peça</p> <p>Marca/Modelo: Contec ECG 300G; Fabricante: Contec Medikal Systems . Procedência: Importado.</p> <p>RMS 80298979006</p>					
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	20.0	16.154,97	323.099,40	28/04/2026 10:11:36
		<p>Marca: b'Bionet' Fabricante: Bionet Modelo / Versão: Cardio7 DICOM-I03368</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo de processamento digital para registro de 12 derivações, destinado à aquisição, processamento e impressão convencional de traçado digital com emissão de relatório personalizado; dispositivo com proteção contra descarga de desfibrilador, capacidade de arquivamento eletrônico de exames (uso de cartão de bolso ou mídia digital conforme modelo) e suporte para exames de esforço conforme especificação do fabricante; possui interface para salvar e transferir ECGs a sistemas de gestão e registro eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, manual de operação e, quando aplicável, mídia de armazenamento; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração</p>					

✗ 2



	periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	20.0	16.154,00	323.080,00	28/04/2026 19:51:04
	<p>Marca: b'MEDMAX'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo de processamento digital para registro de 12 derivações, destinado à aquisição, processamento e impressão convencional de traçado digital com emissão de relatório personalizado; dispositivo com proteção contra descarga de desfibrilador, capacidade de arquivamento eletrônico de exames (uso de cartão de bolso ou mídia digital conforme modelo) e suporte para exames de esforço conforme especificação do fabricante; possui interface para salvar e transferir ECGs a sistemas de gestão e registro eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, manual de operação e, quando aplicável, mídia de armazenamento; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	20.0	16.154,00	323.080,00	28/04/2026 09:29:26
	<p>Marca: b'CONTEC'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo de processamento digital para registro de 12 derivações, destinado à aquisição, processamento e impressão convencional de traçado digital com emissão de relatório personalizado; dispositivo com proteção contra descarga de desfibrilador, capacidade de arquivamento eletrônico de exames (uso de cartão de bolso ou mídia digital conforme modelo) e suporte para exames de esforço conforme especificação do fabricante; possui interface para salvar e transferir ECGs a sistemas de gestão e registro eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, manual de operação e, quando aplicável, mídia de armazenamento; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	20.0	16.154,97	323.099,40	28/04/2026 16:46:07
	<p>Marca: b'CONTEC'</p> <p>Fabricante: CONTEC</p> <p>Modelo / Versão: ECG 1200G</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo de processamento digital para registro de 12 derivações, destinado à aquisição, processamento e impressão convencional de traçado digital com emissão de relatório personalizado; dispositivo com proteção contra descarga de desfibrilador, capacidade de arquivamento eletrônico de exames (uso de cartão de bolso ou mídia digital conforme modelo) e suporte para exames de esforço conforme especificação do fabricante; possui interface para salvar e transferir ECGs a sistemas de gestão e registro eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, manual de operação e, quando aplicável, mídia de armazenamento; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material</p>						



	didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	20.0	16.154,97	323.099,40	28/04/2026 11:59:45
	<p>Marca: b'CMOS DRAKE - CMOS DRAKE S.A - BRASIL' Fabricante: CMOS DRAKE - CMOS DRAKE S.A - BRASIL Modelo / Versão: Eletrocardiógrafo ECG Moses, NACIONAL, G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 Eletrocardiógrafo de processamento digital para registro de 12 derivações, destinado à aquisição, processamento e impressão convencional de traçado digital com emissão de relatório personalizado; dispositivo com proteção contra descarga de desfibrilador, capacidade de arquivamento eletrônico de exames (uso de cartão de bolso ou mídia digital conforme modelo) e suporte para exames de esforço conforme especificação do fabricante; possui interface para salvar e transferir ECGs a sistemas de gestão e registro eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, manual de operação e, quando aplicável, mídia de armazenamento; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p> <p>Unidade 20 R\$ 16.154,97 dezesseis mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos R\$ 323.099,40 trezentos e vinte e três mil e noventa e nove reais e quarenta centavos Eletrocardiógrafo ECG Moses, NACIONAL, G CMOS DRAKE - CMOS DRAKE S.A - BRASIL</p>						
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	NÃO	20.0	16.000,00	320.000,00	28/04/2026 13:23:47
	<p>Marca: b'MINDRAY' Fabricante: Mindray Modelo / Versão: R300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro Anvisa: 80943619057</p> <p>ELETROCARDIOGRAFO BENEHEART R300 MINDRAY (SUB: M506B-PA00020)</p> <p>CABO INTEGRADO DE ECG 10 VIAS, TIPO CLIP, IEC PARA BENEHEART R3/R12</p> <p>KIT ELETRODOS PERIFERICOS PARA ECG (CARDIOCLIP) EC6406 IEC ADULTO MINDRAY</p> <p>KIT ELETRODOS PRECORDIAIS PARA ECG EC6402 IEC ADULTO MINDRAY</p>						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	SIM	20.0	16.155,00	323.100,00	27/04/2026 15:49:29
	<p>Marca: b'CONTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo de processamento digital para registro de 12 derivações, destinado à aquisição, processamento e impressão convencional de traçado digital com emissão de relatório personalizado; dispositivo com proteção contra descarga de desfibrilador, capacidade de arquivamento eletrônico de exames (uso de cartão de bolso ou mídia digital conforme modelo) e suporte para exames de esforço conforme especificação do fabricante; possui interface para salvar e transferir ECGs a sistemas de gestão e registro eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, manual de operação e, quando aplicável, mídia de armazenamento; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	NÃO	NÃO	20.0	16.154,97	323.099,40	27/04/2026 10:02:38

8

2



PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
<p> Marca: b'COMEN' Fabricante: COMEN Modelo / Versão: H3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: COMEN </p> <p> MODELO: H3 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA ANVISA: 80047309204 ELETRCARDIOGRAFO - H3 - 3 CANAIS </p> <p> Tela de exibição: - Tela LED LCD de 6,2 polegadas com operação de tela sensível ao toque - Detecção inteligente de luz ambiente com ajuste automático de brilho. - Exibição simultânea de 12 formas de onda de ECG </p> <p> Gravação e armazenamento: - Os tipos de papel suportados são rolo de 80 mm x 20 m ou papel dobrado - Suporta impressão matricial linear térmica integrada e impressão a laser externa - Armazena até 10.000 casos, salve como imagens binárias - Suporta servidor FTP, pode carregar e baixar dados de casos de rede remota a qualquer momento. - Importação e exportação de casos via pen drive USB </p> <p> Características: - Possui uma função de revisão de ECG que pode revisar 10 minutos de formas de onda de ECG e a impressão de dados de forma de onda de 12 derivações por 10 segundos em 10 minutos - Com ativação automática em espera e função de desligamento de temporização - Suporta mouse externo, teclado, leitor de código de barras - Operação de tela de toque total, deslizando para cima e para baixo para selecionar funções, fácil de operar - Suporte para função de pesquisa de registros médicos, pesquisa difusa por nome e número de identificação. </p>					



LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			29/04/2026 08:37:56
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	15.900,0000	29/04/2026 08:38:21
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	15.995,0000	29/04/2026 08:38:43
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	8.250,0000	29/04/2026 08:40:15
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	8.000,0000	29/04/2026 08:40:35
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	11.426,0500	29/04/2026 08:40:55
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	8.170,0000	29/04/2026 08:41:16
Lance registrado	Lance registrado	20.339.865/0001-94	7.900,0000	29/04/2026 08:42:33



Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	15.500,0000	29/04/2026 08:42:48
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	10.226,6600	29/04/2026 08:43:39
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	7.800,0000	29/04/2026 08:43:48
Lance registrado	Lance registrado	20.339.865/0001-94	7.500,0000	29/04/2026 08:44:04
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	7.400,0000	29/04/2026 08:44:28
Lance registrado	Lance registrado	20.339.865/0001-94	7.300,0000	29/04/2026 08:44:56
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	7.200,0000	29/04/2026 08:46:18
Lance registrado	Lance registrado	20.339.865/0001-94	7.100,0000	29/04/2026 08:47:42
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	7.000,0000	29/04/2026 08:49:15
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	7.025,0000	29/04/2026 08:50:27
Lance registrado	Lance registrado	20.339.865/0001-94	6.900,0000	29/04/2026 08:51:10
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	6.800,0000	29/04/2026 08:51:53
Lance registrado	Lance registrado	20.339.865/0001-94	6.700,0000	29/04/2026 08:52:18
Lance registrado	Lance registrado	20.782.880/0001-02	6.600,0000	29/04/2026 08:52:25
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			29/04/2026 08:52:55
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:15)			29/04/2026 08:52:55
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.339.865/0001-94	6.500,0000	29/04/2026 08:52:57
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.782.880/0001-02	6.400,0000	29/04/2026 08:53:05
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.339.865/0001-94	2.699,0000	29/04/2026 08:54:23
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	20.782.880/0001-02	4.036,8500	29/04/2026 08:54:41
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	07.626.776/0001-60	4.320,0000	29/04/2026 08:55:37
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			29/04/2026 08:57:10
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			29/04/2026 08:57:10
Classificado	Participante(s) classificado(s)	20.339.865/0001-94	2.699,0000	-
		20.782.880/0001-02	4.036,8500	49,57%
		07.626.776/0001-60	4.320,0000	60,06%
		32.644.237/0001-00	7.025,0000	160,28%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	6.900,0000	29/04/2026 08:57:33
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			29/04/2026 09:02:10
Classificado	Participante(s) classificado(s)	08.675.394/0001-90	8.170,0000	202,70%
		33.613.876/0001-62	8.250,0000	205,67%
		41.794.219/0001-97	10.226,6600	278,91%

✓

2



Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			29/04/2026 09:07:11
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.485.574/0001-71	11.426,0500	323,34%
		11.093.169/0001-50	15.500,0000	474,29%
		02.908.738/0001-87	16.154,9700	498,55%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	15.300,0000	29/04/2026 09:07:23
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			29/04/2026 09:12:10
Classificado	Participante(s) classificado(s)	03.894.963/0001-74	16.154,9700	498,55%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			29/04/2026 09:17:10
Encerramento	Encerrada a fase de lances			29/04/2026 09:17:19
Desclassificação	O participante MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 20.339.865/0001-94, R\$ 2.699,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI não enviou GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO corrigida, referente a 1% (um por cento) do estimado para contratação no ato do cadastramento da proposta eletrônico, conforme solicita o item 3.2.1. do Edital. Resta, portanto a mesma DESCLASSIFICADA para o certame.			30/04/2026 14:46:45
Convocação	Participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, foi convocada.			30/04/2026 14:47:01
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:22	20.782.880/0001-02	4.036,8500	30/04/2026 15:21:13
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02.	20.782.880/0001-02	4.036,8500	05/05/2026 14:48:49
Desclassificação	O participante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 20.782.880/0001-02, R\$ 4.036,85 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados em sede de diligência, referentes à Planilha de composição de custos e Notas fiscais atualizadas para os itens arrematados dentro do prazo estipulado, a mesma será DESCLASSIFICADA.			05/05/2026 15:18:46
Convocação	Participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, foi convocada.			05/05/2026 15:18:56
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 06/05/2026 às 10:33	07.626.776/0001-60	4.320,0000	06/05/2026 08:32:47
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60.	07.626.776/0001-60	4.320,0000	06/05/2026 14:52:14
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, no valor de R\$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais)			08/05/2026 09:59:01



Inabilitado	Habilitada a participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60	21/05/2026 14:10:29
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 07.626.776/0001-60, no valor de R\$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais)	21/05/2026 14:10:38
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 11.426,05 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a licitante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados em sede de diligência, referentes à Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante atualizada e Balanço patrimonial exercício 2025 dentro do prazo estipulado, a mesma será INABILITADA para o certame.	21/05/2026 14:15:34
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 6.900,00 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados, referentes aos documentos habilitatórios dentro do prazo estipulado, a mesma será INABILITADA para o certame.	25/05/2026 11:37:15

item 4 - APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	1.0	18.078,00	18.078,00	28/04/2026 09:29:26
	<p>Marca: b'VERTEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de eletroencefalograma portátil de 23 canais, com resolução AD de 16 bits e taxa de amostragem de 512 amostras/segundo por canal, destinado ao registro, aquisição e processamento de sinais eletroencefalográficos em ambiente clínico e hospitalar; apresenta bi-volt automático, capacidade para estimulação visual (foto) e auditiva (áudio), armazenamento eletrônico de exames e interface para exportação de dados a sistemas de gestão e prontuário eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, fonte de alimentação/recarregamento conforme modelo e manual de operação; requisitos de instalação compatíveis com ambiente climatizado e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	18.078,00	18.078,00	28/04/2026 19:51:04
	<p>Marca: b'ICELERA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de eletroencefalograma portátil de 23 canais, com resolução AD de 16 bits e taxa de amostragem de 512 amostras/segundo por canal, destinado ao registro, aquisição e processamento de sinais eletroencefalográficos em ambiente clínico e hospitalar; apresenta bi-volt automático, capacidade para estimulação visual (foto) e auditiva (áudio), armazenamento eletrônico de exames e interface para exportação de dados a sistemas de gestão e prontuário eletrônico; inclui cabos e eletrodos compatíveis, fonte de alimentação/recarregamento conforme modelo e manual de operação; requisitos de instalação compatíveis com ambiente climatizado e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para realização e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			29/04/2026 08:37:55



Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			29/04/2026 08:52:55
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:58)			29/04/2026 08:52:55
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			29/04/2026 08:56:53
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			29/04/2026 08:56:53
Classificado	Participante(s) classificado(s)	32.644.237/0001-00	18.078,0000	-
		11.093.169/0001-50	18.078,0000	-
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	18.045,0000	29/04/2026 08:57:06
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	17.025,0000	29/04/2026 08:57:40
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			29/04/2026 09:01:53
Encerramento	Encerrada a fase de lances			29/04/2026 09:02:34
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 17.025,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, não enviou proposta readequada para os itens 4, 8, 9, 22, 35, 39, 41, 57, 58, 62 e 64. Resta, portanto a mesma DESCLASSIFICADA para os itens 4, 8, 9, 22, 35, 39, 41, 57, 58, 62 e 64.			08/05/2026 10:16:15
Convocação	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, foi convocada.			08/05/2026 10:16:31
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 18.045,00 (dezoito mil e quarenta e cinco reais)			12/05/2026 14:30:35
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50			19/05/2026 15:56:37
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 18.045,00 (dezoito mil e quarenta e cinco reais)			19/05/2026 15:56:56

item 5 - EQUIPAMENTO DE RAIOS X CONVENCIONAL

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	1.0	18.282,00	18.282,00	28/04/2026 09:29:26
	<p>Marca: b'UDILIFE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de raios X convencional completo para exames radiográficos em mesa e mural, composto por gerador com tempo de exposição variável desde 5 ms ou menor até 4 s ou maior e mAs ajustável na faixa aproximada de 10 mAs ou menor até 500 mAs ou maior; tubo de raios-X com foco fino de 0,6 mm e foco grosso $\geq 1,0$ mm, ânodo giratório com rotação mínima de 3.000 RPM a 60 Hz e capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU; possibilidade de inserção de filtros adicionais de Cu ou Al, coluna/estativa porta emissor com deslocamento longitudinal mínimo de 125 cm e rotação do tubo em torno do eixo horizontal de $\pm 90^\circ$ com travas em 0° e $\pm 90^\circ$; diafragma luminoso com colimação manual ou automática; sistema de freios eletromagnéticos no conjunto emissor; mesa Bucky com grade antidifusora ≥ 40 lp/cm, foco mínimo de 100 cm, razão de grade 8:1 ou 10:1, tempo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, curso longitudinal total ≥ 72 cm, curso lateral/transversal ≈ 20 cm, sistema de freios eletromagnéticos e capacidade de suporte de peso mínima de 150 kg; Bucky mural com deslocamento vertical referenciado entre aproximadamente 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do piso, dotado de freio eletromagnético ou mecânico, grade antidifusora ≥ 40 lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm e marcação de centralização no tempo; detector digital plano (fixo ou móvel) com dimensões aproximadas $\geq 34 \times 42$ cm, cintilador de iodeto de cério que permita exposições na mesa, no Bucky mural, em maca e em cadeira de rodas, matriz ativa mínima de 1990 x 2048 pixels, profundidade de imagem pós-processada mínima de 14 bits e tamanho máximo de pixel $\approx 175 \mu\text{m}$; capacidade de manipulação, pós-processamento, impressão e transmissão de imagens em formato DICOM 3.0 para sistema PACS; estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação compatível com especificações DR contendo CPU de alto desempenho, monitor de alta resolução $\geq 17''$, memória RAM ≥ 2 GB, interface SATA II 300 ou superior com capacidade para armazenamento equivalente a no mínimo 1.000 imagens, placa de rede Ethernet, funcionalidades de processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou teclado, impressão e armazenamento; software de aquisição e gerenciamento de imagens digitais com possibilidade de harmonização de imagem; manutenção preventiva e calibração conforme recomendação do fabricante e execução de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e</p>						

4

2



	certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1.0	18.282,00	18.282,00	28/04/2026 10:11:36
	<p>Marca: b'EAGLE'</p> <p>Fabricante: EAGLE</p> <p>Modelo / Versão: EAGLE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de raio X convencional completo para exames radiográficos em mesa e mural, composto por gerador com tempo de exposição variável desde 5 ms ou menor até 4 s ou maior e mAs ajustável na faixa aproximada de 10 mAs ou menor até 500 mAs ou maior; tubo de raios-X com foco fino de 0,6 mm e foco grosso $\geq 1,0$ mm, ângulo giratório com rotação mínima de 3.000 RPM a 60 Hz e capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU; possibilidade de inserção de filtros adicionais de Cu ou Al; coluna/estativa porta emissor com deslocamento longitudinal mínimo de 125 cm e rotação do tubo em torno do eixo horizontal de $\pm 90^\circ$ com travas em 0° e $\pm 90^\circ$; diafragma luminoso com colimação manual ou automática; sistema de freios eletromagnéticos no conjunto emissor; mesa Bucky com grade antidifusora ≥ 40 lp/cm, foco mínimo de 100 cm, razão de grade 8:1 ou 10:1, tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, curso longitudinal total ≥ 72 cm, curso lateral/transversal ≈ 20 cm, sistema de freios eletromagnéticos e capacidade de suporte de peso mínima de 150 kg; Bucky mural com deslocamento vertical referenciado entre aproximadamente 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do piso, dotado de freio eletromagnético ou mecânico, grade antidifusora ≥ 40 lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm e marcação de centralização no tampo; detector digital plano (fixo ou móvel) com dimensões aproximadas $\geq 34 \times 42$ cm, cintilador de iodeto de cério que permita exposições na mesa, no Bucky mural, em maca e em cadeira de rodas, matriz ativa mínima de 1990 x 2048 pixels, profundidade de imagem pós-processada mínima de 14 bits e tamanho máximo de pixel $\approx 175 \mu\text{m}$; capacidade de manipulação, pós-processamento, impressão e transmissão de imagens em formato DICOM 3.0 para sistema PACS; estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação compatível com especificações DR contendo CPU de alto desempenho, monitor de alta resolução $\geq 17"$, memória RAM ≥ 2 GB, interface SATA II 300 ou superior com capacidade para armazenamento equivalente a no mínimo 1.000 imagens, placa de rede Ethernet, funcionalidades de processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou teclado, impressão e armazenamento; software de aquisição e gerenciamento de imagens digitais com possibilidade de harmonização de imagem; manutenção preventiva e calibração conforme recomendação do fabricante e execução de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	500.000,00	500.000,00	28/04/2026 19:51:04
	<p>Marca: b'CDK'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de raio X convencional completo para exames radiográficos em mesa e mural, composto por gerador com tempo de exposição variável desde 5 ms ou menor até 4 s ou maior e mAs ajustável na faixa aproximada de 10 mAs ou menor até 500 mAs ou maior; tubo de raios-X com foco fino de 0,6 mm e foco grosso $\geq 1,0$ mm, ângulo giratório com rotação mínima de 3.000 RPM a 60 Hz e capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU; possibilidade de inserção de filtros adicionais de Cu ou Al; coluna/estativa porta emissor com deslocamento longitudinal mínimo de 125 cm e rotação do tubo em torno do eixo horizontal de $\pm 90^\circ$ com travas em 0° e $\pm 90^\circ$; diafragma luminoso com colimação manual ou automática; sistema de freios eletromagnéticos no conjunto emissor; mesa Bucky com grade antidifusora ≥ 40 lp/cm, foco mínimo de 100 cm, razão de grade 8:1 ou 10:1, tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, curso longitudinal total ≥ 72 cm, curso lateral/transversal ≈ 20 cm, sistema de freios eletromagnéticos e capacidade de suporte de peso mínima de 150 kg; Bucky mural com deslocamento vertical referenciado entre aproximadamente 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do piso, dotado de freio eletromagnético ou mecânico, grade antidifusora ≥ 40 lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm e marcação de centralização no tampo; detector digital plano (fixo ou móvel) com dimensões aproximadas $\geq 34 \times 42$ cm, cintilador de iodeto de cério que permita exposições na mesa, no Bucky mural, em maca e em cadeira de rodas, matriz ativa mínima de 1990 x 2048 pixels, profundidade de imagem pós-processada mínima de 14 bits e tamanho máximo de pixel $\approx 175 \mu\text{m}$; capacidade de manipulação, pós-processamento, impressão e transmissão de imagens em formato DICOM 3.0 para sistema PACS; estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação compatível com especificações DR contendo CPU de alto desempenho, monitor de alta resolução $\geq 17"$, memória RAM ≥ 2 GB, interface SATA II 300 ou superior com capacidade para armazenamento equivalente a no mínimo 1.000 imagens, placa de rede Ethernet, funcionalidades de processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou teclado, impressão e armazenamento; software de aquisição e gerenciamento de imagens digitais com possibilidade de harmonização de imagem; manutenção preventiva e calibração conforme recomendação do fabricante e execução de manutenções corretivas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						

LANCES



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			29/04/2026 08:37:55
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			29/04/2026 08:52:55
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:15)			29/04/2026 08:52:55
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			29/04/2026 08:55:10
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			29/04/2026 08:55:10
Classificado	Participante(s) classificado(s)	02.908.738/0001-87	18.282,0000	-
		11.093.169/0001-50	18.282,0000	-
		32.644.237/0001-00	500.000,0000	2.634,93%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	18.270,0000	29/04/2026 08:56:03
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			29/04/2026 09:00:11
Encerramento	Encerrada a fase de lances			29/04/2026 09:00:21
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 18.270,00 (dezoito mil, duzentos e setenta reais)			08/05/2026 09:55:21
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50			19/05/2026 15:56:36
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 18.270,00 (dezoito mil, duzentos e setenta reais)			19/05/2026 15:56:56
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, R\$ 500.000,00 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados, referentes aos documentos habilitatórios dentro do prazo estipulado, a mesma será INABILITADA para o certame.			25/05/2026 11:37:15

item 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	1.0	119.288,00	119.288,00	28/04/2026 09:29:26
	<p>Marca: b'GE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ecocardiograma transportável sobre rodízios com mínimo de 22.000 canais digitais de processamento, destinado à aquisição, processamento, visualização e arquivamento de imagens cardíacas em Modo 2D, Modo M, Modo M Anatômico, Modo Power Doppler, Color Doppler, Doppler Espectral e Doppler Contínuo; apresenta tecnologias de feixes compostos, redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write, imagem trapezoidal (aumento de campo de visão ≈ 20% com transdutor linear), imagem harmônica aplicável a todos os transdutores e harmônica por pulso invertido; recursos avançados incluem Dual Live (B + Color em tempo real), Power Doppler direcional, Tissue Doppler Imaging colorido e espectral, modo Triplex, pacote de cálculos específicos e simples, ajuste rápido automático de parâmetros para Modo B e Doppler, divisão de tela em 1, 2 e 4 painéis, software de imagem panorâmica com medidas, análise automática em tempo real da curva Doppler, acesso e pós-análise de imagens salvas, armazenamento de imagens em movimento (cine loop e cine loop save) e pós-processamento de medidas e imagens; banco de palavras em português; monitor LCD/LED mínimo de 17"; taxa de quadros mínima de 490 frames/segundo; armazenamento interno HD ou SSD ≥ 500 GB; pelo menos 4 portas USB e no mínimo 3 portas ativas para transdutores; todos os transdutores multifrequência banda larga conforme especificação clínica e devem acompanhar os transdutores: convexo 2.0–5.0 MHz, endocavitário 4.0–9.0 MHz, linear 4.0–11.0 MHz e setorial adulto 2.0–4.0 MHz; compatibilidade DICOM 3.0 com serviços Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS e Structured Reporting; possibilidade de gravação em CD/DVD-RW, memória USB ou DICOM com visualizador automático e gravação direta em pen drive; impressão direta e pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário; estação de aquisição e revisão com interface para exportação a PACS e pós-processamento; acessórios incluídos: impressora laser colorida e nobreak compatível; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme recomendações do fabricante e execuções de manutenção corretiva por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para operação e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de</p>						



	Cratéus — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	119.288,00	119.288,00	28/04/2026 19:51:04
	<p>Marca: b'IMEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ecocardiograma transportável sobre rodízios com mínimo de 22.000 canais digitais de processamento, destinado à aquisição, processamento, visualização e arquivamento de imagens cardíacas em Modo 2D, Modo M, Modo M Anatômico, Modo Power Doppler, Color Doppler, Doppler Espectral e Doppler Contínuo; apresenta tecnologias de feixes compostos, redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write, imagem trapezoidal (aumento de campo de visão ≈ 20% com transdutor linear), imagem harmônica aplicável a todos os transdutores e harmônica por pulso invertido; recursos avançados incluem Dual Live (B + Color em tempo real), Power Doppler direcional, Tissue Doppler Imaging colorido e espectral, modo Triplex, pacote de cálculos específicos e simples, ajuste rápido automático de parâmetros para Modo B e Doppler, divisão de tela em 1, 2 e 4 painéis, software de imagem panorâmica com medidas, análise automática em tempo real da curva Doppler, acesso e pós-análise de imagens salvas, armazenamento de imagens em movimento (cine loop e cine loop save) e pós-processamento de medidas e imagens; banco de palavras em português; monitor LCD/LED mínimo de 17"; taxa de quadros mínima de 490 frames/segundo; armazenamento interno HD ou SSD ≥ 500 GB; pelo menos 4 portas USB e no mínimo 3 portas ativas para transdutores; todos os transdutores multifrequência banda larga conforme especificação clínica e devem acompanhar os transdutores: convexo 2.0–5.0 MHz, endocavitário 4.0–9.0 MHz, linear 4.0–11.0 MHz e setorial adulto 2.0–4.0 MHz; compatibilidade DICOM 3.0 com serviços Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS e Structured Reporting; possibilidade de gravação em CD/DVD-RW, memória USB ou DICOM com visualizador automático e gravação direta em pen drive; impressão direta e pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário; estação de aquisição e revisão com interface para exportação a PACS e pós-processamento; acessórios incluídos: impressora laser colorida e nobreak compatível; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme recomendações do fabricante e execuções de manutenção corretiva por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para operação e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Cratéus — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	NÃO	NÃO	1.0	115.000,00	115.000,00	28/04/2026 16:11:49
	<p>Marca: b'CHISON' Fabricante: CHISON Modelo / Versão: CBIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ecocardiograma transportável sobre rodízios com mínimo de 22.000 canais digitais de processamento, destinado à aquisição, processamento, visualização e arquivamento de imagens cardíacas em Modo 2D, Modo M, Modo M Anatômico, Modo Power Doppler, Color Doppler, Doppler Espectral e Doppler Contínuo; apresenta tecnologias de feixes compostos, redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write, imagem trapezoidal (aumento de campo de visão ≈ 20% com transdutor linear), imagem harmônica aplicável a todos os transdutores e harmônica por pulso invertido; recursos avançados incluem Dual Live (B + Color em tempo real), Power Doppler direcional, Tissue Doppler Imaging colorido e espectral, modo Triplex, pacote de cálculos específicos e simples, ajuste rápido automático de parâmetros para Modo B e Doppler, divisão de tela em 1, 2 e 4 painéis, software de imagem panorâmica com medidas, análise automática em tempo real da curva Doppler, acesso e pós-análise de imagens salvas, armazenamento de imagens em movimento (cine loop e cine loop save) e pós-processamento de medidas e imagens; banco de palavras em português; monitor LCD/LED mínimo de 17"; taxa de quadros mínima de 490 frames/segundo; armazenamento interno HD ou SSD ≥ 500 GB; pelo menos 4 portas USB e no mínimo 3 portas ativas para transdutores; todos os transdutores multifrequência banda larga conforme especificação clínica e devem acompanhar os transdutores: convexo 2.0–5.0 MHz, endocavitário 4.0–9.0 MHz, linear 4.0–11.0 MHz e setorial adulto 2.0–4.0 MHz; compatibilidade DICOM 3.0 com serviços Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS e Structured Reporting; possibilidade de gravação em CD/DVD-RW, memória USB ou DICOM com visualizador automático e gravação direta em pen drive; impressão direta e pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário; estação de aquisição e revisão com interface para exportação a PACS e pós-processamento; acessórios incluídos: impressora laser colorida e nobreak compatível; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme recomendações do fabricante e execuções de manutenção corretiva por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para operação e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Cratéus — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
00.029.372/0002-21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	NÃO	NÃO	1.0	119.288,32	119.288,32	28/04/2026 16:28:34

2

2



	EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				
<p>Marca: b'GE'</p> <p>Fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO, LTD.</p> <p>Modelo / Versão: Versana Essential</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de imagem de ultrassom multipropósito para oferecer as vantagens do ultrassom avançado de alto desempenho para seus pacientes. Equipamento projetado para aplicações clínicas como abdominal, obstétrico, ginecológico, pequenas partes, musculoesquelético, vascular/vascular periférico, urológico, pediátrico, transcraniano e aplicações cardíacas.</p> <p>Modos de imagem incluem modo B, modo M, Doppler Colorido, Doppler Espectral Pulsado, Power Doppler (PDI), Doppler Contínuo e Tecidual (Espectral e Colorido).</p> <p>Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos (Modo B e Color) em tempo real. Modo Triplex.</p> <p>Os protocolos intuitivos ajudam a simplificar a aquisição de imagens e aprimorar a qualidade de imagem com nosso processamento de dados brutos, combinado com os recursos incluídos como padrão:</p> <ul style="list-style-type: none">•Otimização de modo dinâmico B e Doppler com o toque de um botão•Imagem Harmônica. Harmônica de Fase Invertida (CHI) compatível com todas as sondas.•CrossXBeam - incorpora várias linhas de varredura simultaneamente, melhorando a definição de borda e resolução de contraste.•Speckle Reduction Imaging (SRI)•Virtual Convex - aumenta o campo de visão distal em 20% para sondas lineares.•B-Steer - para uma melhor visualização de agulha e para diminuição dos efeitos de anisotropia.•LOGIQView * (imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas e anotações) - para ajudar a expandir as aplicações de sua prática de ultrassom•Easy 3D.•SonoBiometry - ajuda a melhorar os fluxos de trabalho em exames de obstetria com automação das quatro medidas de rotina de biometria fetal: DBP, CC, CA e CF.•Pacote de cálculo simples e específicos. Medidas Básicas como: Profundidade e Distância, Área, Tempo, Ângulo, Velocidade, Volume, % de Estenose, Aceleração e Frequência Cardíaca. Pacote de medidas para vascular e obstetria; Possibilidade de inclusão de novas medidas, fórmulas e tabelas.•Capacidade de armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save.•Software de análise automática em tempo real da curva Doppler•Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento de imagem, anotações e medidas.					



•
Armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows). Gravação de imagens em pen drive.

Aplicações clínicas em cardiologia:

•
AMM (modo M anatômico)

•
CWD (Doppler contínuo)

•
TVI (Doppler tecidual – Colorido e Espectral)

Os recursos de hardware incluem:

•
Console ergonômico com teclas programáveis

•
3 portas ativas para transdutores

•
Monitor de LED de 21,5" de alta resolução

•
5.558.857 canais de processamento digital

•
Frame rate de 1790 quadros por segundo

•
Drive de estado sólido SSD integrado 512Gb

•
Auto-falantes embutidos no console.

•
Pré e pós-processamento de imagens – Ferramenta de pós processamento completo de imagens. Permite pós-processamento das imagens arquivadas, para melhorar imagens, realização de medidas e anotações em imagens já arquivadas.

•
Saídas HDMI, Ethernet, portas USB

•
100-240V automático.

•
4 portas USB

•
Drive DVD.

•
Sistema operacional Windows

•
DICOM 3.0 (Verify, Print, Store, Modality Worklist, Storage Commitment, Modality Performed Procedure Step (MPPS), Query/Retrieve), Structured reporting);





	<p>•</p> <p>50 presets programáveis pelo usuário.</p> <p>•</p> <p>Possibilidade futura para tecnologia de aquisição de imagens 4D.</p> <p>Transdutores multifrequenciais eletrônicos de banda larga, com seleção na tela da faixa de frequência, automaticamente ajustável ao transdutor selecionado.</p> <p>Acompanha os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais:</p> <p>01-Transdutor Convexo com frequências de 2.0 a 5.0 MHz</p> <p>01-Transdutor Linear com frequências de 4.0 a 13.0 MHz</p> <p>01-Transdutor Endocavitário com frequências de 4.0 a 10.0 MHz</p> <p>01-Transdutor Setorial com frequências de 2.0 a 4.0 MHz</p> <p>Acessórios:</p> <p>Impressora a laser colorida e No break compatíveis com o equipamento</p> <p>Manual de operação em português.</p> <p>Requisitos de instalação reduzidos com necessidade de ambiente limpo e alimentação elétrica bivolt automático.</p> <p>Manutenção preventiva e calibração periódica conforme orientação do fabricante e realização de manutenções corretivas por assistência autorizada Instalação e treinamento operacional.</p> <p>Responsável pelo transporte. Desembarque e conferência dos equipamentos no município de Crateús-CE.</p> <p>Instalação e fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante. Sem ônus adicional, com carga horária (8h) e cronograma a serem informados pelo fornecedor.</p> <p>Incluindo material didático e certificados de participação: todas as providências e custos relativos ao transporte. Seguros durante o trânsito.</p> <p>Garantia de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento entrega</p>						
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	NÃO	1.0	119.000,00	119.000,00	28/04/2026 13:23:47
	<p>Marca: b'MINDRAY'</p> <p>Fabricante: Mindray</p> <p>Modelo / Versão: CONSONA N6</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM CONSONA N6 (SUB.: 2163B-CTO-S01)</p> <p>Registro Anvisa: 80943619021</p> <p>TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO V10-4 P/ CONSONA N6 (SUB.: 120-022406-00)</p> <p>TRANSDUTOR CONVEXO 3C5A P/ CONSONA N6 (SUB.: 120-022394-00)</p> <p>TRANSDUTOR LINEAR L13-3 - MINDRAY - CONSONA N6 - CONSONA N7 (SUB: 120-022396-00)</p> <p>TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO P4-2 P/ CONSONA DC-60 N6 - N7 (SUB.: 120-022399-00)</p> <p>nobreak</p> <p>impressora</p>						
23.178.900/0001-29	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	NÃO	SIM	1.0	119.200,00	119.200,00	28/04/2026 16:34:33
	<p>Marca: b'FUNDAMENTAL'</p> <p>Fabricante: FUNDAMENTAL</p> <p>Modelo / Versão: VIV 20</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ecocardiograma transportável sobre rodízios com mínimo de 22.000 canais digitais de processamento, destinado à aquisição, processamento, visualização e arquivamento de imagens cardíacas em Modo 2D, Modo M, Modo M Anatômico, Modo Power Doppler, Color Doppler, Doppler Espectral e Doppler Contínuo; apresenta tecnologias de feixes compostos, redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write, imagem trapezoidal (aumento de campo de visão ≈ 20% com transdutor linear),</p>						



imagem harmônica aplicável a todos os transdutores e harmônica por pulso invertido; recursos avançados incluem Dual Live (B + Color em tempo real), Power Doppler direcional, Tissue Doppler Imaging colorido e espectral, modo Triplex, pacote de cálculos específicos e simples, ajuste rápido automático de parâmetros para Modo B e Doppler, divisão de tela em 1, 2 e 4 painéis, software de imagem panorâmica com medidas, análise automática em tempo real da curva Doppler, acesso e pós-análise de imagens salvas, armazenamento de imagens em movimento (cine loop e cine loop save) e pós-processamento de medidas e imagens; banco de palavras em português; monitor LCD/LED mínimo de 17"; taxa de quadros mínima de 490 frames/segundo; armazenamento interno HD ou SSD \geq 500 GB; pelo menos 4 portas USB e no mínimo 3 portas ativas para transdutores; todos os transdutores multifrequência banda larga conforme especificação clínica e devem acompanhar os transdutores: convexo 2.0–5.0 MHz, endocavitário 4.0–9.0 MHz, linear 4.0–11.0 MHz e setorial adulto 2.0–4.0 MHz; compatibilidade DICOM 3.0 com serviços Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS e Structured Reporting; possibilidade de gravação em CD/DVD-RW, memória USB ou DICOM com visualizador automático e gravação direta em pen drive; impressão direta e pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário; estação de aquisição e revisão com interface para exportação a PACS e pós-processamento; acessórios incluídos: impressora laser colorida e nobreak compatível; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração periódica conforme recomendações do fabricante e execuções de manutenção corretiva por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para operação e interpretação dos exames; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			29/04/2026 08:37:56
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	110.000,0000	29/04/2026 08:41:28
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	109.900,0000	29/04/2026 08:44:23
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	118.900,0000	29/04/2026 08:44:50
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	105.000,0000	29/04/2026 08:45:03
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	104.900,0000	29/04/2026 08:46:14
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	100.000,0000	29/04/2026 08:47:13
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	99.000,0000	29/04/2026 08:48:39
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	95.000,0000	29/04/2026 08:48:56
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	89.000,0000	29/04/2026 08:49:08
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	85.000,0000	29/04/2026 08:49:21
Lance registrado	Lance registrado	23.178.900/0001-29	84.400,0000	29/04/2026 08:50:04
Lance registrado	Lance registrado	00.029.372/0002-21	94.900,0000	29/04/2026 08:50:14
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	82.000,0000	29/04/2026 08:50:34
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			29/04/2026 08:52:55
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:37)			29/04/2026 08:52:55
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	08.675.394/0001-90	81.000,0000	29/04/2026 08:54:04
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	07.626.776/0001-60	105.500,0000	29/04/2026 08:55:15
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			29/04/2026 08:58:32
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			29/04/2026 08:58:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	08.675.394/0001-90	81.000,0000	-
		23.178.900/0001-29	84.400,0000	4,20%



		00.029.372/0002-21	94.900,0000	17,16%
		07.626.776/0001-60	105.500,0000	30,25%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	08.675.394/0001-90	68.261,2000	29/04/2026 08:58:59
Lance	Lance registrado na etapa fechada	00.029.372/0002-21	92.600,0000	29/04/2026 09:00:42
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			29/04/2026 09:03:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	11.093.169/0001-50	118.900,0000	74,18%
		32.644.237/0001-00	119.288,0000	74,75%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	118.500,0000	29/04/2026 09:04:17
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			29/04/2026 09:08:32
Encerramento	Encerrada a fase de lances			29/04/2026 09:13:51
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.675.394/0001-90, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 30/04/2026 às 17:25	08.675.394/0001-90	68.261,2000	30/04/2026 15:24:12
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.675.394/0001-90.	08.675.394/0001-90	68.261,2000	05/05/2026 14:56:13
Desclassificação	O participante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 08.675.394/0001-90, R\$ 68.261,20 foi desclassificada. Motivo: não comprovou a exequibilidade de sua proposta. razão pela qual a licitante SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA fica desclassificada para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL e 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA.			05/05/2026 15:26:31
Convocação	Participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29, foi convocada.			05/05/2026 15:26:44
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 06/05/2026 às 10:34	23.178.900/0001-29	84.400,0000	06/05/2026 08:33:36
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29.	23.178.900/0001-29	84.400,0000	06/05/2026 14:54:05
Desclassificação	O participante CIRURGICA IBIPORA EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 23.178.900/0001-29, R\$ 84.400,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante CIRURGICA IBIPORA EIRELI, Não enviou comprovação de exequibilidade para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL e 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA dentro do prazo estabelecido. Resta, portanto a mesma desclassificada para os itens 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, 2 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL e 6 - APARELHO DE ECOCARDIOGRAMA.			06/05/2026 15:03:53
Convocação	Participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 00.029.372/0002-21, foi convocada.			06/05/2026 15:04:07



Proposta aceita	Proposta aceita para a participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 00.029.372/0002-21, no valor de R\$ 92.600,00 (noventa e dois mil, seiscentos reais)	08/05/2026 10:01:07
Inabilitado	A participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 00.029.372/0002-21, R\$ 92.600,00 foi inabilitado. Motivo: A licitante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA não apresentou balanço patrimonial exercício 2025.	21/05/2026 14:14:38
Convocação	Participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.626.776/0001-60, foi convocada.	21/05/2026 14:17:46
Desclassificação	O participante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 07.626.776/0001-60, R\$ 105.500,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, não enviou proposta readequada para o item 6. Resta, portanto a mesma DESCLASSIFICADA para o item 6.	25/05/2026 08:24:37
Convocação	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, foi convocada.	25/05/2026 08:24:51
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 118.500,00 (cento e dezoito mil, quinhentos reais)	25/05/2026 09:26:02
Habilitado	Habilitado a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50	25/05/2026 09:29:07
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 118.500,00 (cento e dezoito mil, quinhentos reais)	25/05/2026 09:29:28
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, R\$ 119.288,00 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados, referentes aos documentos habilitatórios dentro do prazo estipulado, a mesma será INABILITADA para o certame.	25/05/2026 11:37:00

item 7 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	7.0	5.980,00	41.860,00	28/04/2026 09:29:26
	<p>Marca: b'CHIAPERINI' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar odontológico isento de óleo, com reservatório de 50 litros e baixo nível de ruído, destinado ao atendimento em consultórios e clínicas odontológicas; fornece pressão máxima de trabalho de 8 bar, com sistema de filtragem e secagem adequados para garantir ar isento de contaminantes nas linhas de ar para instrumentos; construção e acessórios compatíveis com instalações clínicas, exigindo alimentação elétrica conforme especificação do fabricante e aterramento eficaz; inclui manômetro, válvula de segurança e conexões para equipe odontológica padrão; manutenção preventiva periódica, drenagem do reservatório e inspeção de filtros conforme orientação do fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para operação e procedimentos de segurança; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	7.0	5.985,05	41.895,35	28/04/2026 17:45:26
	<p>Marca: b'D700' Fabricante: D700 Modelo / Versão: D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar odontológico isento de óleo, com reservatório de 50 litros e baixo nível de ruído, destinado ao atendimento em consultórios e clínicas odontológicas; fornece pressão máxima de trabalho de 8 bar, com sistema de filtragem e secagem adequados para garantir ar isento de contaminantes nas linhas de ar para instrumentos; construção e acessórios compatíveis com instalações clínicas, exigindo alimentação elétrica conforme especificação do fabricante e aterramento eficaz; inclui manômetro, válvula de segurança e conexões para equipe odontológica padrão; manutenção preventiva periódica, drenagem do reservatório</p>						




	e inspeção de filtros conforme orientação do fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para operação e procedimentos de segurança; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.						
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	7.0	5.980,00	41.860,00	28/04/2026 14:45:28
	<p>Marca: b'DENTEMED' Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: PRIME AIR 65 - 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO</p> <p>COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, COM RESERVATÓRIO DE 50 LITROS E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, DESTINADO AO ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS; FORNECE PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 8 BAR, COM SISTEMA DE FILTRAGEM E SECAGEM ADEQUADOS PARA GARANTIR AR ISENTO DE CONTAMINANTES NAS LINHAS DE AR PARA INSTRUMENTOS; CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM INSTALAÇÕES CLÍNICAS, EXIGINDO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATERRAMENTO EFICAZ; INCLUI MANÔMETRO, VÁLVULA DE SEGURANÇA E CONEXÕES PARA EQUIPE ODONTOLÓGICA PADRÃO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA, DRENAGEM DO RESERVATÓRIO E INSPEÇÃO DE FILTROS CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS REALIZADAS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA; OPERADOR DEVE SER PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OPERAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA; ESTE EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO OU CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA — ANVISA, CONFORME A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA SEU USO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. GARANTIA, ENTREGA E TREINAMENTO: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OFERECIDA PELO FORNECEDOR A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO; ENTREGA FÍSICA E RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, DESEMBARQUE E CONFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS — CE; INSTALAÇÃO E COMISSONAMENTO NO LOCAL DE ENTREGA POR EQUIPE DO FORNECEDOR, FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA EQUIPE DO CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL, COM CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA A SEREM INFORMADOS PELO</p>						



✶ 2



	<p>FORNECEDOR, INCLUINDO MATERIAL DIDÁTICO E CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO; TODAS AS PROVIDÊNCIAS E CUSTOS RELATIVOS AO TRANSPORTE, SEGUROS DURANTE O TRÂNSITO, INSTALAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.</p> <p>MODELO: PRIME AIR 65 - 220V</p> <p>MARCA: DENTEMED</p> <p>FABRICANTE: DENTEMED</p> <p>PROCEDENCIA NACIONAL</p> <p>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	7.0	5.985,00	41.895,00	28/04/2026 19:51:04	
<p>Marca: b'MOTOMIL'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar odontológico isento de óleo, com reservatório de 50 litros e baixo nível de ruído, destinado ao atendimento em consultórios e clínicas odontológicas; fornece pressão máxima de trabalho de 8 bar, com sistema de filtragem e secagem adequados para garantir ar isento de contaminantes nas linhas de ar para instrumentos; construção e acessórios compatíveis com instalações clínicas, exigindo alimentação elétrica conforme especificação do fabricante e aterramento eficaz; inclui manômetro, válvula de segurança e conexões para equipe odontológica padrão; manutenção preventiva periódica, drenagem do reservatório e inspeção de filtros conforme orientação do fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para operação e procedimentos de segurança; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>								
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	7.0	5.985,05	41.895,35	28/04/2026 11:59:45	
<p>Marca: b'MOTOMIL - MOTOMIL MAQUINAS LTDA'</p> <p>Fabricante: MOTOMIL - MOTOMIL MAQUINAS LTDA</p> <p>Modelo / Versão: CMO-8/50BR-MOTOCOMPRESSOR 120LBS 2HP 220</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7 Compressor de ar odontológico isento de óleo, com reservatório de 50 litros e baixo nível de ruído, destinado ao atendimento em consultórios e clínicas odontológicas; fornece pressão máxima de trabalho de 8 bar, com sistema de filtragem e secagem adequados para garantir ar isento de contaminantes nas linhas de ar para instrumentos; construção e acessórios compatíveis com instalações clínicas, exigindo alimentação elétrica conforme especificação do fabricante e aterramento eficaz; inclui manômetro, válvula de segurança e conexões para equipe odontológica padrão; manutenção preventiva periódica, drenagem do reservatório e inspeção de filtros conforme orientação do fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para operação e procedimentos de segurança; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p> <p>Unidade 7 R\$ 5.985,05 cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos R\$ 41.895,35 quarenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos CMO-8/50BR-MOTOCOMPRESSOR 120LBS 2HP 220 MOTOMIL - MOTOMIL MAQUINAS LTDA</p>								

18 2



05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	7.0	5.985,05	41.895,35	28/04/2026 16:23:52
<p>Marca: b'ULTRA' Fabricante: ULTRA Modelo / Versão: ULTRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de ar odontológico isento de óleo, com reservatório de 50 litros e baixo nível de ruído, destinado ao atendimento em consultórios e clínicas odontológicas; fornece pressão máxima de trabalho de 8 bar, com sistema de filtragem e secagem adequados para garantir ar isento de contaminantes nas linhas de ar para instrumentos; construção e acessórios compatíveis com instalações clínicas, exigindo alimentação elétrica conforme especificação do fabricante e aterramento eficaz; inclui manômetro, válvula de segurança e conexões para equipe odontológica padrão; manutenção preventiva periódica, drenagem do reservatório e inspeção de filtros conforme orientação do fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para operação e procedimentos de segurança; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>							
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	NÃO	SIM	7.0	5.985,05	41.895,35	28/04/2026 16:07:04
<p>Marca: b'FIAC F.ZERO XS100V' Fabricante: FIAC F.ZERO XS100V Modelo / Versão: FIAC F.ZERO XS100V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "COMPRESSOR DE AR OFERTAMOS Regulador de pressão e manômetros para visualização da pressão no reservatório e pressão de saída ar. Plug & Play instalação elétrica pronta para uso. Acompanha amortecedores antivibração. QR Code para acessar manual de instruções e documentações do seu compressor. Deslocamento de ar (PCM l/min) 10 283 Pressão Máx. (PSI Bar) 120 8,3 Volume Reservatório (L) 100 Rotação (RPM) 1750 Potência (HP kW) 2</p> <div data-bbox="1013 963 1236 1179" style="text-align: right;"> </div>							



1,5	Número de Polos
4	Frequência (Hz)
60	Corrente (A)
7,5	Tensão (V)
220	Nível de ruído (dB)
65	Número de cabeçotes
1	Diâmetro de saída
5/16"	Peso (kg)
65	Dimensões (C)
L A) mm 600	
600 1010"	



LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			29/04/2026 08:37:56
Lance registrado	Lance registrado	29.312.896/0001-26	5.979,0000	29/04/2026 08:38:39
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	5.939,1200	29/04/2026 08:41:23
Lance registrado	Lance registrado	29.312.896/0001-26	5.930,0000	29/04/2026 08:41:33
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	5.929,0000	29/04/2026 08:46:25
Lance registrado	Lance registrado	29.312.896/0001-26	5.928,0000	29/04/2026 08:46:39
Lance registrado	Lance registrado	05.286.960/0001-83	5.615,0000	29/04/2026 08:49:39
Lance registrado	Lance registrado	29.312.896/0001-26	5.614,0000	29/04/2026 08:49:44
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	5.614,5000	29/04/2026 08:51:14
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			29/04/2026 08:52:55
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:09)			29/04/2026 08:52:55
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.644.237/0001-00	5.600,0000	29/04/2026 08:53:26
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	5.650,0000	29/04/2026 08:53:27
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	29.312.896/0001-26	5.599,0000	29/04/2026 08:53:35

SA 2

Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			29/04/2026 08:55:04
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			29/04/2026 08:55:04
Classificado	Participante(s) classificado(s)	29.312.896/0001-26	5.599,0000	-
		32.644.237/0001-00	5.600,0000	0,02%
		05.696.303/0001-04	5.614,5000	0,28%
		05.286.960/0001-83	5.615,0000	0,29%
		11.093.169/0001-50	5.650,0000	0,91%
		09.485.574/0001-71	5.939,1200	6,07%
		03.894.963/0001-74	5.985,0500	6,89%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	29.312.896/0001-26	4.000,0000	29/04/2026 08:55:22
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	5.200,0000	29/04/2026 08:55:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	5.300,0000	29/04/2026 08:56:45
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			29/04/2026 09:00:04
Encerramento	Encerrada a fase de lances			29/04/2026 09:00:14
Desclassificação	O participante BHDENTAL COMERCIAL EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 29.312.896/0001-26, R\$ 4.000,00 foi desclassificado. Motivo: A licitante BHDENTAL COMERCIAL EIRELI não enviou GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO corrigida, referente a 1% (um por cento) do estimado para contratação no ato do cadastramento da proposta eletrônica, conforme solicita o item 3.2.1. do Edital solicitada em sede de diligência. Resta, portanto a mesma DESCLASSIFICADA para o certame.			30/04/2026 14:37:26
Convocação	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, foi convocada.			30/04/2026 14:37:42
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil, duzentos reais)			08/05/2026 09:55:20
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50			19/05/2026 15:56:36
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil, duzentos reais)			19/05/2026 15:56:55
Inabilitado	A participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71, R\$ 5.939,12 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a licitante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados em sede de diligência, referentes à Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante atualizada e Balanço patrimonial exercício 2025 dentro do prazo estipulado, a mesma será INABILITADA para o certame.			21/05/2026 14:15:34
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 5.600,00 foi inabilitado. Motivo: Considerando que a licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Não apresentou manifestação nem anexou os documentos solicitados, referentes aos documentos habilitatórios dentro do prazo estipulado, a mesma será INABILITADA para o certame.			25/05/2026 11:37:14



item 8 - Consultório odontológico

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	7.0	21.484,00	150.388,00	28/04/2026 09:29:26



	<p>Marca: b'AMR' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório odontológico composto por cadeira odontológica com estrutura em aço e pintura eletrostática, revestimento em PVC com costuras reforçadas e cabeça biarticulada, acionamento por comando pedal, equipo acoplado com bandeja e 3 terminais padrão Borden, refletor tipo LED integrado, unidade auxiliar com cuba, dois sugadores e seringa pneumática; design e materiais adequados para ambiente clínico, acabamento de fácil higienização e ergonomia para operador e paciente; requisitos de instalação compatíveis com sala de atendimento odontológico, incluindo alimentação elétrica e aterramento conforme especificação do fabricante; manutenção preventiva e limpeza periódica recomendadas pelo fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado; este consultório odontológico e seus componentes devem possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	7.0	21.484,00	150.388,00	28/04/2026 19:51:04
	<p>Marca: b'DENTMED' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório odontológico composto por cadeira odontológica com estrutura em aço e pintura eletrostática, revestimento em PVC com costuras reforçadas e cabeça biarticulada, acionamento por comando pedal, equipo acoplado com bandeja e 3 terminais padrão Borden, refletor tipo LED integrado, unidade auxiliar com cuba, dois sugadores e seringa pneumática; design e materiais adequados para ambiente clínico, acabamento de fácil higienização e ergonomia para operador e paciente; requisitos de instalação compatíveis com sala de atendimento odontológico, incluindo alimentação elétrica e aterramento conforme especificação do fabricante; manutenção preventiva e limpeza periódica recomendadas pelo fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado; este consultório odontológico e seus componentes devem possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>						
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	7.0	21.480,00	150.360,00	28/04/2026 14:45:28
	<p>Marca: b'DENTEMED' Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ESTRUTURA EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA, REVESTIMENTO EM PVC COM COSTURAS REFORÇADAS E CABECEIRA BIARTICULADA, ACIONAMENTO POR COMANDO PEDAL, EQUIPO ACOPLADO COM BANDEJA E 3 TERMINAIS PADRÃO BORDEN, REFLETOR TIPO LED INTEGRADO, UNIDADE AUXILIAR COM CUBA, DOIS SUGADORES E SERINGA PNEUMÁTICA; DESIGN E MATERIAIS ADEQUADOS PARA AMBIENTE CLÍNICO, ACABAMENTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ERGONOMIA PARA OPERADOR E PACIENTE; REQUISITOS DE INSTALAÇÃO COMPATÍVEIS COM SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E ATERRAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA PERIÓDICA RECOMENDADAS PELO FABRICANTE, COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS REALIZADAS POR ASSISTÊNCIA</p>						



TECNICA AUTORIZADA; OPERADOR DEVE SER PROFISSIONAL CAPACITADO; ESTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E SEUS COMPONENTES DEVEM POSSUIR REGISTRO OU CERTIFICADO VÁLIDO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA — ANVISA, CONFORME A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS PARA USO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. GARANTIA, ENTREGA E TREINAMENTO: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OFERECIDA PELO FORNECEDOR A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO; ENTREGA FÍSICA E RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, DESEMBARQUE E CONFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS — CE; INSTALAÇÃO E COMISSONAMENTO NO LOCAL DE ENTREGA POR EQUIPE DO FORNECEDOR; FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA EQUIPE DO CONTRATANTE, SEM ÔNUS ADICIONAL, COM CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA A SEREM INFORMADOS PELO FORNECEDOR, INCLUINDO MATERIAL DIDÁTICO E CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO; TODAS AS PROVIDÊNCIAS E CUSTOS RELATIVOS AO TRANSPORTE, SEGUROS DURANTE O TRÂNSITO, INSTALAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

"Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA,

n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP

Bracert nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 + EM1:2016

(Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017

(Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011

(Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 +

EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico

Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico

Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica

para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas -

Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia — Unidades odontológicas

estacionárias — Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e

ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado

conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos

Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva

93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e

98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)".

MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX (Ambidestro)

+ Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da



	especificação do edital, conforme segue: 1. COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600013 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO BRC-24.5625.01 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"						
02.908.738/0001-87	FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	7.0	32.500,00	227.500,00	28/04/2026 10:11:36
	Marca: b'Olsen' Fabricante: Olsen Modelo / Versão: Sprin t Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório odontológico composto por cadeira odontológica com estrutura em aço e pintura eletrostática, revestimento em PVC com costuras reforçadas e cabeceira biarticulada, acionamento por comando pedal, equipo acoplado com bandeja e 3 terminais padrão Borden, refletor tipo LED integrado, unidade auxiliar com cuba, dois sugadores e seringa pneumática; design e materiais adequados para ambiente clínico, acabamento de fácil higienização e ergonomia para operador e paciente; requisitos de instalação compatíveis com sala de atendimento odontológico, incluindo alimentação elétrica e aterramento conforme especificação do fabricante; manutenção preventiva e limpeza periódica recomendadas pelo fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado; este consultório odontológico e seus componentes devem possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.						
33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	7.0	21.484,12	150.388,84	28/04/2026 16:46:07
	Marca: b'SAEVO' Fabricante: SAEVO Modelo / Versão: S202 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório odontológico composto por cadeira odontológica com estrutura em aço e pintura eletrostática, revestimento em PVC com costuras reforçadas e cabeceira biarticulada, acionamento por comando pedal, equipo acoplado com bandeja e 3 terminais padrão Borden, refletor tipo LED integrado, unidade auxiliar com cuba, dois sugadores e seringa pneumática; design e materiais adequados para ambiente clínico, acabamento de fácil higienização e ergonomia para operador e paciente; requisitos de instalação compatíveis com sala de atendimento odontológico, incluindo alimentação elétrica e aterramento conforme especificação do fabricante; manutenção preventiva e limpeza periódica recomendadas pelo fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado; este consultório odontológico e seus componentes devem possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.						
03.894.963/0001-74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	7.0	21.484,12	150.388,84	28/04/2026 11:59:45
	Marca: b'DENTEMED - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL' Fabricante: DENTEMED - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL Modelo / Versão: Prime One flex, NACIONAL, GARANTIA 12 ME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8 Consultório odontológico composto por cadeira odontológica com estrutura em aço e pintura eletrostática, revestimento em PVC com costuras reforçadas e cabeceira biarticulada, acionamento por comando pedal, equipo						



	<p>acoplado com bandeja e 3 terminais padrão Borden, refletor tipo LED integrado, unidade auxiliar com cuba, dois sugadores e seringa pneumática; design e materiais adequados para ambiente clínico, acabamento de fácil higienização e ergonomia para operador e paciente; requisitos de instalação compatíveis com sala de atendimento odontológico, incluindo alimentação elétrica e aterramento conforme especificação do fabricante; manutenção preventiva e limpeza periódica recomendadas pelo fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado; este consultório odontológico e seus componentes devem possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor. Unidade 7 R\$ 21.484,12 vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro centavos R\$ 150.388,84 cento e cinquenta mil, trezentos e oito reais e oitenta e quatro centavos Prime One flex, NACIONAL, GARANTIA 12 ME DENTEMED - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL.</p>						
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC LTDA	SIM	SIM	7.0	21.485,00	150.395,00	27/04/2026 15:49:29
<p>Marca: b'DENTMED' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Consultório odontológico composto por cadeira odontológica com estrutura em aço e pintura eletrostática, revestimento em PVC com costuras reforçadas e cabeceira biarticulada, acionamento por comando pedal, equipo acoplado com bandeja e 3 terminais padrão Borden, refletor tipo LED integrado, unidade auxiliar com cuba, dois sugadores e seringa pneumática; design e materiais adequados para ambiente clínico, acabamento de fácil higienização e ergonomia para operador e paciente; requisitos de instalação compatíveis com sala de atendimento odontológico, incluindo alimentação elétrica e aterramento conforme especificação do fabricante; manutenção preventiva e limpeza periódica recomendadas pelo fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado; este consultório odontológico e seus componentes devem possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos equipamentos no Município de Crateús — CE; instalação e comissionamento no local de entrega por equipe do fornecedor; fornecimento de treinamento presencial para equipe do contratante, sem ônus adicional, com carga horária e cronograma a serem informados pelo fornecedor, incluindo material didático e certificados de participação; todas as providências e custos relativos ao transporte, seguros durante o trânsito, instalação inicial e treinamento são de responsabilidade do fornecedor.</p>							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			29/04/2026 08:37:56
Lance registrado	Lance registrado	33.613.876/0001-62	19.335,7100	29/04/2026 08:40:31
Lance registrado	Lance registrado	29.312.896/0001-26	19.330,0000	29/04/2026 08:40:40
Lance registrado	Lance registrado	41.794.219/0001-97	21.000,0000	29/04/2026 08:44:02
Lance registrado	Lance registrado	11.093.169/0001-50	20.999,0000	29/04/2026 08:45:05
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	21.584,1200	29/04/2026 08:50:19
Excluir	Lance excluído pelo(a) participante	02.908.738/0001-87	-21.584,1200	29/04/2026 08:50:29
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	19.330,2500	29/04/2026 08:51:27
Lance registrado	Lance registrado	02.908.738/0001-87	30.000,0000	29/04/2026 08:51:31
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			29/04/2026 08:52:55
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:47)			29/04/2026 08:52:55
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			29/04/2026 08:58:42
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			29/04/2026 08:58:42
Classificado	Participante(s) classificado(s)	29.312.896/0001-26	19.330,0000	-
		32.644.237/0001-00	19.330,2500	-
		33.613.876/0001-62	19.335,7100	0,03%



		11.093.169/0001-50	20.999,0000	8,63%
		41.794.219/0001-97	21.000,0000	8,64%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.093.169/0001-50	20.800,0000	29/04/2026 08:58:55
Lance	Lance registrado na etapa fechada	29.312.896/0001-26	11.500,0000	29/04/2026 08:59:24
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	17.800,0000	29/04/2026 09:00:49
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			29/04/2026 09:03:42
Encerramento	Encerrada a fase de lances			29/04/2026 09:04:46
Desclassificação	O participante BHIDENTAL COMERCIAL EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 29.312.896/0001-26, R\$ 11.500,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante BHIDENTAL COMERCIAL EIRELI não enviou GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO corrigida, referente a 1% (um por cento) do estimado para contratação no ato do cadastramento da proposta eletrônico, conforme solicita o item 3.2.1. do Edital solicitada em sede de diligência. Resta, portanto a mesma DESCLASSIFICADA para o certame.			30/04/2026 14:37:29
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			30/04/2026 14:38:17
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 17.800,00 foi desclassificada. Motivo: A licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, não enviou proposta readequada para os itens 4, 8, 9, 22, 35, 39, 41, 57, 58, 62 e 64. Resta, portanto a mesma DESCLASSIFICADA para os itens 4, 8, 9, 22, 35, 39, 41, 57, 58, 62 e 64.			08/05/2026 10:16:51
Convocação	Participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.613.876/0001-62, foi convocada.			08/05/2026 10:17:03
Desclassificação	O participante BQS DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 33.613.876/0001-62, R\$ 19.335,71 foi desclassificada. Motivo: A licitante BQS DISTRIBUIDORA LTDA, não enviou proposta readequada para os itens 8 e 41. Resta, portanto a mesma DESCLASSIFICADA para os itens 8 e 41.			12/05/2026 14:40:27
Convocação	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, foi convocada.			12/05/2026 14:40:38
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 20.800,00 (vinte mil, oitocentos reais)			13/05/2026 08:53:18
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50			19/05/2026 15:56:27
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 20.800,00 (vinte mil, oitocentos reais)			19/05/2026 15:56:50

item 9 - APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO + JATO DE BICARBONATO

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	7.0	3.360,00	23.520,00	28/04/2026 09:29:26
	<p>Marca: b'ALT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassom odontológico com sistema piezoelétrico acionado por pastilhas cerâmicas operando em frequência de 30.000 Hz, destinado a procedimentos clínicos odontológicos para remoção de biofilme e cálculos; integra bomba peristáltica com regulagem de fluxo de água e reservatório de água removível de fácil enchimento e limpeza; unidade incorpora sistema jato de bicarbonato com peça de mão autoclavável e removível, projetada para misturar ar, água e bicarbonato por meio de difusor concêntrico na extremidade, reduzindo risco de entupimento, e reservatório de bicarbonato com tampa de fácil higienização; inclui peças de mão e acessórios compatíveis, manual de operação e instruções de limpeza e esterilização conforme fabricante; requisitos de instalação compatíveis com ambiente clínico odontológico e alimentação elétrica institucional; manutenção preventiva e calibração conforme orientação do fabricante, com manutenções corretivas realizadas por assistência técnica autorizada; operador deve ser profissional capacitado para uso, higienização e interpretação de segurança do equipamento; este equipamento deve possuir registro ou certificado válido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, conforme a regulamentação vigente, e estar em conformidade com as normas aplicáveis para seu uso em serviços de saúde. Garantia, entrega e treinamento: garantia mínima de 12 meses oferecida pelo fornecedor a contar da data de recebimento; entrega física e responsável pelo transporte, desembarque e conferência dos</p>						