

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA COMERCIAL

Em análise na Proposta Comercial da Empresa *VMI Tecnologias LTDA*, do Processo Administrativo nº 00009.20251022/0005-45, do Pregão Eletrônico nº SS-PE011/2025 que visa aquisição de um mamógrafo Digital, constatamos uma diferença no equipamento descrito, pois o Termo de Referência descreve o equipamento com “*Grade antidifusora retrátil para tomossíntese e magnificação com razão de no mínimo 5:1 ou sistema equivalente*”, porém, a Proposta Comercial da empresa supracitada apresenta a seguinte descrição, “*Bucky/Painel Digital tamanho 24x30 cm, equipado com grade antidifusora retrátil (para tomossíntese e magnificação) de 337,3 l/pol e razão 3:1 em fibra de carbono, compatível com o detector digital*”.

Nova Russas-CE, 27 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

Emanuel Wictor Forte Alves Ribeiro
Diretor Geral H.M.J.G.R.
Portaria Secretaria de Saúde 010/2025