



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1506.01-26PEPM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00007.20260223/0001-64

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliários, destinados à reestruturação do Hospital Municipal e das Unidades Básicas de Saúde, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Milhã-CE. Com recursos oriundos de emendas parlamentares propostas nº: 10626250000125002 e 10626.250000/1230-11, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Equipamento Médico-Hospitalares					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
6	BANHO MARIA	2.0	Unidade	R\$ 3.125,64	R\$ 6.251,28
Especificação: CAPACIDADE QUE ATENDA DE ATÉ 105 TUBOS. TEMPERATURA REGULÁVEL POR MICROPROCESSADOR DIGITAL. CUBA INTERNA EM AÇO INOX SEM EMENDAS OU SOLDAS. CAPACIDADE ENTRE 6,6 LITROS A 10 LITROS. TAMPA EM AÇO INOX. ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA TIPO TUBULAR. ESTANTE ÚNICA PARA TUBOS DE ENSAIO. CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY. FAIXA DE TRABALHO, NO MÍNIMO, ENTRE -10° C E 120° C, COM PRECISÃO IGUAL OU MELHOR QUE $\pm 1,5^{\circ}$ C.					
9	BOMBA DE INFUSÃO	1.0	Unidade	R\$ 4.521,52	R\$ 4.521,52
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÕES E MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA; SISTEMA PERISTÁLTICO; TAXA DE INFUSÃO AJUSTÁVEL DE 1 MILILITRO POR HORA ATÉ 999 MILILITROS POR HORA; VOLUME PROGRAMÁVEL; PRECISÃO DE INFUSÃO DE 5% ; DISPLAY DIGITAL; PAINEL DE CONTROLE COM TECLADO; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÃO, AR NA LINHA, FIM DE VOLUME, PORTA ABERTA E BATERIA FRACA; SISTEMA DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA; SISTEMA ANTIBOLUS; MEMÓRIA DE PROGRAMAÇÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS; COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRÃO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PEDESTAL OU SUPORTE DE SORO; ESTRUTURA PORTÁTIL; PESO ATÉ 3 QUILOGRAMAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA"					
10	CADEIRAS DE RODAS ADULTO	30.0	Unidade	R\$ 730,00	R\$ 21.900,00
Especificação: "CADEIRA DE RODAS PARA LOCOMOÇÃO DE ADULTO, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA DE RODAS MANUAL ADULTO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON OU MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE; LARGURA DO ASSENTO DE 45 CENTÍMETROS; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS; RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS COM ARO DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 06 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS; SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS; DOBRÁVEL EM "X"; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 20 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					



12	Cardiotocógrafo	8.0	Unidade	R\$ 14.655,32	R\$ 117.242,56
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO AO MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS, UTILIZADO EM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E DURANTE O TRABALHO DE PARTO. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL; MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL POR ULTRASSOM; MONITORAMENTO DAS CONTRAÇÕES UTERINAS POR TOCODINAMÔMETRO; FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL DE 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO; DISPLAY DIGITAL; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA PARA REGISTRO GRÁFICO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS; INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; TRANSDUTORES INCLUSOS (ULTRASSOM E TOCO); SISTEMA PORTÁTIL OU DE MESA; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
13	Cardioversor desfibrilador implantável	1.0	Unidade	R\$ 35.950,88	R\$ 35.950,88
Especificação: "EQUIPAMENTO MÉDICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CARDIOVERSÃO E DESFIBRILAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS, UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARDIOVERSOR COM DESFIBRILADOR; TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA; MODOS DE OPERAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICO; FAIXA DE ENERGIA AJUSTÁVEL DE 1 A 200 JOULES; MONITOR DE ECG INTEGRADO; DISPLAY DIGITAL COLORIDO; PÁS EXTERNAS ADULTO E PEDIÁTRICAS; SINCRONISMO PARA CARDIOVERSÃO; ALARMES SONOROS E VISUAIS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA; MEMÓRIA PARA REGISTRO DE EVENTOS; CARREGAMENTO RÁPIDO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA PORTÁTIL COM ALÇA; PESO ATÉ 8 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
16	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	3.0	Outras unidades	R\$ 8.150,67	R\$ 24.452,01
Especificação: "EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À ANÁLISE DO RITMO CARDÍACO E APLICAÇÃO DE CHOQUE ELÉTRICO AUTOMÁTICO PARA TRATAMENTO DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO; OPERAÇÃO TOTALMENTE AUTOMATIZADA; ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO; ORIENTAÇÃO POR COMANDOS DE VOZ EM PORTUGUÊS; TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA; ENERGIA DE DESCARGA AJUSTÁVEL ATÉ 200 JOULES; TEMPO DE CARGA RÁPIDO; INDICADORES VISUAIS E SONOROS DE OPERAÇÃO; DISPLAY INDICATIVO OU LUZES DE STATUS; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO COM INDICADOR DE CARGA; AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 CHOQUES OU 04 HORAS DE MONITORAMENTO; ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO; MEMÓRIA INTERNA PARA REGISTRO DE EVENTOS; SISTEMA DE AUTOTESTE AUTOMÁTICO; ALARME DE MANUTENÇÃO; ESTRUTURA PORTÁTIL COM ALÇA; PESO ATÉ 3 KG; MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
17	DETECTOR FETAL	7.0	Unidade	R\$ 718,33	R\$ 5.028,31
Especificação: "EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À DETECÇÃO E MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL POR ULTRASSOM, INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIO E PRÉ-NATAL. CARACTERÍSTICAS: TIPO DETECTOR FETAL PORTÁTIL; TECNOLOGIA DOPPLER; FREQUÊNCIA DO TRANSDUTOR DE 2 MEGAHERTZ; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO; DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; SAÍDA DE ÁUDIO INTEGRADA; CONTROLE DE VOLUME; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS; AUTONOMIA MÍNIMA DE 04 HORAS; DESIGN PORTÁTIL E LEVE; PESO ATÉ 1 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
20	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	15.0	Unidade	R\$ 176,38	R\$ 2.645,70
Especificação: "EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO E GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE MEMBROS SUPERIORES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESCADA DIGITAL DE PAREDE; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA; ALTURA TOTAL DE 2,00 METROS; RÉGUA VERTICAL COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; DEGRAUS EM MADEIRA FIXADOS COM ESPAÇAMENTO UNIFORME; LARGURA DE 15 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE DE 04 CENTÍMETROS; INSTALAÇÃO FIXA EM PAREDE; ACABAMENTO LISO SEM ARESTAS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA."					
23	ESTETOSCÓPIO ADULTO	15.0	Unidade	R\$ 234,63	R\$ 3.519,45
Especificação: "INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AUSCULTA DE SONS CORPORAIS, INDICADO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS EM AMBIENTE CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTETOSCÓPIO ADULTO; AUSCULTADOR DUPLO COM DIAFRAGMA E CAMPÂNULA; DIAFRAGMA SENSÍVEL PARA AUSCULTA DE SONS DE ALTA FREQUÊNCIA; CAMPÂNULA PARA SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA; TUBO EM PVC OU MATERIAL FLEXÍVEL DE ALTA DURABILIDADE; OLIVAS AURICULARES MACIAS E ANATÔMICAS; HASTES METÁLICAS RESISTENTES; ANEL ANTIFRIO NO AUSCULTADOR; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 70 CENTÍMETROS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
25	LARINGOSCÓPIO ADULTO	1.0	Unidade	R\$ 1.094,47	R\$ 1.094,47
Especificação: "INSTRUMENTO UTILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO DA VIA AÉREA SUPERIOR, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO LARINGOSCÓPIO ADULTO; CABO EM METAL COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; ILUMINAÇÃO EM LED; SISTEMA DE ENCAIXE PADRÃO; LÂMINAS CURVAS TIPO MACINTOSH NOS TAMANHOS 02, 03 E 04; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; FONTE DE ENERGIA POR PILHAS; SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO ABRIR A LÂMINA; ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO HOSPITALAR."					
26	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	1.0	Unidade	R\$ 923,89	R\$ 923,89
Especificação: "INSTRUMENTO UTILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO DA VIA AÉREA SUPERIOR, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO EM PACIENTES INFANTIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO LARINGOSCÓPIO INFANTIL; CABO EM METAL COM SUPERFÍCIE					



ANTIDERRAPANTE; ILUMINAÇÃO EM LED; SISTEMA DE ENCAIXE PADRÃO; LÂMINAS CURVAS TIPO MACINTOSH NOS TAMANHOS 00, 01 E 02; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; FONTE DE ENERGIA POR PILHAS; SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO ABRIR A LÂMINA; ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO HOSPITALAR."					
32	SELADORA	10.0	Unidade	R\$ 1.129,77	R\$ 11.297,70
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À SELAGEM DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO SELADORA TÉRMICA DE MESA; LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 30 CENTÍMETROS; CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL; SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO; ACIONAMENTO MANUAL; INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; BASE DE APOIO ESTÁVEL; COMPATÍVEL COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; SELAGEM UNIFORME; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA METÁLICA OU MATERIAL RESISTENTE; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
33	SERRA DE CORTAR GESSO	2.0	Unidade	R\$ 2.705,60	R\$ 5.411,20
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO AO CORTE DE IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS EM GESSO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO SERRA ELÉTRICA PARA GESSO; MOTOR ELÉTRICO DE ALTA ROTAÇÃO; SISTEMA OSCILATÓRIO DE CORTE; LÂMINA EM AÇO RESISTENTE; TROCA RÁPIDA DE LÂMINA; DESIGN ERGONÔMICO; BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); CABO DE ENERGIA RESISTENTE; ESTRUTURA LEVE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO ORTOPÉDICO."					
34	SUPORTE PARA SORO	10.0	Unidade	R\$ 464,30	R\$ 4.643,00
Especificação: SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO PORTÁTIL E REGULÁVEL, RODÍZIOS SEM RODÍZIOS, PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS GANCHOS TÉRMINO EM X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PROTETORA PARA OS PÉS					
38	APARELHO ULTRASSONOGRAFIA	1.0	Unidade	R\$ 3.031,25	R\$ 3.031,25
Especificação: "APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, FREQUÊNCIA EMISSÃO 1 E 3 MHZ, VOLTAGEM 110/ 220 V, APLICAÇÃO MODO OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TECLADO DE TOQUE, VISOR NUMÉRICO DIGITAL, COMPONENTES TRANSDUTOR DE ENTRADA DE 7CM², USO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E ESTÉTICO					
40	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA	7.0	Unidade	R\$ 2.232,33	R\$ 15.626,31
Especificação: "BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE PESO CORPORAL E ALTURA, INDICADA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO DIGITAL ANTROPOMÉTRICA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG; DIVISÃO DE 100 G; PLATAFORMA EM MATERIAL RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE; BASE ESTÁVEL; ESTRUTURA EM AÇO OU MATERIAL RESISTENTE; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; FUNÇÃO TARA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA E/OU REDE ELÉTRICA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA COM ESCALA DE 0 A 2,00 METROS; GRADUAÇÃO DA ALTURA EM MILÍMETROS; HASTE VERTICAL FIXA COM CURSOR DESLIZANTE; INDICADOR DE BATERIA FRACA; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA ATÉ 2,20 M; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 20 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
42	ADIPÔMETRO	3.0	Unidade	R\$ 186,54	R\$ 559,62
Especificação: ADIPÔMETRO - CORPO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA; CABO E PROTETORES EM NYLO, BASE EM ABS, MOLAS EM AÇO COM PRESSÃO DE 10 G/MM2 E AMPLITUDE DE LEITURA 80 MM, COM SENSIBILIDADE DE 1 MM. BOA ERGONOMIA MANUAL, ESPECIFICAÇÕES: SENSIBILIDADE: 1 MM; AMPLITUDE LEITURA: 80 MM; DIMENSÕES: 244 MM X 215 MM; PESO: 95G / 170G COM EMBALAGEM; EMBALAGEM: PLÁSTICO BOLHA; ACOMPANHA TRENA.					
44	BRAÇADEIRA CABO AÇO PARA INJEÇÃO	10.0	Unidade	R\$ 346,70	R\$ 3.467,00
Especificação: DISPOSITIVO DESTINADO À FIXAÇÃO E UNIÃO DE CABOS DE AÇO, INDICADO PARA USO EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES. CARACTERÍSTICAS: TIPO BRAÇADEIRA PARA CABO DE AÇO; CORPO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO; FORMATO EM "U" COM BASE E PORCAS DE FIXAÇÃO; DIÂMETRO COMPATÍVEL COM CABO DE AÇO DE ATÉ 10 MILÍMETROS; ROSCA RESISTENTE; FIXAÇÃO FIRME E SEGURA; RESISTENTE À CORROSÃO; INDICADA PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS; MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.					
45	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	10.0	Unidade	R\$ 352,53	R\$ 3.525,30
Especificação: "INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AUSCULTA DE SONS CORPORAIS EM PACIENTES INFANTIS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTETOSCÓPIO INFANTIL; AUSCULTADOR DUPLO COM DIAFRAGMA E CAMPÂNULA; DIAFRAGMA DE MENOR DIÂMETRO ADEQUADO PARA CRIANÇAS; CAMPÂNULA PARA SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA; TUBO EM PVC OU MATERIAL FLEXÍVEL DE ALTA DURABILIDADE; OLIVAS AURICULARES MACIAS E ANATÔMICAS; HASTES METÁLICAS RESISTENTES; ANEL ANTIFRIO NO AUSCULTADOR; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 70 CENTÍMETROS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
46	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	10.0	Unidade	R\$ 203,07	R\$ 2.030,70
Especificação: "APARELHO DESTINADO À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO; MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; PRECISÃO DE ±3 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA EM TECIDO RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO EM BORRACHA; PERA COM VÁLVULA DE CONTROLE DE AR; SISTEMA DE INSUFLAÇÃO MANUAL; BRAÇADEIRA COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO INFANTIL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; EQUIPAMENTO PORTÁTIL."					



48	APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA (BIA)	7.0	Unidade	R\$ 776,43	R\$ 5.435,01
Especificação: BALANÇA BIOIMPEDÂNCIA DIGITAL - DESCRIÇÃO: POSSUI 7 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS, FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO QUE AJUDA A COMPREENDER O NÍVEL DOS RESULTADOS (BAIXO, NORMAL, ALTO, MUITO ALTO), PRODUTO QUE FORNEÇA RELATÓRIOS DE RESULTADOS ANTERIORES (1-7-30-90 DIAS). ALÉM DISSO, MEMORIZA ATÉ 4 PERFS (4 USUÁRIOS DIFERENTES). 7 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL (ATÉ 150KG), GORDURA CORPORAL DE 5,0 A 60,0% COM INCREMENTOS DE 0,1%. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) DE 7,0 A 90,0 COM INCREMENTOS DE 0,1, GORDURA VISCERAL DE 30 NÍVEIS COM INCREMENTOS DE 1 NÍVEL, MÚSCULOS ESQUELÉTICOS DE 5,0 A 50,0% COM INCREMENTOS DE 0,1%, METABOLISMO BASAL DE 385 A 3999 KCAL COM INCREMENTOS DE 1 KCA L, IDADE CORPORAL DE 18 A 80 ANOS COM INCREMENTOS DE 1 ANO, PRECISÃO: 2,0 KG A 40,0 KG: $\pm 0,4$ KG 40,0 KG A 150,0 KG: ± 1 %, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 6V CC (COM 4 PILHAS "AA" ALCALINAS (LR03) OU MANGANÊS (R03)), DIMENSÕES EXTERNAS (LXAXP): 30X32X5 CM, PESO DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 2,1 KG.					
50	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO	20.0	Unidade	R\$ 191,70	R\$ 3.834,00
Especificação: APARELHO DIGITAL AUTOMÁTICO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA, DO TIPO PULSO, INDICADO PARA USO DOMICILIAR E/OU PROFISSIONAL, COM SISTEMA OSCILOMÉTRICO, PROJETADO PARA FORNECER LEITURAS PRECISAS E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: TIPO: MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO MÉTODO DE MEDIÇÃO: OSCILOMÉTRICO FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO: MÍNIMO DE 0 A 300 MMHG FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: MÍNIMO DE 40 A 180 BPM PRECISÃO: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG FREQUÊNCIA CARDÍACA: $\pm 5\%$ DA LEITURA INSUFLAÇÃO: AUTOMÁTICA DESINFLAÇÃO: AUTOMÁTICA VISOR: DIGITAL (LCD OU EQUIVALENTE), COM NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DIMENSÃO DO VISOR: MÍNIMO DE 3 CM DE ALTURA PARA LEITURA DOS DÍGITOS PRINCIPAIS MEMÓRIA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 MEDIÇÕES (COM DATA E HORA, QUANDO DISPONÍVEL) BRAÇADEIRA (PULSEIRA): TIPO: AJUSTÁVEL PARA PULSO CIRCUNFERÊNCIA COMPATÍVEL: APROXIMADAMENTE DE 13,5 CM A 21,5 CM (OU FAIXA EQUIVALENTE) ALIMENTAÇÃO: POR PILHAS (AAA OU AA) E/OU BATERIA RECARREGÁVEL INDICADORES: INDICADOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES (ARRITMIA) (QUANDO DISPONÍVEL) INDICADOR DE NÍVEL DE PRESSÃO ARTERIAL (CLASSIFICAÇÃO) INDICADOR DE ERRO DE MEDIÇÃO E/OU MOVIMENTO INDICADOR DE BATERIA FRACA DESLIGAMENTO: AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE ESTRUTURA: COMPACTA, LEVE E PORTÁTIL PESO MÁXIMO: ATÉ 500 G (COM BATERIA) MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE DE BOA DURABILIDADE PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA					
51	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	1.0	Unidade	R\$ 4.039,35	R\$ 4.039,35
Especificação: "ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO, INDICADO PARA SUÇÃO DE FLUIDOS CORPORAIS, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, COM ESTRUTURA MÓVEL E SISTEMA DE VÁCUO CONTROLADO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ELÉTRICO MÓVEL; SISTEMA DE SUÇÃO POR BOMBA DE VÁCUO; VAZÃO MÍNIMA DE 20 L/MIN; PRESSÃO DE VÁCUO AJUSTÁVEL ATÉ NO MÍNIMO 500 MMHG; REGULADOR DE VÁCUO COM MANÔMETRO; FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS EM MATERIAL RESISTENTE (POLICARBONATO OU VIDRO); TAMPA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO; FILTRO BACTERIOLÓGICO; MOTOR SILENCIOSO; FUNCIONAMENTO CONTÍNUO; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220V); ESTRUTURA COM BASE MÓVEL COM RODÍZIOS; ALÇA PARA TRANSPORTE; SUPORTE PARA FRASCO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA ATÉ 80 CM; PESO ATÉ 10 KG; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
52	AUTOCLAVE VERTICAL	1.0	Unidade	R\$ 19.681,06	R\$ 19.681,06
Especificação: "AUTOCLAVE VERTICAL DESTINADA À ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, UTILIZADA EM AMBIENTE LABORATORIAL E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO VERTICAL; CAPACIDADE 75 LITROS; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 1,0 E 2,5 BAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 121°C E 134°C; TAMPA SUPERIOR COM FECHAMENTO HERMÉTICO E TRAVAMENTO DE SEGURANÇA; SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO E TEMPERATURA; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; SISTEMA DE ALÍVIO DE PRESSÃO; INDICADORES LUMINOSOS OU DISPLAY; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220V); POTÊNCIA ENTRE 2000W E 4000W; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAPACIDADE; ESTRUTURA EXTERNA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; EQUIPAMENTO DE PISO COM BASE ESTÁVEL."					
53	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA	7.0	Unidade	R\$ 1.452,76	R\$ 10.169,32
Especificação: "BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA DESTINADA À PESAGEM DE RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, INDICADA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO DIGITAL PEDIÁTRICA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG; DIVISÃO DE 5 G; CONCHA ERGONÔMICA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SUPERFÍCIE LISA E ANATÔMICA; BASE ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; FUNÇÃO TARA; FUNÇÃO HOLD PARA FIXAÇÃO DE PESO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA E/OU REDE ELÉTRICA; INDICADOR DE BATERIA FRACA; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO ATÉ 60 CM; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 5 KG; ESTRUTURA RESISTENTE; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
54	BALANÇA DIGITAL CORPORAL	50.0	Unidade	R\$ 116,33	R\$ 5.816,50
Especificação: "BALANÇA DIGITAL CORPORAL DESTINADA À MEDIÇÃO DE PESO DE ADULTOS, INDICADA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO DIGITAL CORPORAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG; DIVISÃO DE 100 G; PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL RESISTENTE; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; BASE ESTÁVEL; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR TOQUE OU PRESENÇA; FUNÇÃO TARA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO 30 CM A 40 CM; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 3 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
55	BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL	1.0	Unidade	R\$ 1.570,02	R\$ 1.570,02



Especificação: "BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DESTINADA À PESAGEM DE CARGAS E MATERIAIS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO DIGITAL INDUSTRIAL DE PLATAFORMA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 KG; DIVISÃO DE 100 G; PLATAFORMA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL; SUPERFÍCIE RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE; BASE REFORÇADA; ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA; DISPLAY DIGITAL COM COLUNA OU REMOTO; VISOR DE FÁCIL LEITURA; FUNÇÃO TARA; FUNÇÃO ZERO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220V) COM BATERIA RECARREGÁVEL; INDICADOR DE BATERIA FRACA; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA PLATAFORMA 40 CM A 60 CM; ALTURA DA COLUNA ATÉ 1,20 M; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 30 KG; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; PRODUTO DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO."					
56	BERA TRIAGEM	1.0	Unidade	R\$ 58.020,30	R\$ 58.020,30
Especificação: BERA TRIAGEM - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TRIAGEM AUDITIVA. EQUIPAMENTO DIGITAL; DISPLAY INTEGRADO OU MONITOR; COM SOFTWARE PARA ANÁLISE AUDITIVA; COM FONES E ELETRODOS; CONEXÃO USB; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; PORTÁTIL; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
60	BISTURI ELÉTRICO	3.0	Unidade	R\$ 21.104,25	R\$ 63.312,75
Especificação: "EQUIPAMENTO ELETROCIRÚRGICO UTILIZADO PARA CORTE E COAGULAÇÃO DE TECIDOS POR MEIO DE CORRENTE ELÉTRICA DE ALTA FREQUÊNCIA, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR E BIPOLAR; POTÊNCIA MÁXIMA DE 300 WATTS; MODOS DE OPERAÇÃO CORTE PURO, COAGULAÇÃO E BLEND; CONTROLE DE POTÊNCIA AJUSTÁVEL; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO EM ALTA FREQUÊNCIA; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; DISPLAY PARA INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E POTÊNCIA; ACIONAMENTO POR PEDAL E CANETA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM MONITORAMENTO DE PLACA NEUTRA; ALARME SONORO E VISUAL; SAÍDAS PARA MONOPOLAR E BIPOLAR; COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS PADRÃO (CANETA, PLACA NEUTRA, CABOS); ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA DE BANCADA; GABINETE EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
79	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 10 LITROS	10.0	Unidade	R\$ 1.845,43	R\$ 18.454,30
Especificação: "CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 10 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO."					
80	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 15 LITROS	5.0	Unidade	R\$ 1.334,27	R\$ 6.671,35
Especificação: "CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 15 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO."					
81	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 20 LITROS	5.0	Unidade	R\$ 1.565,37	R\$ 7.826,85
Especificação: "CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 20 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO."					
82	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 3 LITROS	5.0	Unidade	R\$ 962,68	R\$ 4.813,40
Especificação: "CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PORTÁTIL PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 3 LITROS; MATERIAL EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; FORMATO COMPACTO E LEVE PARA TRANSPORTE; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL."					
83	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 40 LITROS	5.0	Unidade	R\$ 2.203,45	R\$ 11.017,25
Especificação: "CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE GRANDE CAPACIDADE; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 40 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA ROBUSTA PARA USO FIXO OU EM CARRINHO; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; INDICADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR."					
84	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 5 LITROS	5.0	Unidade	R\$ 1.005,67	R\$ 5.028,35
Especificação: "CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO					



HOSPITALAR E PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PORTÁTIL PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 5 LITROS; MATERIAL EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; FORMATO COMPACTO E LEVE PARA TRANSPORTE; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL."					
85	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 50 LITROS	5.0	Unidade	R\$ 2.813,00	R\$ 14.065,00
Especificação: "CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE GRANDE CAPACIDADE; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 50 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA ROBUSTA PARA USO FIXO OU EM CARRINHO; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; INDICADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR."					
86	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 7 LITROS	5.0	Unidade	R\$ 1.044,00	R\$ 5.220,00
Especificação: "CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PORTÁTIL PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 7 LITROS; MATERIAL EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; FORMATO COMPACTO E LEVE PARA TRANSPORTE; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL."					
87	COLAR CERVICAL G	3.0	Unidade	R\$ 102,22	R\$ 306,66
Especificação: "COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO GRANDE; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ADULTO DE MAIOR PORTE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
88	COLAR CERVICAL GG	3.0	Unidade	R\$ 143,77	R\$ 431,31
Especificação: "COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO EXTRA GRANDE; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ADULTO DE MAIOR PORTE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
89	COLAR CERVICAL M	7.0	Unidade	R\$ 71,68	R\$ 501,76
Especificação: "COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO MÉDIO; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ADULTO DE PORTE MÉDIO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
90	COLAR CERVICAL P	3.0	Unidade	R\$ 55,61	R\$ 166,83
Especificação: "COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO PEQUENO; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ADULTO DE MENOR PORTE OU USO PEDIÁTRICO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
91	COLAR CERVICAL PP	3.0	Unidade	R\$ 28,86	R\$ 86,58
Especificação: "COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO EXTRA PEQUENO; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO PEDIÁTRICO OU PACIENTES DE PEQUENO PORTE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
92	ELETROCARDÍOGRAFO	7.0	Unidade	R\$ 8.104,18	R\$ 56.729,26
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, COM REGISTRO DA ATIVIDADE ELÉTRICA DO CORAÇÃO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL DE 12 DERIVAÇÕES; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES; DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DOS TRAÇADOS; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL; FILTROS PARA					



REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIAS; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES; INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; CABOS DE PACIENTE COMPLETOS; ELETRODOS REUTILIZÁVEIS; OPERAÇÃO SIMPLES; ESTRUTURA PORTÁTIL; PESO ATÉ 5 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
93	ELETRCARDIOGRAFO TELA LCD	1.0	Unidade	R\$ 8.878,20	R\$ 8.878,20
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRCARDIOGRAMA, COM VISUALIZAÇÃO DOS TRAÇADOS EM TELA LCD, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ELETRCARDIOGRAFO DIGITAL DE 12 DERIVAÇÕES; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES; TELA LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO DOS TRAÇADOS EM TEMPO REAL; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL; FILTROS PARA REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIAS; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES; INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; CABOS DE PACIENTE COMPLETOS; ELETRODOS REUTILIZÁVEIS; OPERAÇÃO SIMPLES; ESTRUTURA PORTÁTIL; PESO ATÉ 5 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
94	EMISSIONES OTOACUSTICAS TRIAGEM	1.0	Unidade	R\$ 30.555,67	R\$ 30.555,67
Especificação: "EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À TRIAGEM AUDITIVA POR EMISSIONES OTOACUSTICAS, INDICADO PARA AVALIAÇÃO AUDITIVA, ESPECIALMENTE EM RECÉM-NASCIDOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA EMISSIONES OTOACUSTICAS; MÉTODO DE TESTE POR EMISSIONES OTOACUSTICAS EVOCADAS; RESULTADO AUTOMÁTICO DO TIPO PASSA/FALHA; DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS; OPERAÇÃO SIMPLES COM INTERFACE INTUITIVA; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES; INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; SONDA COM PONTEIRAS ADAPTÁVEIS; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL; AUTONOMIA MÍNIMA DE 04 HORAS; EQUIPAMENTO LEVE E PORTÁTIL; PESO ATÉ 2 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
95	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL	10.0	Unidade	R\$ 936,67	R\$ 9.366,70
Especificação: "APARELHO DESTINADO À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, DO TIPO PEDESTAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PEDESTAL; MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; PRECISÃO DE ±3 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; BRAÇADEIRA ADULTO EM TECIDO RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO EM BORRACHA; PERA COM VÁLVULA DE CONTROLE DE AR; SISTEMA DE INSUFLAÇÃO MANUAL; COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA; BASE COM 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA ESTÁVEL; MANÔMETRO COM GIRO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
96	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	10.0	Unidade	R\$ 179,83	R\$ 1.798,30
Especificação: "APARELHO DESTINADO À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES OBESOS, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PARA OBESO; MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; PRECISÃO DE ±3 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE EM TECIDO RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO EM BORRACHA; PERA COM VÁLVULA DE CONTROLE DE AR; SISTEMA DE INSUFLAÇÃO MANUAL; BRAÇADEIRA COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO AMPLIADA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; EQUIPAMENTO PORTÁTIL."					
97	ESTADIÔMETRO INFANTIL	50.0	Unidade	R\$ 342,08	R\$ 17.104,00
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE ALTURA/COMPRIMENTO DE CRIANÇAS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTADIÔMETRO INFANTIL HORIZONTAL; ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE OU ACRÍLICO; BASE PLANA PARA POSICIONAMENTO DA CRIANÇA; ESCALA GRADUADA EM CENTÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 CENTÍMETROS A 110 CENTÍMETROS; CURSOR DESLIZANTE PARA MEDIÇÃO; LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; MATERIAL LEVE; SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA MEDIÇÃO DE BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS."					
98	ESTADIÔMETRO VERTICAL	15.0	Unidade	R\$ 742,24	R\$ 11.133,60
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE ALTURA DE PACIENTES EM POSIÇÃO ORTOSTÁTICA, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTADIÔMETRO VERTICAL; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL METÁLICO RESISTENTE; FIXAÇÃO EM PAREDE OU BASE PORTÁTIL; ESCALA GRADUADA EM CENTÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 220 CENTÍMETROS; CURSOR DESLIZANTE COM APOIO PARA CABEÇA; LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; BASE ANTIDERRAPANTE (QUANDO PORTÁTIL); ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE; MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
99	FLUXOMETRO PARA VALVULA REGULADORA	15.0	Unidade	R\$ 83,30	R\$ 1.249,50
Especificação: "DISPOSITIVO DESTINADO AO CONTROLE E MEDIÇÃO DO FLUXO DE OXIGÊNIO OU AR MEDICINAL, ACOPLADO À VÁLVULA REGULADORA, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO FLUXÔMETRO PARA GASES MEDICINAIS; ESCALA DE FLUXO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO; CORPO EM MATERIAL METÁLICO OU LATÃO CROMADO; TUBO GRADUADO TRANSPARENTE; ESFERA INDICADORA DE FLUXO; AJUSTE POR VÁLVULA DE CONTROLE; CONEXÃO PADRÃO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO; SAÍDA PARA UMIDIFICADOR; LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO COM OXIGÊNIO MEDICINAL."					
100	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	10.0	Unidade	R\$ 485,40	R\$ 4.854,00
Especificação: "EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR DESTINADO A PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E EXAMES CLÍNICOS, INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIOS E UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO FOCO REFLETOR AMBULATORIAL; ILUMINAÇÃO EM LED; INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 15.000 LUX; TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 4.000 A 5.000 KELVIN; BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE POSIÇÃO; CABECOTE COM GIRO; ALTURA AJUSTÁVEL; BASE COM 04 OU 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; SISTEMA DE BAIXO AQUECIMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA					



LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
101	FOCO CIRURGICO DE SOLO MÓVEL	1.0	Unidade	R\$ 10.600,89	R\$ 10.600,89
Especificação: "EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DESTINADO A PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS, COM BASE MÓVEL, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL; ILUMINAÇÃO EM LED; INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 30.000 LUX; TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 4.000 A 5.000 KELVIN; AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE POSIÇÃO; CABEÇOTE COM GIRO; BASE COM 04 OU 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ALTURA AJUSTÁVEL; SISTEMA DE BAIXO AQUECIMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; EQUIPAMENTO PORTÁTIL."					
103	LANTERNA CLÍNICA	20.0	Unidade	R\$ 95,59	R\$ 1.911,80
Especificação: "DISPOSITIVO PORTÁTIL DESTINADO À ILUMINAÇÃO EM EXAMES CLÍNICOS, UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS E INSPEÇÃO DE CAVIDADES. CARACTERÍSTICAS: TIPO LANTERNA CLÍNICA PORTÁTIL; ILUMINAÇÃO EM LED; CORPO EM METAL OU ALUMÍNIO; ACIONAMENTO POR BOTÃO; LUZ BRANCA DE ALTA INTENSIDADE; CLIP DE FIXAÇÃO PARA BOLSO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS; DESIGN COMPACTO E LEVE; PESO ATÉ 200 GRAMAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
106	MARTELO DE REFLEXOS TAYLOR	10.0	Unidade	R\$ 66,69	R\$ 666,90
Especificação: "INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS, INDICADO PARA USO EM EXAMES CLÍNICOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO MARTELO DE REFLEXOS MODELO TAYLOR; CABEÇA EM BORRACHA SINTÉTICA; CABO EM METAL CROMADO OU PLÁSTICO RESISTENTE; FORMATO TRIANGULAR DA CABEÇA; EQUILIBRADO PARA PERCUSSÃO PRECISA; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20 CENTÍMETROS; PESO LEVE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO CLÍNICO."					
108	MONITOR MULTIPARÂMETROS	3.0	Unidade	R\$ 7.975,52	R\$ 23.926,56
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO AO MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SINAIS VITAIS DE PACIENTES, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO MONITOR MULTIPARÂMETROS; MONITORAMENTO DE ECG, FREQUÊNCIA CARDÍACA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E TEMPERATURA; TELA LCD COLORIDA COM TAMANHO MÍNIMO DE 10 POLEGADAS; EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS CONFIGURÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS; TENDÊNCIAS GRÁFICAS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; CABOS E SENSORES COMPATÍVEIS COM OS PARÂMETROS; ESTRUTURA PORTÁTIL; PESO ATÉ 5 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
109	NEBULIZADOR PORTÁTIL	15.0	Unidade	R\$ 170,10	R\$ 2.551,50
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INALATÓRIA, INDICADO PARA USO DOMICILIAR E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO NEBULIZADOR PORTÁTIL; SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO POR COMPRESSOR OU ULTRASSÔNICO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO MÍNIMA DE 0,2 MILILITROS POR MINUTO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE MEDICAMENTO DE 5 MILILITROS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MÁSCARAS PARA ADULTO E INFANTIL; BOCAL PARA INALAÇÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS) OU POR BATERIA; DESIGN COMPACTO E LEVE; PESO ATÉ 2 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO CONTÍNUO."					
110	NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS	20.0	Unidade	R\$ 1.175,33	R\$ 23.506,60
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À VISUALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS, COM DOIS CORPOS ILUMINADOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO NEGATOSCÓPIO DE PAREDE COM 02 CORPOS; ILUMINAÇÃO EM LED OU LÂMPADAS FLUORESCENTES; LUMINOSIDADE UNIFORME; PAINEL FRONTAL EM ACRÍLICO LEITOSO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM ALUMÍNIO; FIXAÇÃO EM PAREDE; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM FILMES RADIOGRÁFICOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA."					
111	OFTALMOSCÓPIO	10.0	Unidade	R\$ 1.117,94	R\$ 11.179,40
Especificação: ILUMINAÇÃO LED; CABO METÁLICO; LENTES COM NO MÍNIMO 19 DIOPTRIAS; ABERTURAS PARA DIFERENTES TIPOS DE EXAME; CONTROLE DE FOCO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL; PORTÁTIL; ACOMPANHA ESTOJO. UNIDADE.					
112	OTOSCÓPIO	10.0	Unidade	R\$ 491,44	R\$ 4.914,40
Especificação: ILUMINAÇÃO LED; CABO METÁLICO; LENTE COM AMPLIAÇÃO MÍNIMA DE 3X; ESPÉCULOS EM DIFERENTES TAMANHOS; CONTROLE DE FOCO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL; PORTÁTIL; ACOMPANHA ESTOJO. UNIDADE.					
113	OXÍMETRO DE DEDO (PULSO)	1.0	Unidade	R\$ 90,62	R\$ 90,62
Especificação: "DISPOSITIVO PORTÁTIL DESTINADO À MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E FREQUÊNCIA DE PULSO, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO OXÍMETRO DE DEDO; MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 70 POR CENTO A 100 POR CENTO PARA SATURAÇÃO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 250 BATIMENTOS POR MINUTO; DISPLAY DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS; INDICAÇÃO DE ONDA PLETISMOGRÁFICA OU BARRA DE PULSO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; DESIGN COMPACTO E LEVE; PESO ATÉ 200 GRAMAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
114	PALETE	20.0	Unidade	R\$ 1.271,62	R\$ 25.432,40



Especificação: "CONTENTOR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CONTENTOR PARA RESÍDUOS; MATERIAL EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 2500 KG; ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS E INTEMPÉRIES; TAMPARTICULADA; SISTEMA DE DRENAGEM; BASE COM RODAS OU COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO EXTERNO E COLETA DE RESÍDUOS."					
115	PRANCHA LONGA	5.0	Unidade	R\$ 824,44	R\$ 4.122,20
Especificação: CONFECCIONADA EM POLIETILENO, TAMANHO MÍNIMO DE 1,88 X 0,44 M, BORDAS EXTERNAS ARREDONDADAS, IMPERMEABILIZADA COM ORIFÍCIOS PARA SUSTENTAÇÃO E PASSAGEM DAS CINTAS					
116	REANIMADOR (AMBU) COM RESERVATÓRIO	20.0	Unidade	R\$ 250,02	R\$ 5.000,40
Especificação: CONFECCIONADO EM SILICONE; REUTILIZÁVEL; TAMANHO ADULTO; BALÃO AUTOINFLÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; COM MÁSCARA FACIAL; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; MATERIAL RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
117	REANIMADOR INFANTIL (AMBU) COM RESERVATÓRIO	10.0	Unidade	R\$ 197,43	R\$ 1.974,30
Especificação: CONFECCIONADO EM SILICONE; REUTILIZÁVEL; TAMANHO INFANTIL; BALÃO AUTOINFLÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; COM MÁSCARA FACIAL; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; MATERIAL RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
118	REANIMADOR NEONATAL (AMBU) COM RESERVATÓRIO	5.0	Unidade	R\$ 213,02	R\$ 1.065,10
Especificação: CONFECCIONADO EM SILICONE; REUTILIZÁVEL; TAMANHO NEONATAL; BALÃO AUTOINFLÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; COM MÁSCARA FACIAL; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; MATERIAL RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
119	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MADEIRA	15.0	Unidade	R\$ 152,29	R\$ 2.284,35
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO CORPORAL, INDICADO PARA USO EM AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM AMBIENTE CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO RÉGUA ANTROPOMÉTRICA HORIZONTAL; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA; ESCALA GRADUADA EM CENTÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100 CENTÍMETROS; BASE PLANA PARA POSICIONAMENTO DO PACIENTE; CURSOR DESLIZANTE PARA AJUSTE DA MEDIÇÃO; ACABAMENTO LISO SEM ARESTAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO PEDIÁTRICO."					
125	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	30.0	Unidade	R\$ 23,07	R\$ 692,10
Especificação: DISPOSITIVO DESTINADO À MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL; MEDIÇÃO POR SENSOR ELETRÔNICO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 32 GRAUS CELSIUS A 42 GRAUS CELSIUS; PRECISÃO DE ±0,1 GRAU CELSIUS; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS; SINAL SONORO AO FINAL DA MEDIÇÃO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PONTA FLEXÍVEL; RESISTENTE À ÁGUA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA; MATERIAL ATÓXICO E LIVRE DE MERCÚRIO; DESIGN COMPACTO E LEVE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA.					
126	TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO	5.0	Unidade	R\$ 184,00	R\$ 920,00
Especificação: "DISPOSITIVO DESTINADO À MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL; MEDIÇÃO POR SENSOR ELETRÔNICO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 32 GRAUS CELSIUS A 42 GRAUS CELSIUS; PRECISÃO DE ±0,1 GRAU CELSIUS; DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA; TEMPO DE MEDIÇÃO RÁPIDO; SINAL SONORO AO FINAL DA MEDIÇÃO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; RESISTENTE À ÁGUA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA; DESIGN COMPACTO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
127	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL	2.0	Unidade	R\$ 54.330,14	R\$ 108.660,28
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM POR ULTRASSOM, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR, COM CONFIGURAÇÃO PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: TIPO ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL; SISTEMA DIGITAL; MONITOR LCD COLORIDO COM TAMANHO MÍNIMO DE 12 POLEGADAS; MODOS DE OPERAÇÃO B, M E DOPPLER COLORIDO; TECLADO INTEGRADO; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS; PORTAS USB PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); SOFTWARE PARA MEDIÇÕES E ANÁLISES; SUPORTE PARA MÚLTIPLOS TRANSDUTORES; TRANSDUTOR CONVEXO INCLUSO; EQUIPAMENTO LEVE E PORTÁTIL; PESO ATÉ 10 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
128	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	4.0	Unidade	R\$ 2.426,00	R\$ 9.704,00
Especificação: EQUIPAMENTO DIGITAL; FREQUÊNCIA DE 1 MHZ E/OU 3 MHZ; DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE INTENSIDADE; MODO CONTÍNUO E PULSADO; TIMER; CABEÇOTE ERGONÔMICO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; ACOMPANHA CABO DE FORÇA E GEL; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL MANUSEIO. UNIDADE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 16,6 x 27 x 12,5 cm; 4 quilogramas O APARELHO INCLUI: 01 - Ultrassom 1 e 3 MHZ - IBRAME 01 Aplicador 01 Cabo PP fêmea i.e.c. 2 x 0,75 x 1500mm 01 Cabeçote de silicone com ERA de 8cm2 01 Cabo adaptador para terapia combinada 01 Suporte aplicador probe para gabinete safira V2.0 01 Bsnaga com gel (cap. 100 gramas) (Anvisa: 80122200013)					
129	VÁLVULA REGULADORA AR COM FLUXÔMETRO	10.0	Unidade	R\$ 324,77	R\$ 3.247,70



Especificação: "DISPOSITIVO DESTINADO AO CONTROLE DA PRESSÃO E DO FLUXO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO VÁLVULA REGULADORA PARA AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO ACOPLADO; CORPO EM LATÃO CROMADO OU MATERIAL METÁLICO RESISTENTE; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO; ESCALA DE FLUXO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO; TUBO GRADUADO TRANSPARENTE COM ESFERA INDICADORA; AJUSTE DE FLUXO POR VÁLVULA DE CONTROLE; CONEXÃO PADRÃO PARA CILINDRO OU REDE DE AR MEDICINAL; SAÍDA PARA UMIDIFICADOR OU EQUIPAMENTOS; VÁLVULA DE SEGURANÇA; LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO COM AR MEDICINAL."					
131	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (75 LITROS) - ODONTOLOGIA	7.0	Unidade	R\$ 13.651,33	R\$ 95.559,31
Especificação: "AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CAPACIDADE DE 75 LITROS, DESTINADA À ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE CICLOS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 75 LITROS; TIPO HORIZONTAL DE MESA; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 1,0 E 2,5 BAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 121°C E 134°C; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE ESTERILIZAÇÃO; CONTROLE DE TEMPO E TEMPERATURA; SISTEMA DE SECAGEM AUTOMÁTICA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA INCORPORADO; SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA NA PORTA; VÁLVULA DE SEGURANÇA; SENSOR DE TEMPERATURA E PRESSÃO; INDICADORES LUMINOSOS OU DISPLAY; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220V); POTÊNCIA APROXIMADA ENTRE 1500W E 3000W; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM CAPACIDADE DE 75L; ESTRUTURA EXTERNA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; EQUIPAMENTO DE BANCADA."					
132	BRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	10.0	Unidade	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
Especificação: DISPOSITIVO UTILIZADO PARA GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR DURANTE PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO VENOSA. CARACTERÍSTICAS: TIPO BRAÇADEIRA GARROTE; MATERIAL EM TECIDO ELÁSTICO RESISTENTE; LARGURA APROXIMADA DE 2,5 CENTÍMETROS; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL ATÉ 50 CENTÍMETROS; SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVA RÁPIDA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; AJUSTE MANUAL; LIBERAÇÃO RÁPIDA COM UM TOQUE; REUTILIZÁVEL; MATERIAL LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; RESISTENTE AO USO CONTÍNUO.					
Valor total do lote R\$ 1.001.770,14 (um milhão e mil, setecentos e setenta reais e catorze centavos)					

MOBILIÁRIO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
4	ARMARIO VITRINE	10.0	Unidade	R\$ 1.506,80	R\$ 15.068,00
Especificação: ARMARIO VITRINE DE UMA PORTA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COM ESTRUTURA EM AÇO E PORTAS EM VIDRO. CARACTERÍSTICAS: TIPO UMA PORTA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA; PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE E FECHADURA; LATERAIS EM VIDRO; 03 PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO (MÍNIMO 4MM); PÉS FIXOS COM PONTEIRAS; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 1,60 A 1,80M, LARGURA 0,50 A 0,65M, PROFUNDIDADE 0,35 A 0,45M; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.					
5	BALDE A PEDAL	30.0	Unidade	R\$ 284,10	R\$ 8.523,00
Especificação: Balde com Pedal e Balde Brinox Frame 20 Litros Aço Carbono Preto Capacidade: 20 litros Material: aço carbono Acionamento: duplo (aba manual e pedal) Tampa: com alça e fechamento suave Diferenciais: balde removível, alça para transporte, pedal com base de inox Dimensões: 35,5 cm (L) x 27 cm (C) x 47,7 cm (A)					
7	Banqueta	5.0	Unidade	R\$ 618,08	R\$ 3.090,40
Especificação: "BANQUETA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR OU LABORATORIAL, UTILIZADA PARA APOIO DE PROFISSIONAIS DURANTE PROCEDIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BANQUETA GIRATÓRIA; ASSENTO REDONDO COM DIÂMETRO DE 30 CM; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA A GÁS; ALTURA AJUSTÁVEL DE 45 CM A 65 CM; BASE COM 05 RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; BASE EM FORMATO ESTRELA; RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
8	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	4.0	Unidade	R\$ 2.395,00	R\$ 9.580,00
Especificação: "BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO COM CUBA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, INDICADO PARA USO EM MATERNIDADES E UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM-NASCIDO; CUBA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE RESISTENTE; FORMATO ANATÔMICO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; SUPORTE COM ALTURA FIXA; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 02 COM TRAVA; PRATELEIRA INFERIOR PARA APOIO DE MATERIAIS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA COMPRIMENTO 70 CM A 80 CM, LARGURA 40 CM A 50 CM, PROFUNDIDADE 20 CM A 25 CM; ALTURA TOTAL DO BERÇO 80 CM A 100 CM; CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA RECÉM-NASCIDO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO."					
11	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	20.0	UNIDADE	R\$ 2.248,51	R\$ 44.970,20
Especificação: "CAMA HOSPITALAR ADULTO COM MOVIMENTOS TIPO FAWLER MECÂNICO, INDICADA PARA INTERNAÇÃO, CONFORTO E POSICIONAMENTO DE PACIENTES. CARACTERÍSTICAS: TIPO CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER MECÂNICA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ARTICULADO EM NO MÍNIMO 02 SEÇÕES; MOVIMENTOS					



DE ELEVÇÃO DE DORSO E PERNAS POR MANIVELAS; ESTRADO EM CHAPA PERFURADA OU TUBULAR METÁLICO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,90 METRO DE LARGURA E 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM MATERIAL RESISTENTE; GRADES LATERAIS METÁLICAS COM SISTEMA DE TRAVA; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 02 COM TRAVA; SUPORTE PARA SORO (HASTE) ACOPLADO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; ALTURA DO LEITO FIXA; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
14	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO	1.0	Unidade	R\$ 1.142,63	R\$ 1.142,63
Especificação: "CARRO AUXILIAR DESTINADO AO APOIO EM PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS, UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO DE CURATIVOS COM DUAS PRATELEIRAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA (QUANDO EM AÇO CARBONO); TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA INFERIOR EM AÇO INOX OU MATERIAL RESISTENTE; BORDAS COM PROTEÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS A 90 CENTÍMETROS, LARGURA 50 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS A 50 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ESTRUTURA ESTÁVEL; CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA USO HOSPITALAR; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
18	ESCADA DOIS DEGRAUS	20.0	Unidade	R\$ 275,00	R\$ 5.500,00
Especificação: "ESCADA AUXILIAR COM DOIS DEGRAUS, UTILIZADA PARA ACESSO A MACAS E LEITOS, INDICADA PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESCADA CLÍNICA COM 02 DEGRAUS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL ATÉ 40 CENTÍMETROS; LARGURA DE 40 CENTÍMETROS A 50 CENTÍMETROS; BASE COM PÉS FIXOS E PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; ESTRUTURA ESTÁVEL; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
19	ESCADA TRÊS DEGRAUS	10.0	Unidade	R\$ 516,68	R\$ 5.166,80
Especificação: "EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO E GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE MEMBROS SUPERIORES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESCADA DIGITAL DE PAREDE; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE; RÉGUA VERTICAL COM GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS; ALTURA TOTAL DE 2,00 METROS; DEGRAUS EM MADEIRA FIXADOS EM INTERVALOS REGULARES; DEGRAUS COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 03 CENTÍMETROS A 05 CENTÍMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 10 CENTÍMETROS A 15 CENTÍMETROS; INSTALAÇÃO FIXA EM PAREDE; ACABAMENTO LISO E SEM ARESTAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO."					
27	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	10.0	Unidade	R\$ 699,67	R\$ 6.996,70
Especificação: "MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DURANTE PROCEDIMENTOS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA AUXILIAR HOSPITALAR; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; TAMPO SUPERIOR EM AÇO"					
28	MESA DE CABECEIRA	10.0	Unidade	R\$ 807,33	R\$ 8.073,30
Especificação: "MESA DE CABECEIRA DESTINADA AO APOIO DE OBJETOS PESSOAIS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR OU ALOJAMENTO. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE CABECEIRA; ESTRUTURA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO SUPERIOR RESISTENTE À UMIDADE; 01 GAVETA COM CORREDIÇAS METÁLICAS; 01 PORTA INFERIOR COM PRATELEIRA INTERNA; PUXADORES EM MATERIAL RESISTENTE; DIMENSÕES ALTURA 80 CENTÍMETROS, LARGURA 40 CENTÍMETROS E PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS; BASE COM PÉS FIXOS; ACABAMENTO LISO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA."					
29	MESA PARA IMPRESSORA	10.0	Unidade	R\$ 260,15	R\$ 2.601,50
Especificação: CONFECCIONADA EM MDF; TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM; MEDIDAS APROXIMADAS DE 60 CM DE ALTURA X 50 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE; COM 02 GAVETAS; CORREDIÇAS METÁLICAS; PUXADORES RESISTENTES; ACABAMENTO LISO; ESTRUTURA RESISTENTE; COR CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
30	MOCHO	10.0	Unidade	R\$ 673,26	R\$ 6.732,60
Especificação: "ASSENTO GIRATÓRIO UTILIZADO POR PROFISSIONAIS DURANTE PROCEDIMENTOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO MOCHO GIRATÓRIO; ASSENTO REDONDO COM DIÂMETRO DE 35 CENTÍMETROS; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA A GÁS; ALTURA AJUSTÁVEL DE 45 CENTÍMETROS A 65 CENTÍMETROS; BASE COM 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; BASE EM FORMATO ESTRELA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
31	POLTRONA	15.0	Unidade	R\$ 1.400,51	R\$ 21.007,65
Especificação: "POLTRONA DESTINADA AO CONFORTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; RECLINAÇÃO POR SISTEMA MANUAL COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS; POSIÇÃO DE DESCANSO TOTAL; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO ADULTO; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
35	TELEVISOR	5.0	Unidade	R\$ 1.854,21	R\$ 9.271,05
Especificação: TELEVISOR 40 POLEGADAS - APARELHO ELETRÔNICO UTILIZADO PARA TRANSMISSÃO DE IMAGEM E SOM. SMART TV; TAMANHO 40 POLEGADAS; RESOLUÇÃO FULL HD; ENTRADAS HDMI E USB; CONEXÃO WI-FI; VOLTAGEM 220V OU					



BIVOLT; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL INSTALAÇÃO. UNIDADE.					
36	MESA DE EXAME CLÍNICO	10.0	Unidade	R\$ 1.011,83	R\$ 10.118,30
Especificação: "MESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, INDICADA PARA USO EM CONSULTÓRIOS E UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE EXAMES CLÍNICA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL COM AJUSTE MANUAL; DIMENSÕES DO LEITO COM 0,60 METRO DE LARGURA E 1,80 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA DE 70 CENTÍMETROS; SUPORTE PARA PAPEL DESCARTÁVEL; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
41	MESA DE MAYO	20.0	Unidade	R\$ 582,58	R\$ 11.651,60
Especificação: "MESA AUXILIAR TIPO MAYO DESTINADA AO APOIO DE INSTRUMENTAIS DURANTE PROCEDIMENTOS, INDICADA PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA MAYO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM AÇO INOXIDÁVEL; BANDEJA SUPERIOR EM AÇO INOX REMOVÍVEL; DIMENSÕES DA BANDEJA COM 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E 35 CENTÍMETROS DE LARGURA; ALTURA AJUSTÁVEL POR SISTEMA DE REGULAGEM MANUAL; BASE EM FORMATO "H" OU "T"; BASE COM 02 OU 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS."					
43	MESA GINECOLÓGICA	10.0	Unidade	R\$ 1.799,03	R\$ 17.990,30
Especificação: "MESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, INDICADA PARA USO EM CONSULTÓRIOS E UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA GINECOLÓGICA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL COM AJUSTE MANUAL; APOIO PARA PERNAS TIPO PERNEIRAS ESTOFADAS COM REGULAGEM; POSIÇÃO GINECOLÓGICA; SUPORTE PARA COLETA EM AÇO INOX REMOVÍVEL; DIMENSÕES DO LEITO COM 0,60 METRO DE LARGURA E 1,80 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA DE 70 CENTÍMETROS; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
47	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	10.0	Unidade	R\$ 841,00	R\$ 8.410,00
Especificação: "CADEIRA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE E PROCEDIMENTOS SIMILARES, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E LABORATORIAL. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM DOIS APOIOS DE BRAÇO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; DOIS APOIOS DE BRAÇO ESTOFADOS COM REGULAGEM DE ALTURA E GIRO; BASE FIXA COM PÉS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA DO ASSENTO 45 CENTÍMETROS A 50 CENTÍMETROS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
57	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO (RADIOLOGICO)	2.0	Unidade	R\$ 9.121,80	R\$ 18.243,60
Especificação: "BIOMBO PLUMBÍFERO CURVO PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO IONIZANTE, INDICADO PARA USO EM SALAS DE RAIO-X E AMBIENTES RADIOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BIOMBO CURVO PLUMBÍFERO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM CHAPA COM PROTEÇÃO DE CHUMBO; EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO MÍNIMA DE 1,0 MILÍMETRO; FORMATO CURVO PARA MAIOR ÁREA DE PROTEÇÃO; VISOR COM VIDRO PLUMBÍFERO COM EQUIVALÊNCIA DE 1,0 MILÍMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 1,80 METRO E LARGURA 0,80 METRO A 1,00 METRO; BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ESTRUTURA ESTÁVEL; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA RADIAÇÃO DISPERSA; PRODUTO INDICADO PARA USO RADIOLÓGICO."					
58	BIOMBO PLUMBIFERO RETO (RADIOLOGICO)	2.0	Unidade	R\$ 6.110,10	R\$ 12.220,20
Especificação: "BIOMBO PLUMBÍFERO RETO PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO IONIZANTE, INDICADO PARA USO EM SALAS DE RAIO-X E AMBIENTES RADIOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BIOMBO RETO PLUMBÍFERO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM CHAPA COM PROTEÇÃO DE CHUMBO; EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO MÍNIMA DE 1,0 MILÍMETRO; FORMATO RETO; VISOR COM VIDRO PLUMBÍFERO COM EQUIVALÊNCIA DE 1,0 MILÍMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 1,80 METRO E LARGURA 0,80 METRO; BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ESTRUTURA ESTÁVEL; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA RADIAÇÃO DISPERSA; PRODUTO INDICADO PARA USO RADIOLÓGICO."					
59	BIOMBO TRIPLO	10.0	Unidade	R\$ 877,48	R\$ 8.774,80
Especificação: "BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO UTILIZADO PARA DIVISÃO DE AMBIENTES E GARANTIA DE PRIVACIDADE EM PROCEDIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BIOMBO TRIPLO COM 03 FOLHAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; CORTINAS EM TECIDO RESISTENTE; DIMENSÕES DE CADA FOLHA ALTURA 1,70 METRO A 1,80 METRO E LARGURA 0,60 METRO A 0,80 METRO; ARTICULAÇÃO ENTRE AS FOLHAS POR DOBRADIÇAS METÁLICAS; BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; RESISTENTE AO USO CONTÍNUO."					
61	CADEIRA DE RODAS INFANTIL	10.0	Unidade	R\$ 1.059,14	R\$ 10.591,40
Especificação: "FA"CADEIRA DE RODAS PARA LOCOMOÇÃO INFANTIL, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA DE RODAS MANUAL INFANTIL; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON OU MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE; LARGURA DO ASSENTO DE 30 CENTÍMETROS; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 60 KG; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS; APOIO PARA PÉS AJUSTÁVEIS E REBATÍVEIS; RODAS TRASEIRAS DE 20 POLEGADAS COM ARO DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 05 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS; SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS; DOBRÁVEL EM "X"; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 15 KG;					



ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
62	CADEIRA DE RODAS OBESO	10.0	Unidade	R\$ 1.697,43	R\$ 16.974,30
Especificação: "CADEIRA DE RODAS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES OBESOS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA DE RODAS MANUAL REFORÇADA PARA OBESO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REFORÇADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON OU MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE; LARGURA DO ASSENTO DE 50 CENTÍMETROS; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS REFORÇADOS; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS; RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS COM ARO DE PROPULSÃO REFORÇADO; RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 08 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS REFORÇADOS; SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS; DOBRÁVEL EM "X" REFORÇADO; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 25 KG; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO INTENSIVO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
63	CADEIRA PARA BANHO GRANDE	30.0	Unidade	R\$ 490,57	R\$ 14.717,10
Especificação: CADEIRA PARA BANHO GRANDE - CADEIRA UTILIZADA PARA HIGIENE E BANHO DE PACIENTES. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO; ENCOSTO EM MATERIAL RESISTENTE; APOIO PARA BRAÇOS E PÉS; COM RODÍZIOS; MEDIDAS APROXIMADAS DE 90 CM DE ALTURA X 55 CM DE LARGURA X 70 CM DE PROFUNDIDADE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
64	CADEIRA PARA BANHO PEQUENA	10.0	Unidade	R\$ 254,04	R\$ 2.540,40
Especificação: "CADEIRA PARA BANHO DESTINADA À HIGIENE DE PACIENTES COM MOBILIDADE REDUZIDA, INDICADA PARA USO HOSPITALAR E DOMICILIAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL; ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE OU POLIETILENO; ENCOSTO FIXO; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS; RODAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 04 POLEGADAS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; BALDE COLETOR REMOVÍVEL COM TAMPAS; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 100 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 40 CENTÍMETROS; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 12 KG; ESTRUTURA RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
65	CAMA BELICHE	5.0	Unidade	R\$ 1.824,33	R\$ 9.121,65
Especificação: "CAMA TIPO BELICHE COM DOIS LEITOS SOBREPOSTOS, INDICADA PARA USO EM ALOJAMENTOS, UNIDADES DE SAÚDE OU AMBIENTES COLETIVOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BELICHE COM DOIS NÍVEIS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITOS PARA COLCHÃO SOLTEIRO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,88 METRO DE LARGURA E 1,88 METRO DE COMPRIMENTO; ESTRADO EM CHAPAS PERFORADAS OU RIPAS METÁLICAS RESISTENTES; ESCADA LATERAL FIXA EM METAL; GRADE DE PROTEÇÃO NO LEITO SUPERIOR COM ALTURA MÍNIMA DE 30 CENTÍMETROS; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG POR LEITO; ESTRUTURA REFORÇADA; ACABAMENTO RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; MONTAGEM FIRME E SEGURA."					
66	CAMA BERÇO COM GRADES	5.0	Unidade	R\$ 1.733,00	R\$ 8.665,00
Especificação: "BERÇO INFANTIL COM GRADES DE PROTEÇÃO, DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO SEGURO DE CRIANÇAS, INDICADO PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO BERÇO INFANTIL COM GRADES FIXAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; GRADES LATERAIS FIXAS EM METAL; ESTRADO METÁLICO RESISTENTE; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,60 METRO DE LARGURA E 1,30 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA DAS GRADES MÍNIMA DE 50 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 02 COM TRAVA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG; ESTRUTURA SEGURA, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
67	CAMA COMUM CASAL PARA DORMITÓRIO/REPOUSO	5.0	Unidade	R\$ 922,36	R\$ 4.611,80
Especificação: CAMA COMUM CASAL PARA DORMITÓRIO/REPOUSO - CAMA UTILIZADA PARA DESCANSO E REPOUSO. ESTRUTURA EM MADEIRA, MDF; TAMANHO CASAL; COM ESTRADO; MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,88 M X 1,38 M; ACABAMENTO LISO; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL MONTAGEM; COR CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG. UNIDADE.					
68	CAMA COMUM SOLTEIRO PARA DORMITÓRIO/REPOUSO	10.0	Unidade	R\$ 734,63	R\$ 7.346,30
Especificação: CAMA COMUM SOLTEIRO PARA DORMITÓRIO/REPOUSO - CAMA UTILIZADA PARA DESCANSO E REPOUSO. ESTRUTURA EM MADEIRA, MDF OU MDP; TAMANHO SOLTEIRO; COM ESTRADO; MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,88 M X 0,88 M; ACABAMENTO LISO; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL MONTAGEM; COR CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG. UNIDADE.					
69	CAMA CONJUGADA SOLTEIRO PARA DORMITÓRIO/REPOUSO	10.0	Unidade	R\$ 566,00	R\$ 5.660,00
Especificação: "CAMA SOLTEIRO TIPO CONJUGADA (BASE E COLCHÃO ACOPLADOS), INDICADA PARA USO EM DORMITÓRIO OU ÁREA DE REPOUSO. CARACTERÍSTICAS: TIPO CAMA SOLTEIRO CONJUGADA; BASE BOX COM ESTRUTURA EM MADEIRA RESISTENTE REVESTIDA EM TECIDO; COLCHÃO ACOPLADO À BASE; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM 0,88 METRO DE LARGURA E 1,88 METRO DE COMPRIMENTO; COLCHÃO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D33; REVESTIMENTO EM TECIDO RESISTENTE; ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 45 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS; PÉS FIXOS EM MATERIAL RESISTENTE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ESTRUTURA FIRME E ESTÁVEL; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA."					
70	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER	20.0	Unidade	R\$ 1.703,00	R\$ 34.060,00
Especificação: "CAMA HOSPITALAR ADULTO FIXA, SEM MOVIMENTOS ARTICULADOS, INDICADA PARA INTERNAÇÃO E REPOUSO DE PACIENTES. CARACTERÍSTICAS: TIPO CAMA HOSPITALAR ADULTO FIXA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO FIXO SEM MOVIMENTOS FAWLER OU ARTICULAÇÕES; ESTRADO EM CHAPA PERFURADA OU TUBULAR METÁLICO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,90 METRO DE LARGURA E 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; CABECEIRA E PESEIRA EM METAL OU MATERIAL RESISTENTE; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 02 COM TRAVA;					



CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ALTURA FIXA DO LEITO ENTRE 50 CENTÍMETROS E 70 CENTÍMETROS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
71	CAMA HOSPITALAR SIMPLES	20.0	Unidade	R\$ 1.208,00	R\$ 24.160,00
Especificação: "CAMA HOSPITALAR ADULTO FIXA, INDICADA PARA INTERNAÇÃO E REPOUSO DE PACIENTES. CARACTERÍSTICAS: TIPO CAMA HOSPITALAR ADULTO FIXA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO FIXO SEM MOVIMENTOS ARTICULADOS; ESTRADO EM CHAPA PERFURADA OU TUBULAR METÁLICO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,90 METRO DE LARGURA E 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; CABECEIRA E PESEIRA FIXAS EM MATERIAL RESISTENTE; BASE COM 04 PÉS FIXOS OU RODÍZIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ALTURA DO LEITO ENTRE 50 CENTÍMETROS E 70 CENTÍMETROS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
73	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	2.0	Unidade	R\$ 1.111,00	R\$ 2.222,00
Especificação: "CARRINHO DESTINADO AO TRANSPORTE SEGURO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRINHO PARA 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO CILINDRO COM CORRENTE OU CINTA DE SEGURANÇA; COMPATÍVEL COM CILINDRO DE ATÉ 50 LITROS; BASE REFORÇADA; DUAS RODAS TRASEIRAS DE BORRACHA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 08 POLEGADAS; APOIO FRONTAL PARA ESTABILIDADE; ALÇA SUPERIOR PARA CONDUÇÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA AO TRANSPORTE DO CILINDRO."					
74	CARRO MACA SIMPLES	10.0	Unidade	R\$ 1.777,09	R\$ 17.770,90
Especificação: "MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO MACA FIXA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO FIXO; DIMENSÕES DO LEITO COMPATÍVEIS COM 0,60 METRO A 0,70 METRO DE LARGURA E 1,80 METRO A 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA ENTRE 70 CENTÍMETROS E 90 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; GRADES LATERAIS FIXAS OU REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA SORO (HASTE) ACOPLADO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
75	CARRO PARA ELETROCARDÍOGRAFO	2.0	Unidade	R\$ 1.665,77	R\$ 3.331,54
Especificação: "CARRO AUXILIAR DESTINADO AO APOIO E TRANSPORTE DE ELETROCARDÍOGRAFO E SEUS ACESSÓRIOS, UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO PARA EQUIPAMENTO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; TAMPO SUPERIOR PLANO PARA ALOJAMENTO DO EQUIPAMENTO; NO MÍNIMO 01 PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA PARA ACESSÓRIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS A 100 CENTÍMETROS, LARGURA 40 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ALÇA PARA CONDUÇÃO; ESTRUTURA ESTÁVEL; CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA EQUIPAMENTO MÉDICO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
76	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	5.0	Unidade	R\$ 1.629,99	R\$ 8.149,95
Especificação: "CARRO FUNCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA; ESTRUTURA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU POLIPROPILENO; COMPARTIMENTO PARA BALDE COM ESPREMEDOR; BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS; SUPORTE PARA SACO COLETOR; SUPORTE PARA VASSOURA, RODO E MOP; PRATELEIRAS PARA PRODUTOS DE LIMPEZA; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; CAPACIDADE DE ORGANIZAÇÃO PARA USO CONTÍNUO."					
77	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	11.0	Unidade	R\$ 3.081,39	R\$ 33.895,29
Especificação: "CARRO AUXILIAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO MULTIUSO COM PRATELEIRAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; NO MÍNIMO 02 PRATELEIRAS PLANAS; BORDAS COM PROTEÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS A 100 CENTÍMETROS, LARGURA 50 CENTÍMETROS A 70 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ALÇA PARA CONDUÇÃO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 100 KG; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
78	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS (DETRITOS)	5.0	Unidade	R\$ 829,32	R\$ 4.146,60
Especificação: "CARRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COMPARTIMENTO ÚNICO COM TAMPA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS; TAMPA ARTICULADA; SISTEMA DE ABERTURA MANUAL OU POR PEDAL; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ALÇA PARA CONDUÇÃO; ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSÃO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE."					
102	IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS	1.0	Unidade	R\$ 1.708,31	R\$ 1.708,31
Especificação: "QUIPAMENTO DESTINADO À IMPRESSÃO DE ETIQUETAS COM CÓDIGOS DE BARRAS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO IMPRESSORA TÉRMICA PARA CÓDIGO DE BARRAS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TÉRMICA DIRETA OU TRANSFERÊNCIA TÉRMICA; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 203 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 100 MILÍMETROS POR SEGUNDO; LARGURA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 100 MILÍMETROS; COMPATÍVEL COM DIVERSOS TIPOS DE ETIQUETAS; CONEXÃO USB; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS; SENSOR DE DETECÇÃO DE ETIQUETAS; CARREGAMENTO SIMPLES DE MÍDIA; ESTRUTURA COMPACTA; MATERIAL RESISTENTE; INDICADA PARA USO CONTÍNUO."					



104	MACA PARA CONSULTÓRIO	15.0	Unidade	R\$ 759,29	R\$ 11.389,35
Especificação: "MACA FIXA DESTINADA A ATENDIMENTOS CLÍNICOS E EXAMES, INDICADA PARA USO EM CONSULTÓRIO. CARACTERÍSTICAS: TIPO MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL COM AJUSTE MANUAL; DIMENSÕES DO LEITO COM 0,60 METRO DE LARGURA E 1,80 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA DE 70 CENTÍMETROS; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; SUPORTE PARA PAPEL DESCARTÁVEL; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
105	MACA PARA OBESO	2.0	Unidade	R\$ 783,00	R\$ 1.566,00
Especificação: "MACA FIXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES OBESOS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO MACA FIXA REFORÇADA PARA OBESO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REFORÇADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL COM AJUSTE MANUAL; DIMENSÕES DO LEITO COM 0,80 METRO DE LARGURA E 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA DE 70 CENTÍMETROS; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO INTENSIVO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
107	MESA DE CABECEIRA AÇO/FERRO	10.0	Unidade	R\$ 918,26	R\$ 9.182,60
Especificação: "MESA DE CABECEIRA DESTINADA AO APOIO DE OBJETOS PESSOAIS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE, INDICADA PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; TAMPO SUPERIOR EM AÇO OU CHAPA METÁLICA RESISTENTE; 01 GAVETA COM CORREDIÇAS; 01 PORTA INFERIOR COM PRATELEIRA INTERNA; PUXADORES EM MATERIAL RESISTENTE; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS, LARGURA 40 CENTÍMETROS E PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS; BASE COM PÉS FIXOS OU RODÍZIOS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
120	SUPORTE DE HAMPER	15.0	Unidade	R\$ 477,47	R\$ 7.162,05
Especificação: "SUPORTE DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE ROUPAS SUJAS OU RESÍDUOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO SUPORTE PARA HAMPER; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOXIDÁVEL; ARO SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE SACO; CAPACIDADE PARA 01 SACO; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS A 100 CENTÍMETROS; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO HOSPITALAR. "					
121	SUPORTE PARA SORO FIXO	10.0	Unidade	R\$ 344,33	R\$ 3.443,30
Especificação: "SUPORTE DESTINADO À SUSTENTAÇÃO DE FRASCOS DE SORO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO SUPORTE PARA SORO FIXO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOXIDÁVEL; HASTE VERTICAL FIXA; GANCHO SUPERIOR COM CAPACIDADE PARA ATÉ 04 FRASCOS; ALTURA FIXA DE 1,80 METRO; BASE EM FORMATO QUADRADO OU "H"; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
122	SUPORTE PARA SORO FIXO DE FERRO	10.0	Unidade	R\$ 224,63	R\$ 2.246,30
Especificação: ESTRUTURA EM FERRO; BASE FIXA; HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA; COM GANCHOS PARA SORO; PINTURA ELETROSTÁTICA; ALTURA MÍNIMA REGULÁVEL DE 1,50 M; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
123	SUPORTE PARA SORO MÓVEL	5.0	Unidade	R\$ 467,04	R\$ 2.335,20
Especificação: "SUPORTE DESTINADO À SUSTENTAÇÃO DE FRASCOS DE SORO, COM BASE MÓVEL, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO SUPORTE PARA SORO MÓVEL; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOXIDÁVEL; HASTE TELESCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA; ALTURA AJUSTÁVEL DE 1,20 METRO A 2,00 METROS; GANCHO SUPERIOR COM 04 GANCHOS; BASE EM FORMATO ESTRELA; BASE COM 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
124	APARELHO CELULAR	5.0	Unidade	R\$ 1.331,33	R\$ 6.656,65
Especificação: "APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL DESTINADO À COMUNICAÇÃO, ACESSO À INTERNET E UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS, INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL. CARACTERÍSTICAS: TIPO SMARTPHONE; TELA TOUCHSCREEN COM TAMANHO MÍNIMO DE 6 POLEGADAS; MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4 GB; ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 64 GB; PROCESSADOR OCTA-CORE; CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 12 MEGAPIXELS; CÂMERA FRONTAL; CONECTIVIDADE 4G OU SUPERIOR; WIFI E BLUETOOTH; GPS INTEGRADO; SISTEMA OPERACIONAL ATUALIZÁVEL; BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4000 MILIAMPERE-HORA; ENTRADA PARA CHIP; CARREGADOR INCLUSO; APARELHO NOVO."					
135	MESA DE REUNIÃO 6 PESSOAS	10.0	Unidade	R\$ 1.073,40	R\$ 10.734,00
Especificação: "MESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, COM CAPACIDADE PARA SEIS PESSOAS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR; ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MILÍMETROS; DIMENSÕES COM 1,80 METRO DE COMPRIMENTO, 0,90 METRO DE LARGURA E 0,75 METRO DE ALTURA; BASE EM PAINEL OU PÉS METÁLICOS; ACABAMENTO COM BORDAS EM PVC; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA."					
136	MESA DE REUNIÃO 10 PESSOAS	10.0	Unidade	R\$ 2.690,46	R\$ 26.904,60
Especificação: "MESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, COM CAPACIDADE PARA DEZ PESSOAS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR; ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE					



ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MILÍMETROS; DIMENSÕES COM 2,40 METRO DE COMPRIMENTO, 1,20 METRO DE LARGURA E 0,75 METRO DE ALTURA; BASE EM PAINEL OU PÉS METÁLICOS; ACABAMENTO COM BORDAS EM PVC; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA."					
137	VENTILADOR DE PAREDE	20.0	Unidade	R\$ 336,33	R\$ 6.726,60
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À VENTILAÇÃO DE AMBIENTES, INDICADO PARA USO EM ÁREAS INTERNAS INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO VENTILADOR DE PAREDE; DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CENTÍMETROS; HÉLICE COM NO MÍNIMO 03 PÁS; GRADE PROTETORA METÁLICA; MOTOR ELÉTRICO DE ALTA DURABILIDADE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 WATTS; VELOCIDADE REGULÁVEL; SISTEMA OSCILANTE; FIXAÇÃO EM PAREDE; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); COR PRETA OU SIMILAR; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA."					
Valor total do lote R\$ 533.151,82 (quinhentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos)					

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
130	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO	2.0	Unidade	R\$ 10.558,17	R\$ 21.116,34
Especificação: "DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAI, UTILIZADO PARA DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO, COM EMISSÃO CONTROLADA DE RADIAÇÃO IONIZANTE, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE VIGENTES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATORIAS: TIPO: APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRAORAL; INSTALAÇÃO: PODENDO SER DO TIPO DE COLUNA MÓVEL (PORTÁTIL COM RODÍZIOS) OU FIXO DE PAREDE TENSÃO DO TUBO (KV): ENTRE 60 KV E 70 KV; CORRENTE DO TUBO (MA): ENTRE 6 MA E 10 MA; POTÊNCIA: COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO INTRAORAL; TEMPO DE EXPOSIÇÃO: AJUSTÁVEL, COM FAIXA MÍNIMA DE 0,01 A 3,0 SEGUNDOS (OU SUPERIOR) SISTEMA DE CONTROLE; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL OU ELETROMECÂNICO; SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DISPARO: BOTÃO DE DISPARO COM CABO ESPIRAL OU CONTROLE REMOTO; BRAÇO ARTICULADO: COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ALCANCE MÍNIMO DE 1,5 METROS (OU EQUIVALENTE) SISTEMA DE TRAVAMENTO ESTÁVEL CABEÇOTE: COM BLINDAGEM ADEQUADA CONTRA RADIAÇÃO; GIRO DE NO MÍNIMO 300° COLIMADOR: FORMATO CILINDRICO OU RETANGULAR DIÂMETRO DO FEIXE ENTRE 5 CM E 7 CM NA EXTREMIDADE; DISTÂNCIA FOCO-PELE: MÍNIMO DE 20 CM; FILTRAÇÃO TOTAL: MÍNIMA DE 1,5 MM AL (OU CONFORME NORMA VIGENTE); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V - 50/60 HZ); SISTEMA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SOBREPOSIÇÃO DE DISPAROS; INDICADOR SONORO E/OU LUMINOSO DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO; COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS E/OU SENSORES DIGITAIS; ESTRUTURA: CONSTRUÇÃO ROBUSTA, MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MOBILIDADE (QUANDO APLICÁVEL): BASE COM RODÍZIOS E SISTEMA DE TRAVA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CEN (QUANDO APLICÁVEL)"					
133	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)	5.0	Unidade	R\$ 24.362,67	R\$ 121.813,35
Especificação: "CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO POR CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR E REFLETOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO; CADEIRA COM MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS DE SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E POSIÇÃO DE TRABALHO; ACIONAMENTO POR PEDAL MULTIFUNCIONAL; ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; BASE FIXA ESTÁVEL; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; EQUIPO ACOPLADO COM NO MÍNIMO 03 TERMINAIS (ALTA ROTAÇÃO, BAIXA ROTAÇÃO E SERINGA TRÍPLICE); SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PEDAL; BANDEJA EM AÇO INOX OU MATERIAL RESISTENTE; UNIDADE AUXILIAR COM NO MÍNIMO 01 SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA E 01 SUGADOR DE BAIXA POTÊNCIA; CUBA EM CERÂMICA OU MATERIAL RESISTENTE; SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO; REFLETOR ODONTOLÓGICO COM ILUMINAÇÃO EM LED; AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; BRAÇO ARTICULADO; CABECEIRA AJUSTÁVEL; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); SISTEMA DE SEGURANÇA; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
134	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	6.0	Unidade	R\$ 4.590,76	R\$ 27.544,56
Especificação: "COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIO. CARACTERÍSTICAS: TIPO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO MÍNIMA DE 30 LITROS; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 5 BAR E 8 BAR; VAZÃO MÍNIMA DE 100 LITROS POR MINUTO; MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA ENTRE 1 E 2 HP; SISTEMA DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO; FILTRO DE AR COM SECAGEM; MANÔMETRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA; DRENO PARA ELIMINAÇÃO DE UMIDADE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA COM RODÍZIOS OU BASE FIXA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO; PRODUTO INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO."					
Valor total do lote R\$ 170.474,25 (cento e setenta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)					

EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL



2	ANDADOR ORTOPEDICO	3.0	Unidade	R\$ 293,97	R\$ 881,91
Especificação: ANDADOR ALUMÍNIO DOBRÁVEL ARTICULADO - CARACTERÍSTICAS: -3 EM 1: ANDADOR FIXO, ARTICULADO E MÓVEL; -DOBRÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR; -FÁCIL MANUSEIO: SISTEMA PINO-CLICK COM ENGATE RÁPIDO PARA ABRIR E FECHAR; -8 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA; -APOIO DE MÃO EMBORRACHADO, MACIO E ANATÔMICO, DE FÁCIL LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO; -SILENCIOSO E SEGURO: PÉS DE BORRACHA QUE AUXILIAM NA ADERÊNCIA AO SOLO; -DUAS BARRAS DE AÇO CARBONO PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM DISPOSITIVO ANTIESMAGAMENTO; -PONTEIRA EMBORRACHADA COM ANEL DE AÇO INTERNO (28 MM) PARA MELHOR ADERÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -MEDIDAS DO ANDADOR MONTADO: - ALTURA: 75CM NA REGULAGEM MÍNIMA E 93CM NA REGULAGEM MÁXIMA; - LARGURA: 54CM; - COMPRIMENTO: 47CM; -MEDIDAS DO ANDADOR DOBRADO: 78CM X 54CM X 10CM; -PESO: 2,5KG; -CAPACIDADE: 150KG; -MEDIDAS EMBALADO (C X L X A): 55 X 11 X 79CM; - PESO BRUTO EMBALADO: 2,6KG.					
21	Espaldar de Madeira (Barra/escada ling)	4.0	Unidade	R\$ 979,44	R\$ 3.917,76
Especificação: EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA PARA EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO, FORTALECIMENTO E REABILITAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESPALDAR DE PAREDE; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA; ALTURA TOTAL DE 2,20 METROS; LARGURA DE 0,90 METRO; BARRAS HORIZONTAIS EM MADEIRA COM DIÂMETRO DE 3 CENTÍMETROS; ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE AS BARRAS; FIXAÇÃO EM PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ACABAMENTO LISO SEM ARESTAS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA."					
22	ESTEIRA ERGOMETRICA	2.0	Unidade	R\$ 2.011,67	R\$ 4.023,34
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CLÍNICOS E DE FISIOTERAPIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MOTORIZADA; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2 HP; VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE 1 A 12 QUILOMETROS POR HORA; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; PAINEL DIGITAL COM DISPLAY; MONITORAMENTO DE VELOCIDADE, TEMPO, DISTÂNCIA E CALORIAS; SISTEMA DE AMORTECIMENTO; SUPERFÍCIE DE CORRIDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 METRO DE COMPRIMENTO E 0,40 METRO DE LARGURA; CORRIMÃO LATERAL DE APOIO; SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA RESISTENTE; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM REABILITAÇÃO."					
24	ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR	2.0	Unidade	R\$ 2.998,23	R\$ 5.996,46
Especificação: "EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA PARA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DE NERVOS E MÚSCULOS, INDICADO PARA REABILITAÇÃO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E ALÍVIO DE DOR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO; MODOS DE OPERAÇÃO TENS E FES; CANAIS DUPLOS INDEPENDENTES; INTENSIDADE DE CORRENTE AJUSTÁVEL; FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL DE 1 A 150 HERTZ; LARGURA DE PULSO AJUSTÁVEL; TIMER PROGRAMÁVEL; DISPLAY DIGITAL; CONTROLES DE FÁCIL OPERAÇÃO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS; EQUIPAMENTO PORTÁTIL; PESO ATÉ 1 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO EM FISIOTERAPIA."					
37	Escada Digital em Madeira para Reabilitação	2.0	Unidade	R\$ 213,26	R\$ 426,52
Especificação: "EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO E GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE MEMBROS SUPERIORES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESCADA DIGITAL DE PAREDE; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA; ALTURA TOTAL DE 2,00 METROS; RÉGUA VERTICAL COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; DEGRAUS EM MADEIRA FIXADOS COM ESPAÇAMENTO UNIFORME; LARGURA DE 15 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE DE 04 CENTÍMETROS; INSTALAÇÃO FIXA EM PAREDE; ACABAMENTO LISO SEM ARESTAS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA."					
39	APARELHO TENS E FES	4.0	Unidade	R\$ 2.630,97	R\$ 10.523,88
Especificação: EQUIPAMENTO DIGITAL; 04 CANAIS; FUNÇÕES TENS E FES; DISPLAY DIGITAL; AJUSTE DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA; TIMER; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; VOLTAGEM 220V; ACOMPANHA CABOS E ELETRODOS; PORTÁTIL; ESTRUTURA RESISTENTE. UNIDADE.					
49	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO	4.0	Unidade	R\$ 1.554,97	R\$ 6.219,88
Especificação: DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO PORTÁTIL PARA TERAPIA POR RADIAÇÃO INFRAVERMELHA, INDICADO PARA USO FISIOTERAPÊUTICO E/OU TERAPÊUTICO, DESTINADO À EMISSÃO DE CALOR SUPERFICIAL CONTROLADO, AUXILIANDO NO ALÍVIO DE DORES MUSCULARES, CONTRATURAS, PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E PROMOÇÃO DO RELAXAMENTO MUSCULAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATORIAS: TIPO: APARELHO PORTÁTIL DE INFRAVERMELHO, PODENDO SER DO TIPO MANUAL (HANDHELD) FAIXA DE EMISSÃO: RADIAÇÃO INFRAVERMELHA (IR-A E/OU IR-B) POTÊNCIA NOMINAL: MÍNIMA DE 100W E MÁXIMA DE ATÉ 300W ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V - 50/60 HZ) SISTEMA DE EMISSÃO: LÂMPADA INFRAVERMELHA COM REFLETOR INTERNO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DIÂMETRO DO FOCO/REFLETOR: ENTRE 10 CM E 25 CM (OU EQUIVALENTE EM ÁREA DE IRRADIAÇÃO) ESTRUTURA: MATERIAL RESISTENTE AO CALOR, COM PROTEÇÃO TÉRMICA FORMATO: COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE PESO MÁXIMO: ATÉ 3 KG BASE/SUPOORTE: PARA MODELOS DE MESA: BASE ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE PARA MODELOS MANUAIS: EMPUNHADURA ERGONÔMICA E SEGURA AJUSTES: POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO E DIRECIONAMENTO DO FOCO (QUANDO APLICÁVEL) SISTEMA DE ACIONAMENTO: BOTÃO LIGA/DESLIGA SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO (QUANDO APLICÁVEL) CABO DE ALIMENTAÇÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 METROS INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: LUZ INDICADORA (LED OU SIMILAR) PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA					
Valor total do lote R\$ 31.989,75 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos)					



EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E REDE DE FRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	AGITADOR DE TUBOS	1.0	Unidade	R\$ 1.841,97	R\$ 1.841,97
Especificação: AGITADOR HEMATOLÓGICO DE TUBOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: HOMOGENEIZAÇÃO: HORIZONTAL COM MOVIMENTO DE 360º EM TORNO DO EIXO, MATERIAL DAS PRESILHAS: AÇO INOX, CAPACIDADE: 28 TUBOS, CARCAÇA: CHAPA EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, CONTROLE DE VELOCIDADE: CIRCUITO ELETRÔNICO ANALÓGICO, RANGE DE VELOCIDADE: 8 A 25 RPM, POTÊNCIA: 100 W, VOLTAGEM: 220V.					
3	APARELHO ANALISADOR DE VELOCIDADE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO	1.0	Unidade	R\$ 36.578,55	R\$ 36.578,55
Especificação: APARELHO DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS), UTILIZADO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, BASEADO NO MÉTODO DE WESTERGREN, PERMITINDO A LEITURA PRECISA DA TAXA DE SEDIMENTAÇÃO DOS ERITRÓCITOS EM AMOSTRAS DE SANGUE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATORIAS: TIPO: APARELHO PARA MEDIÇÃO DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) MÉTODO: WESTERGREN CAPACIDADE: MÍNIMA DE 10 POSIÇÕES PARA TUBOS (OU SUPERIOR) TEMPO DE LEITURA: ATÉ 60 MINUTOS (PADRÃO VHS) ESCALA DE LEITURA: GRADUADA EM MILÍMETROS (MM), COM FAIXA MÍNIMA DE 0 A 200 MM SISTEMA: MANUAL COM SUPORTE GRADUADO OU SEMIAUTOMÁTICO/AUTOMÁTICO COM LEITURA DIGITAL COMPATIBILIDADE: TUBOS PADRÃO WESTERGREN (APROX. 200 MM DE COMPRIMENTO) OU SISTEMA EQUIVALENTE ESTRUTURA: SUPORTE VERTICAL OU LEVEMENTE INCLINADO, COM FIXAÇÃO SEGURA DOS TUBOS MATERIAL: CONSTRUÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO BASE: ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE NIVELAMENTO: POSSUIR SISTEMA DE NIVELAMENTO (BOLHA OU AJUSTE DE BASE), QUANDO APLICÁVEL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: COMPATÍVEL COM AMBIENTE LABORATORIAL (APROX. 18°C A 25°C) LEITURA: VISUAL DIRETA OU DIGITAL (CONFORME MODELO) ALIMENTAÇÃO: PARA MODELOS AUTOMÁTICOS: BIVOLT (127/220V - 50/60 HZ) PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA					
15	CENTRÍFUGA LABORATORIAL	2.0	Unidade	R\$ 2.260,91	R\$ 4.521,82
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À SEPARAÇÃO DE COMPONENTES DE AMOSTRAS POR FORÇA CENTRÍFUGA, INDICADO PARA USO EM LABORATÓRIOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CENTRÍFUGA DE BANCADA; CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 12 TUBOS DE 10 MILILITROS A 15 MILILITROS; VELOCIDADE AJUSTÁVEL ATÉ NO MÍNIMO 4000 ROTAÇÕES POR MINUTO; CONTROLE DE VELOCIDADE E TEMPO; TIMER AJUSTÁVEL ATÉ 60 MINUTOS; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA; TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE; MOTOR DE BAIXO RUÍDO; SISTEMA DE PARTIDA SUAVE; ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE; BASE ANTIDERRAPANTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO DE BANCADA; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
72	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	5.0	Unidade	R\$ 16.930,00	R\$ 84.650,00
Especificação: "EQUIPAMENTO DESTINADO À CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, VACINAS E MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS, COM CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA, INDICADO PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA IMUNOBIOLOGICOS; FAIXA DE TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 02 E 08 GRAUS CELSIUS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; DISPLAY DIGITAL EXTERNO; SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR; ALARME SONORO E VISUAL PARA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA E FALTA DE ENERGIA; REGISTRO DE TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA; PORTA COM VIDRO DUPLO OU OPACA COM ISOLAMENTO TÉRMICO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PRATELEIRAS INTERNAS AJUSTÁVEIS EM AÇO OU MATERIAL RESISTENTE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA NA PORTA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA PARA ALARMES COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 HORAS; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAPACIDADE; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
Valor total do lote R\$ 127.592,34 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos)					

Valor total R\$ 1.864.978,30 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	AGITADOR DE TUBOS	1.0	Unidade	1.841,97	1.841,97
AGITADOR HEMATOLÓGICO DE TUBOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: HOMOGENEIZAÇÃO: HORIZONTAL COM MOVIMENTO DE 360º EM TORNO DO EIXO, MATERIAL DAS PRESILHAS: AÇO INOX, CAPACIDADE: 28 TUBOS, CARCAÇA: CHAPA EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, CONTROLE DE VELOCIDADE: CIRCUITO ELETRÔNICO ANALÓGICO, RANGE DE VELOCIDADE: 8 A 25 RPM, POTÊNCIA: 100 W, VOLTAGEM: 220V.					
2	ANDADOR ORTOPEDICO	3.0	Unidade	293,97	881,91
ANDADOR ALUMÍNIO DOBRÁVEL ARTICULADO - CARACTERÍSTICAS: -3 EM 1: ANDADOR FIXO, ARTICULADO E MÓVEL; -DOBRÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR; -FÁCIL MANUSEIO: SISTEMA PINO-CLICK COM ENGATE RÁPIDO PARA ABRIR E FECHAR; -8 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA; -APOIO DE MÃO EMBORRACHADO, MACIO E ANATÔMICO, DE FÁCIL LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO; -SILENCIOSO E SEGURO: PÉS DE BORRACHA QUE AUXILIAM NA ADERÊNCIA AO SOLO; -DUAS BARRAS DE AÇO CARBONO PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM DISPOSITIVO ANTIESMAGAMENTO; -PONTEIRA EMBORRACHADA COM ANEL DE AÇO					



INTERNO (28 MM) PARA MELHOR ADERÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -MEDIDAS DO ANDADOR MONTADO: - ALTURA: 75CM NA REGULAGEM MÍNIMA E 93CM NA REGULAGEM MÁXIMA; - LARGURA: 54CM; - COMPRIMENTO: 47CM; -MEDIDAS DO ANDADOR DOBRADO: 78CM X 54CM X 10CM; -PESO: 2,5KG; -CAPACIDADE: 150KG; -MEDIDAS EMBALADO (C X L X A): 55 X 11 X 79CM; - PESO BRUTO EMBALADO: 2,6KG.					
3	APARELHO ANALISADOR DE VELOCIDADE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO	1.0	Unidade	36.578,55	36.578,55
APARELHO DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS), UTILIZADO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, BASEADO NO MÉTODO DE WESTERGREN, PERMITINDO A LEITURA PRECISA DA TAXA DE SEDIMENTAÇÃO DOS ERITRÓCITOS EM AMOSTRAS DE SANGUE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: TIPO: APARELHO PARA MEDIÇÃO DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) MÉTODO: WESTERGREN CAPACIDADE: MÍNIMA DE 10 POSIÇÕES PARA TUBOS (OU SUPERIOR) TEMPO DE LEITURA: ATÉ 60 MINUTOS (PADRÃO VHS) ESCALA DE LEITURA: GRADUADA EM MILÍMETROS (MM), COM FAIXA MÍNIMA DE 0 A 200 MM SISTEMA: MANUAL COM SUPORTE GRADUADO OU SEMIAUTOMÁTICO/AUTOMÁTICO COM LEITURA DIGITAL COMPATIBILIDADE: TUBOS PADRÃO WESTERGREN (APROX. 200 MM DE COMPRIMENTO) OU SISTEMA EQUIVALENTE ESTRUTURA: SUPORTE VERTICAL OU LEVEMENTE INCLINADO, COM FIXAÇÃO SEGURA DOS TUBOS MATERIAL: CONSTRUÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO BASE: ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE NIVELAMENTO: POSSUIR SISTEMA DE NIVELAMENTO (BOLHA OU AJUSTE DE BASE), QUANDO APLICÁVEL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: COMPATÍVEL COM AMBIENTE LABORATORIAL (APROX. 18°C A 25°C) LEITURA: VISUAL DIRETA OU DIGITAL (CONFORME MODELO) ALIMENTAÇÃO: PARA MODELOS AUTOMÁTICOS: BIVOLT (127/220V - 50/60 HZ) PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA					
4	ARMARIO VITRINE	10.0	Unidade	1.506,80	15.068,00
ARMARIO VITRINE DE UMA PORTA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COM ESTRUTURA EM AÇO E PORTAS EM VIDRO. CARACTERÍSTICAS: TIPO UMA PORTA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA; PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE E FECHADURA; LATERAIS EM VIDRO; 03 PRATELEIRAS EM VIDRO TEMPERADO (MÍNIMO 4MM); PÉS FIXOS COM PONTEIRAS; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 1,60 A 1,80M, LARGURA 0,50 A 0,65M, PROFUNDIDADE 0,35 A 0,45M; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.					
5	BALDE A PEDAL	30.0	Unidade	284,10	8.523,00
Balde com Pedal e Balde Brinox Frame 20 Litros Aço Carbono Preto Capacidade: 20 litros Material: aço carbono Acionamento: duplo (aba manual e pedal) Tampa: com alça e fechamento suave Diferenciais: balde removível, alça para transporte, pedal com base de inox Dimensões: 35,5 cm (L) x 27 cm (C) x 47,7 cm (A)					
6	BANHO MARIA	2.0	Unidade	3.125,64	6.251,28
CAPACIDADE QUE ATENDA DE ATÉ 105 TUBOS. TEMPERATURA REGULÁVEL POR MICROPROCESSADOR DIGITAL. CUBA INTERNA EM AÇO INOX SEM EMENDAS OU SOLDAS. CAPACIDADE ENTRE 6,6 LITROS A 10 LITROS. TAMPAS EM AÇO INOX. ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA TIPO TUBULAR. ESTANTE ÚNICA PARA TUBOS DE ENSAIO. CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY. FAIXA DE TRABALHO, NO MÍNIMO, ENTRE -10° C E 120° C, COM PRECISÃO IGUAL OU MELHOR QUE ± 1,5° C.					
7	Banqueta	5.0	Unidade	618,08	3.090,40
"BANQUETA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR OU LABORATORIAL, UTILIZADA PARA APOIO DE PROFISSIONAIS DURANTE PROCEDIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BANQUETA GIRATÓRIA; ASSENTO REDONDO COM DIÂMETRO DE 30 CM; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA A GÁS; ALTURA AJUSTÁVEL DE 45 CM A 65 CM; BASE COM 05 RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; BASE EM FORMATO ESTRELA; RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
8	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	4.0	Unidade	2.395,00	9.580,00
"BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO COM CUBA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, INDICADO PARA USO EM MATERNIDADES E UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM-NASCIDO; CUBA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE RESISTENTE; FORMATO ANATÔMICO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; SUPORTE COM ALTURA FIXA; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 02 COM TRAVA; PRATELEIRA INFERIOR PARA APOIO DE MATERIAIS; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CUBA COMPRIMENTO 70 CM A 80 CM, LARGURA 40 CM A 50 CM, PROFUNDIDADE 20 CM A 25 CM; ALTURA TOTAL DO BERÇO 80 CM A 100 CM; CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA RECÉM-NASCIDO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO."					
9	BOMBA DE INFUSÃO	1.0	Unidade	4.521,52	4.521,52
"EQUIPAMENTO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA DE SOLUÇÕES E MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA; SISTEMA PERISTÁLTICO; TAXA DE INFUSÃO AJUSTÁVEL DE 1 MILILITRO POR HORA ATÉ 999 MILILITROS POR HORA; VOLUME PROGRAMÁVEL; PRECISÃO DE INFUSÃO DE 5% ; DISPLAY DIGITAL; PAINEL DE CONTROLE COM TECLADO; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÃO, AR NA LINHA, FIM DE VOLUME, PORTA ABERTA E BATERIA FRACA; SISTEMA DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA; SISTEMA ANTIBOLUS; MEMÓRIA DE PROGRAMAÇÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS; COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRÃO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PEDESTAL OU SUPORTE DE SORO; ESTRUTURA PORTÁTIL; PESO ATÉ 3 QUILOGRAMAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA"					
10	CADEIRAS DE RODAS ADULTO	30.0	Unidade	730,00	21.900,00
"CADEIRA DE RODAS PARA LOCOMOÇÃO DE ADULTO, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA DE RODAS MANUAL ADULTO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON OU MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE; LARGURA DO ASSENTO DE 45 CENTÍMETROS;					



CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS; RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS COM ARO DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 06 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS; SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS; DOBRÁVEL EM "X"; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 20 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
11	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA	20.0	UNIDADE	2.248,51	44.970,20
"CAMA HOSPITALAR ADULTO COM MOVIMENTOS TIPO FAWLER MECÂNICO, INDICADA PARA INTERNAÇÃO, CONFORTO E POSICIONAMENTO DE PACIENTES. CARACTERÍSTICAS: TIPO CAMA HOSPITALAR ADULTO FAWLER MECÂNICA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ARTICULADO EM NO MÍNIMO 02 SEÇÕES; MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO DE DORSO E PERNAS POR MANIVELAS; ESTRADO EM CHAPA PERFURADA OU TUBULAR METÁLICO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,90 METRO DE LARGURA E 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM MATERIAL RESISTENTE; GRADES LATERAIS METÁLICAS COM SISTEMA DE TRAVA; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 02 COM TRAVA; SUPORTE PARA SORO (HASTE) ACOPLADO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; ALTURA DO LEITO FIXA; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
12	Cardiotocógrafo	8.0	Unidade	14.655,32	117.242,56
""EQUIPAMENTO DESTINADO AO MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS, UTILIZADO EM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E DURANTE O TRABALHO DE PARTO. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARDIOTOCÓGRAFO DIGITAL; MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL POR ULTRASSOM; MONITORAMENTO DAS CONTRAÇÕES UTERINAS POR TOCODINAMÔMETRO; FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL DE 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO; DISPLAY DIGITAL; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA PARA REGISTRO GRÁFICO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS; INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; TRANSDUTORES INCLUSOS (ULTRASSOM E TOCO); SISTEMA PORTÁTIL OU DE MESA; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
13	Cardioversor desfibrilador implantável	1.0	Unidade	35.950,88	35.950,88
"EQUIPAMENTO MÉDICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CARDIOVERSÃO E DESFIBRILAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS, UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARDIOVERSOR COM DESFIBRILADOR; TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA; MODOS DE OPERAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICO; FAIXA DE ENERGIA AJUSTÁVEL DE 1 A 200 JOULES; MONITOR DE ECG INTEGRADO; DISPLAY DIGITAL COLORIDO; PÁS EXTERNAS ADULTO E PEDIÁTRICAS; SINCRONISMO PARA CARDIOVERSÃO; ALARMES SONOROS E VISUAIS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA; MEMÓRIA PARA REGISTRO DE EVENTOS; CARREGAMENTO RÁPIDO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA PORTÁTIL COM ALÇA; PESO ATÉ 8 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
14	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO	1.0	Unidade	1.142,63	1.142,63
"CARRO AUXILIAR DESTINADO AO APOIO EM PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS, UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO DE CURATIVOS COM DUAS PRATELEIRAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA (QUANDO EM AÇO CARBONO); TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA INFERIOR EM AÇO INOX OU MATERIAL RESISTENTE; BORDAS COM PROTEÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS A 90 CENTÍMETROS, LARGURA 50 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS A 50 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ESTRUTURA ESTÁVEL; CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA USO HOSPITALAR; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
15	CENTRÍFUGA LABORATORIAL	2.0	Unidade	2.260,91	4.521,82
"EQUIPAMENTO DESTINADO À SEPARAÇÃO DE COMPONENTES DE AMOSTRAS POR FORÇA CENTRÍFUGA, INDICADO PARA USO EM LABORATÓRIOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CENTRÍFUGA DE BANCADA; CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 12 TUBOS DE 10 MILILITROS A 15 MILILITROS; VELOCIDADE AJUSTÁVEL ATÉ NO MÍNIMO 4000 ROTAÇÕES POR MINUTO; CONTROLE DE VELOCIDADE E TEMPO; TIMER AJUSTÁVEL ATÉ 60 MINUTOS; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA; TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE; MOTOR DE BAIXO RUÍDO; SISTEMA DE PARTIDA SUAVE; ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE; BASE ANTIDERRAPANTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO DE BANCADA; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
16	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	3.0	Outras unidades	8.150,67	24.452,01
"EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À ANÁLISE DO RITMO CARDÍACO E APLICAÇÃO DE CHOQUE ELÉTRICO AUTOMÁTICO PARA TRATAMENTO DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO; OPERAÇÃO TOTALMENTE AUTOMATIZADA; ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO; ORIENTAÇÃO POR COMANDOS DE VOZ EM PORTUGUÊS; TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA; ENERGIA DE DESCARGA AJUSTÁVEL ATÉ 200 JOULES; TEMPO DE CARGA RÁPIDO; INDICADORES VISUAIS E SONOROS DE OPERAÇÃO; DISPLAY INDICATIVO OU LUZES DE STATUS; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO COM INDICADOR DE CARGA; AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 CHOQUES OU 04 HORAS DE MONITORAMENTO; ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO; MEMÓRIA INTERNA PARA REGISTRO DE EVENTOS; SISTEMA DE AUTOTESTE AUTOMÁTICO; ALARME DE MANUTENÇÃO; ESTRUTURA PORTÁTIL COM ALÇA; PESO ATÉ 3 KG; MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
17	DETECTOR FETAL	7.0	Unidade	718,33	5.028,31
"EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À DETECÇÃO E MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL POR ULTRASSOM, INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIO E PRÉ-NATAL. CARACTERÍSTICAS: TIPO DETECTOR FETAL PORTÁTIL; TECNOLOGIA DOPPLER; FREQUÊNCIA DO TRANSDUTOR DE 2 MEGAHERTZ; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO; DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; SAÍDA DE ÁUDIO INTEGRADA; CONTROLE DE VOLUME; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS; AUTONOMIA MÍNIMA DE 04 HORAS; DESIGN PORTÁTIL E LEVE; PESO					



ATÉ 1 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
18	ESCADA DOIS DEGRAUS	20.0	Unidade	275,00	5.500,00
"ESCADA AUXILIAR COM DOIS DEGRAUS, UTILIZADA PARA ACESSO A MACAS E LEITOS, INDICADA PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESCADA CLÍNICA COM 02 DEGRAUS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA TOTAL ATÉ 40 CENTÍMETROS; LARGURA DE 40 CENTÍMETROS A 50 CENTÍMETROS; BASE COM PÉS FIXOS E PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; ESTRUTURA ESTÁVEL; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
19	ESCADA TRÊS DEGRAUS	10.0	Unidade	516,68	5.166,80
"EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO E GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE MEMBROS SUPERIORES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESCADA DIGITAL DE PAREDE; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE; RÉGUA VERTICAL COM GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS; ALTURA TOTAL DE 2,00 METROS; DEGRAUS EM MADEIRA FIXADOS EM INTERVALOS REGULARES; DEGRAUS COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 03 CENTÍMETROS A 05 CENTÍMETROS; LARGURA APROXIMADA DE 10 CENTÍMETROS A 15 CENTÍMETROS; INSTALAÇÃO FIXA EM PAREDE; ACABAMENTO LISO E SEM ARESTAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO."					
20	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	15.0	Unidade	176,38	2.645,70
"EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO E GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE MEMBROS SUPERIORES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESCADA DIGITAL DE PAREDE; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA; ALTURA TOTAL DE 2,00 METROS; RÉGUA VERTICAL COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; DEGRAUS EM MADEIRA FIXADOS COM ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE AS BARRAS; FIXAÇÃO EM PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ACABAMENTO LISO SEM ARESTAS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA."					
21	Espaldar de Madeira (Barra/escada ling)	4.0	Unidade	979,44	3.917,76
EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA PARA EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO, FORTALECIMENTO E REABILITAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESPALDAR DE PAREDE; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA; ALTURA TOTAL DE 2,20 METROS; LARGURA DE 0,90 METRO; BARRAS HORIZONTAIS EM MADEIRA COM DIÂMETRO DE 3 CENTÍMETROS; ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE AS BARRAS; FIXAÇÃO EM PAREDE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ACABAMENTO LISO SEM ARESTAS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA."					
22	ESTEIRA ERGOMETRICA	2.0	Unidade	2.011,67	4.023,34
"EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CLÍNICOS E DE FISIOTERAPIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MOTORIZADA; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2 HP; VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE 1 A 12 QUILOMETROS POR HORA; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; PAINEL DIGITAL COM DISPLAY; MONITORAMENTO DE VELOCIDADE, TEMPO, DISTÂNCIA E CALORIAS; SISTEMA DE AMORTECIMENTO; SUPERFÍCIE DE CORRIDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 METRO DE COMPRIMENTO E 0,40 METRO DE LARGURA; CORRIMÃO LATERAL DE APOIO; SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA RESISTENTE; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM REABILITAÇÃO."					
23	ESTETOSCÓPIO ADULTO	15.0	Unidade	234,63	3.519,45
"INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AUSCULTA DE SONS CORPORAIS, INDICADO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS EM AMBIENTE CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTETOSCÓPIO ADULTO; AUSCULTADOR DUPLO COM DIAFRAGMA E CAMPÂNULA; DIAFRAGMA SENSÍVEL PARA AUSCULTA DE SONS DE ALTA FREQUÊNCIA; CAMPÂNULA PARA SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA; TUBO EM PVC OU MATERIAL FLEXÍVEL DE ALTA DURABILIDADE; OLIVAS AURICULARES MACIAS E ANATÔMICAS; HASTES METÁLICAS RESISTENTES; ANEL ANTIFRIO NO AUSCULTADOR; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 70 CENTÍMETROS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
24	ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR	2.0	Unidade	2.998,23	5.996,46
"EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA PARA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DE NERVOS E MÚSCULOS, INDICADO PARA REABILITAÇÃO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E ALÍVIO DE DOR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO; MODOS DE OPERAÇÃO TENS E FES; CANAIS DUPLOS INDEPENDENTES; INTENSIDADE DE CORRENTE AJUSTÁVEL; FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL DE 1 A 150 HERTZ; LARGURA DE PULSO AJUSTÁVEL; TIMER PROGRAMÁVEL; DISPLAY DIGITAL; CONTROLES DE FÁCIL OPERAÇÃO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS; EQUIPAMENTO PORTÁTIL; PESO ATÉ 1 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO EM FISIOTERAPIA."					
25	LARINGOSCÓPIO ADULTO	1.0	Unidade	1.094,47	1.094,47
"INSTRUMENTO UTILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO DA VIA AÉREA SUPERIOR, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO LARINGOSCÓPIO ADULTO; CABO EM METAL COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; ILUMINAÇÃO EM LED; SISTEMA DE ENCAIXE PADRÃO; LÂMINAS CURVAS TIPO MACINTOSH NOS TAMANHOS 02, 03 E 04; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; FONTE DE ENERGIA POR PILHAS; SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO ABRIR A LÂMINA; ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO HOSPITALAR."					
26	LARINGOSCÓPIO INFANTIL	1.0	Unidade	923,89	923,89
"INSTRUMENTO UTILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO DA VIA AÉREA SUPERIOR, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO EM PACIENTES INFANTIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO LARINGOSCÓPIO INFANTIL; CABO EM METAL COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; ILUMINAÇÃO EM LED; SISTEMA DE ENCAIXE PADRÃO; LÂMINAS CURVAS TIPO MACINTOSH NOS TAMANHOS 00, 01 E 02; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; FONTE DE ENERGIA POR PILHAS; SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO ABRIR A LÂMINA; ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO HOSPITALAR."					



27	MESA AUXILIAR HOSPITALAR	10.0	Unidade	699,67	6.996,70
"MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DURANTE PROCEDIMENTOS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA AUXILIAR HOSPITALAR; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; TAMPO SUPERIOR EM AÇO"					
28	MESA DE CABECEIRA	10.0	Unidade	807,33	8.073,30
"MESA DE CABECEIRA DESTINADA AO APOIO DE OBJETOS PESSOAIS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR OU ALOJAMENTO. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE CABECEIRA; ESTRUTURA EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO SUPERIOR RESISTENTE À UMIDADE; 01 GAVETA COM CORREDIÇÔES METÁLICAS; 01 PORTA INFERIOR COM PRATELEIRA INTERNA; PUXADORES EM MATERIAL RESISTENTE; DIMENSÕES ALTURA 80 CENTÍMETROS, LARGURA 40 CENTÍMETROS E PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS; BASE COM PÉS FIXOS; ACABAMENTO LISO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA."					
29	MESA PARA IMPRESSORA	10.0	Unidade	260,15	2.601,50
CONFECCIONADA EM MDF; TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM; MEDIDAS APROXIMADAS DE 60 CM DE ALTURA X 50 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE; COM 02 GAVETAS; CORREDIÇÔES METÁLICAS; PUXADORES RESISTENTES; ACABAMENTO LISO; ESTRUTURA RESISTENTE; COR CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
30	MOCHO	10.0	Unidade	673,26	6.732,60
"ASSENTO GIRATÓRIO UTILIZADO POR PROFISSIONAIS DURANTE PROCEDIMENTOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO MOCHO GIRATÓRIO; ASSENTO REDONDO COM DIÂMETRO DE 35 CENTÍMETROS; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA A GÁS; ALTURA AJUSTÁVEL DE 45 CENTÍMETROS A 65 CENTÍMETROS; BASE COM 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; BASE EM FORMATO ESTRELA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
31	POLTRONA	15.0	Unidade	1.400,51	21.007,65
"POLTRONA DESTINADA AO CONFORTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; RECLINAÇÃO POR SISTEMA MANUAL COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA; APOIO PARA BRACOS FIXOS; POSIÇÃO DE DESCANSO TOTAL; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO ADULTO; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
32	SELADORA	10.0	Unidade	1.129,77	11.297,70
"EQUIPAMENTO DESTINADO À SELAGEM DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO SELADORA TÉRMICA DE MESA; LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 30 CENTÍMETROS; CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL; SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO; ACIONAMENTO MANUAL; INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; BASE DE APOIO ESTÁVEL; COMPATÍVEL COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; SELAGEM UNIFORME; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA METÁLICA OU MATERIAL RESISTENTE; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
33	SERRA DE CORTAR GESSO	2.0	Unidade	2.705,60	5.411,20
"EQUIPAMENTO DESTINADO AO CORTE DE IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS EM GESSO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO SERRA ELÉTRICA PARA GESSO; MOTOR ELÉTRICO DE ALTA ROTAÇÃO; SISTEMA OSCILATÓRIO DE CORTE; LÂMINA EM AÇO RESISTENTE; TROCA RÁPIDA DE LÂMINA; DESIGN ERGONÔMICO; BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); CABO DE ENERGIA RESISTENTE; ESTRUTURA LEVE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO ORTOPÉDICO."					
34	SUPORTE PARA SORO	10.0	Unidade	464,30	4.643,00
SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO PORTÁTIL E REGULÁVEL, RODÍZIOS SEM RODÍZIOS, PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS GANCHOS TÉRMINO EM X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PROTETORA PARA OS PÉS					
35	TELEVISOR	5.0	Unidade	1.854,21	9.271,05
TELEVISOR 40 POLEGADAS - APARELHO ELETRÔNICO UTILIZADO PARA TRANSMISSÃO DE IMAGEM E SOM. SMART TV; TAMANHO 40 POLEGADAS; RESOLUÇÃO FULL HD; ENTRADAS HDMI E USB; CONEXÃO WI-FI; VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL INSTALAÇÃO. UNIDADE.					
36	MESA DE EXAME CLÍNICO	10.0	Unidade	1.011,83	10.118,30
"MESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, INDICADA PARA USO EM CONSULTÓRIOS E UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE EXAMES CLÍNICA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL COM AJUSTE MANUAL; DIMENSÕES DO LEITO COM 0,60 METRO DE LARGURA E 1,80 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA DE 70 CENTÍMETROS; SUPORTE PARA PAPEL DESCARTÁVEL; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
37	Escada Digital em Madeira para	2.0	Unidade	213,26	426,52



	Reabilitação				
	"EQUIPAMENTO UTILIZADO EM FISIOTERAPIA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO E GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE MEMBROS SUPERIORES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESCADA DIGITAL DE PAREDE; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA; ALTURA TOTAL DE 2,00 METROS; RÉGUA VERTICAL COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; DEGRAUS EM MADEIRA FIXADOS COM ESPAÇAMENTO UNIFORME; LARGURA DE 15 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE DE 04 CENTÍMETROS; INSTALAÇÃO FIXA EM PAREDE; ACABAMENTO LISO SEM ARESTAS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO EM REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA."				
38	APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA	1.0	Unidade	3.031,25	3.031,25
	APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, FREQUÊNCIA EMISSÃO 1 E 3 MHZ, VOLTAGEM 110/ 220 V, APLICAÇÃO MODO OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER,TECLADO DE TOQUE,VISOR NUMÉRICO DIGITAL, COMPONENTES TRANSDUTOR DE ENTRADA DE 7CM², USO TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E ESTÉTICO				
39	APARELHO TENS E FES	4.0	Unidade	2.630,97	10.523,88
	EQUIPAMENTO DIGITAL; 04 CANAIS; FUNÇÕES TENS E FES; DISPLAY DIGITAL; AJUSTE DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA; TIMER; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; VOLTAGEM 220V; ACOMPANHA CABOS E ELETRODOS; PORTÁTIL; ESTRUTURA RESISTENTE. UNIDADE.				
40	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA	7.0	Unidade	2.232,33	15.626,31
	"BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE PESO CORPORAL E ALTURA, INDICADA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO DIGITAL ANTROPOMÉTRICA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG; DIVISÃO DE 100 G; PLATAFORMA EM MATERIAL RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE; BASE ESTÁVEL; ESTRUTURA EM AÇO OU MATERIAL RESISTENTE; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; FUNÇÃO TARA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA E/OU REDE ELÉTRICA; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA COM ESCALA DE 0 A 2,00 METROS; GRADUAÇÃO DA ALTURA EM MILÍMETROS; HASTE VERTICAL FIXA COM CURSOR DESLIZANTE; INDICADOR DE BATERIA FRACA; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA ATÉ 2,20 M; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 20 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."				
41	MESA DE MAYO	20.0	Unidade	582,58	11.651,60
	"MESA AUXILIAR TIPO MAYO DESTINADA AO APOIO DE INSTRUMENTAIS DURANTE PROCEDIMENTOS, INDICADA PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA MAYO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM AÇO INOXIDÁVEL; BANDEJA SUPERIOR EM AÇO INOX REMOVÍVEL; DIMENSÕES DA BANDEJA COM 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E 35 CENTÍMETROS DE LARGURA; ALTURA AJUSTÁVEL POR SISTEMA DE REGULAGEM MANUAL; BASE EM FORMATO "H" OU "T"; BASE COM 02 OU 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS."				
42	ADIPÔMETRO	3.0	Unidade	186,54	559,62
	ADIPÔMETRO - CORPO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI PRETA; CABO E PROTETORES EM NYLO, BASE EM ABS, MOLAS EM AÇO COM PRESSÃO DE 10 G/MM2 E AMPLITUDE DE LEITURA 80 MM, COM SENSIBILIDADE DE 1 MM. BOA ERGONOMIA MANUAL, ESPECIFICAÇÕES: SENSIBILIDADE: 1 MM; AMPLITUDE LEITURA: 80 MM; DIMENSÕES: 244 MM X 215 MM; PESO: 95G / 170G COM EMBALAGEM; EMBALAGEM: PLÁSTICO BOLHA; ACOMPANHA TRENA.				
43	MESA GINECOLÓGICA	10.0	Unidade	1.799,03	17.990,30
	"MESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, INDICADA PARA USO EM CONSULTÓRIOS E UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA GINECOLÓGICA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL COM AJUSTE MANUAL; APOIO PARA PERNAS TIPO PERNEIRAS ESTOFADAS COM REGULAGEM; POSIÇÃO GINECOLÓGICA; SUPORTE PARA COLETA EM AÇO INOX REMOVÍVEL; DIMENSÕES DO LEITO COM 0,60 METRO DE LARGURA E 1,80 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA DE 70 CENTÍMETROS; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."				
44	BRAÇADEIRA CABO AÇO PARA INJEÇÃO	10.0	Unidade	346,70	3.467,00
	DISPOSITIVO DESTINADO À FIXAÇÃO E UNIÃO DE CABOS DE AÇO, INDICADO PARA USO EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES. CARACTERÍSTICAS: TIPO BRAÇADEIRA PARA CABO DE AÇO; CORPO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO; FORMATO EM "U" COM BASE E PORCAS DE FIXAÇÃO; DIÂMETRO COMPATÍVEL COM CABO DE AÇO DE ATÉ 10 MILÍMETROS; ROSCA RESISTENTE; FIXAÇÃO FIRME E SEGURA; RESISTENTE À CORROSÃO; INDICADA PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS; MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE.				
45	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	10.0	Unidade	352,53	3.525,30
	"INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AUSCULTA DE SONS CORPORAIS EM PACIENTES INFANTIS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTETOSCÓPIO INFANTIL; AUSCULTADOR DUPLO COM DIAFRAGMA E CAMPÂNULA; DIAFRAGMA DE MENOR DIÂMETRO ADEQUADO PARA CRIANÇAS; CAMPÂNULA PARA SONS DE BAIXA FREQUÊNCIA; TUBO EM PVC OU MATERIAL FLEXÍVEL DE ALTA DURABILIDADE; OLIVAS AURICULARES MACIAS E ANATÔMICAS; HASTES METÁLICAS RESISTENTES; ANEL ANTIFRIO NO AUSCULTADOR; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 70 CENTÍMETROS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."				
46	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	10.0	Unidade	203,07	2.030,70
	"APARELHO DESTINADO À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PEDIÁTRICO; MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; PRECISÃO DE ±3 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA EM TECIDO RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO EM BORRACHA; PERA COM VÁLVULA DE CONTROLE DE AR; SISTEMA DE INSUFLAÇÃO				



MANUAL; BRAÇADEIRA COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO INFANTIL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; EQUIPAMENTO PORTÁTIL."					
47	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	10.0	Unidade	841,00	8.410,00
"CADEIRA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE E PROCEDIMENTOS SIMILARES, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E LABORATORIAL. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM DOIS APOIOS DE BRAÇO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; DOIS APOIOS DE BRAÇO ESTOFADOS COM REGULAGEM DE ALTURA E GIRO; BASE FIXA COM PÉS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA DO ASSENTO 45 CENTÍMETROS A 50 CENTÍMETROS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
48	APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA (BIA)	7.0	Unidade	776,43	5.435,01
BALANÇA BIOIMPEDÂNCIA DIGITAL - DESCRIÇÃO: POSSUI 7 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS, FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO QUE AJUDA A COMPREENDER O NÍVEL DOS RESULTADOS (BAIXO, NORMAL, ALTO, MUITO ALTO), PRODUTO QUE FORNEÇA RELATÓRIOS DE RESULTADOS ANTERIORES (1-7-30-90 DIAS). ALÉM DISSO, MEMORIZA ATÉ 4 PERFS (4 USUÁRIOS DIFERENTES). 7 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL (ATÉ 150KG), GORDURA CORPORAL DE 5,0 A 60,0% COM INCREMENTOS DE 0,1%. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) DE 7,0 A 90,0 COM INCREMENTOS DE 0,1, GORDURA VISCERAL DE 30 NÍVEIS COM INCREMENTOS DE 1 NÍVEL, MÚSCULOS ESQUELÉTICOS DE 5,0 A 50,0% COM INCREMENTOS DE 0,1%, METABOLISMO BASAL DE 385 A 3999 KCAL COM INCREMENTOS DE 1 KCA L, IDADE CORPORAL DE 18 A 80 ANOS COM INCREMENTOS DE 1 ANO, PRECISÃO: 2,0 KG A 40,0 KG: $\pm 0,4$ KG 40,0 KG A 150,0 KG: $\pm 1\%$, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 6V CC (COM 4 PILHAS "AA" ALCALINAS (LR03) OU MANGANÊS (R03)), DIMENSÕES EXTERNAS (LXAXP): 30X32X5 CM, PESO DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 2,1 KG.					
49	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO	4.0	Unidade	1.554,97	6.219,88
DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO PORTÁTIL PARA TERAPIA POR RADIAÇÃO INFRAVERMELHA, INDICADO PARA USO FISIOTERAPÊUTICO E/OU TERAPÊUTICO, DESTINADO À EMISSÃO DE CALOR SUPERFICIAL CONTROLADO, AUXILIANDO NO ALÍVIO DE DORES MUSCULARES, CONTRATURAS, PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E PROMOÇÃO DO RELAXAMENTO MUSCULAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: TIPO: APARELHO PORTÁTIL DE INFRAVERMELHO, PODENDO SER DO TIPO MANUAL (HANDHELD) FAIXA DE EMISSÃO: RADIAÇÃO INFRAVERMELHA (IR-A E/OU IR-B) POTÊNCIA NOMINAL: MÍNIMA DE 100W E MÁXIMA DE ATÉ 300W ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V - 50/60 HZ) SISTEMA DE EMISSÃO: LÂMPADA INFRAVERMELHA COM REFLETOR INTERNO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DIÂMETRO DO FOCO/REFLETOR: ENTRE 10 CM E 25 CM (OU EQUIVALENTE EM ÁREA DE IRRADIAÇÃO) ESTRUTURA: MATERIAL RESISTENTE AO CALOR, COM PROTEÇÃO TÉRMICA FORMATO: COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE PESO MÁXIMO: ATÉ 3 KG BASE/SUPOORTE: PARA MODELOS DE MESA: BASE ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE PARA MODELOS MANUAIS: EMPUNHADURA ERGONÔMICA E SEGURA AJUSTES: POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO E DIRECIONAMENTO DO FOCO (QUANDO APLICÁVEL) SISTEMA DE ACIONAMENTO: BOTÃO LIGA/DESLIGA SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO (QUANDO APLICÁVEL) CABO DE ALIMENTAÇÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,5 METROS INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: LUZ INDICADORA (LED OU SIMILAR) PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA					
50	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO	20.0	Unidade	191,70	3.834,00
APARELHO DIGITAL AUTOMÁTICO PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA, DO TIPO PULSO, INDICADO PARA USO DOMICILIAR E/OU PROFISSIONAL, COM SISTEMA OSCILOMÉTRICO, PROJETADO PARA FORNECER LEITURAS PRECISAS E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: TIPO: MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO MÉTODO DE MEDIÇÃO: OSCILOMÉTRICO FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO: MÍNIMO DE 0 A 300 MMHG FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: MÍNIMO DE 40 A 180 BPM PRECISÃO: PRESSÃO ARTERIAL: ± 3 MMHG FREQUÊNCIA CARDÍACA: $\pm 5\%$ DA LEITURA INSUFLAÇÃO: AUTOMÁTICA DESINFLAÇÃO: AUTOMÁTICA VISOR: DIGITAL (LCD OU EQUIVALENTE), COM NÚMEROS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DIMENSÃO DO VISOR: MÍNIMO DE 3 CM DE ALTURA PARA LEITURA DOS DÍGITOS PRINCIPAIS MEMÓRIA: CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 MEDIÇÕES (COM DATA E HORA, QUANDO DISPONÍVEL) BRAÇADEIRA (PULSEIRA): TIPO: AJUSTÁVEL PARA PULSO CIRCUNFERÊNCIA COMPATÍVEL: APROXIMADAMENTE DE 13,5 CM A 21,5 CM (OU FAIXA EQUIVALENTE) ALIMENTAÇÃO: POR PILHAS (AAA OU AA) E/OU BATERIA RECARREGÁVEL INDICADORES: INDICADOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES (ARRITMIA) (QUANDO DISPONÍVEL) INDICADOR DE NÍVEL DE PRESSÃO ARTERIAL (CLASSIFICAÇÃO) INDICADOR DE ERRO DE MEDIÇÃO E/OU MOVIMENTO INDICADOR DE BATERIA FRACA DESLIGAMENTO: AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE ESTRUTURA: COMPACTA, LEVE E PORTÁTIL PESO MÁXIMO: ATÉ 500 G (COM BATERIA) MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE DE BOA DURABILIDADE PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA					
51	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	1.0	Unidade	4.039,35	4.039,35
"ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO, INDICADO PARA SUÇÃO DE FLUIDOS CORPORAIS, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, COM ESTRUTURA MÓVEL E SISTEMA DE VÁCUO CONTROLADO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ELÉTRICO MÓVEL; SISTEMA DE SUÇÃO POR BOMBA DE VÁCUO; VAZÃO MÍNIMA DE 20 L/MIN; PRESSÃO DE VÁCUO AJUSTÁVEL ATÉ NO MÍNIMO 500 MMHG; REGULADOR DE VÁCUO COM MANÔMETRO; FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS EM MATERIAL RESISTENTE (POLICARBONATO OU VIDRO); TAMPAS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO; FILTRO BACTERIOLÓGICO; MOTOR SILENCIOSO; FUNCIONAMENTO CONTÍNUO; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220V); ESTRUTURA COM BASE MÓVEL COM RODÍZIOS; ALÇA PARA TRANSPORTE; SUPORTE PARA FRASCO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA ATÉ 80 CM; PESO ATÉ 10 KG; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
52	AUTOCLAVE VERTICAL	1.0	Unidade	19.681,06	19.681,06
"AUTOCLAVE VERTICAL DESTINADA À ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, UTILIZADA EM AMBIENTE LABORATORIAL E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO VERTICAL; CAPACIDADE 75 LITROS; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 1,0 E 2,5					



BAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 121°C E 134°C; TAMPA SUPERIOR COM FECHAMENTO HERMÉTICO E TRAVAMENTO DE SEGURANÇA; SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO E TEMPERATURA; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; SISTEMA DE ALÍVIO DE PRESSÃO; INDICADORES LUMINOSOS OU DISPLAY; CESTOS INTERNOS EM AÇO INOXIDÁVEL; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220V); POTÊNCIA ENTRE 2000W E 4000W; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAPACIDADE; ESTRUTURA EXTERNA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; EQUIPAMENTO DE PISO COM BASE ESTÁVEL."					
53	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA	7.0	Unidade	1.452,76	10.169,32
"BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA DESTINADA À PESAGEM DE RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, INDICADA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO DIGITAL PEDIÁTRICA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG; DIVISÃO DE 5 G; CONCHA ERGONÔMICA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SUPERFÍCIE LISA E ANATÔMICA; BASE ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; FUNÇÃO TARA; FUNÇÃO HOLD PARA FIXAÇÃO DE PESO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA E/OU REDE ELÉTRICA; INDICADOR DE BATERIA FRACA; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO ATÉ 60 CM; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 5 KG; ESTRUTURA RESISTENTE; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
54	BALANÇA DIGITAL CORPORAL	50.0	Unidade	116,33	5.816,50
"BALANÇA DIGITAL CORPORAL DESTINADA À MEDIÇÃO DE PESO DE ADULTOS, INDICADA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO DIGITAL CORPORAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG; DIVISÃO DE 100 G; PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL RESISTENTE; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; BASE ESTÁVEL; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR TOQUE OU PRESENÇA; FUNÇÃO TARA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO 30 CM A 40 CM; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 3 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
55	BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL	1.0	Unidade	1.570,02	1.570,02
"BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DESTINADA À PESAGEM DE CARGAS E MATERIAIS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO DIGITAL INDUSTRIAL DE PLATAFORMA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 KG; DIVISÃO DE 100 G; PLATAFORMA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL; SUPERFÍCIE RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE; BASE REFORÇADA; ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA; DISPLAY DIGITAL COM COLUNA OU REMOTO; VISOR DE FÁCIL LEITURA; FUNÇÃO TARA; FUNÇÃO ZERO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220V) COM BATERIA RECARREGÁVEL; INDICADOR DE BATERIA FRACA; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA PLATAFORMA 40 CM A 60 CM; ALTURA DA COLUNA ATÉ 1,20 M; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 30 KG; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; PRODUTO DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO."					
56	BERA TRIAGEM	1.0	Unidade	58.020,30	58.020,30
BERA TRIAGEM - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TRIAGEM AUDITIVA. EQUIPAMENTO DIGITAL; DISPLAY INTEGRADO OU MONITOR; COM SOFTWARE PARA ANÁLISE AUDITIVA; COM FONES E ELETRODOS; CONEXÃO USB; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; PORTÁTIL; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
57	BIOMBO PLUMBÍFERO CURVO (RADIOLOGICO)	2.0	Unidade	9.121,80	18.243,60
"BIOMBO PLUMBÍFERO CURVO PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO IONIZANTE, INDICADO PARA USO EM SALAS DE RAIOS-X E AMBIENTES RADIOLOGICOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BIOMBO CURVO PLUMBÍFERO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM CHAPA COM PROTEÇÃO DE CHUMBO; EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO MÍNIMA DE 1,0 MILÍMETRO; FORMATO CURVO PARA MAIOR ÁREA DE PROTEÇÃO; VISOR COM VIDRO PLUMBÍFERO COM EQUIVALÊNCIA DE 1,0 MILÍMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 1,80 METRO E LARGURA 0,80 METRO A 1,00 METRO; BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ESTRUTURA ESTÁVEL; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA RADIAÇÃO DISPERSA; PRODUTO INDICADO PARA USO RADIOLOGICO."					
58	BIOMBO PLUMBÍFERO RETO (RADIOLOGICO)	2.0	Unidade	6.110,10	12.220,20
"BIOMBO PLUMBÍFERO RETO PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO IONIZANTE, INDICADO PARA USO EM SALAS DE RAIOS-X E AMBIENTES RADIOLOGICOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BIOMBO RETO PLUMBÍFERO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM CHAPA COM PROTEÇÃO DE CHUMBO; EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO MÍNIMA DE 1,0 MILÍMETRO; FORMATO RETO; VISOR COM VIDRO PLUMBÍFERO COM EQUIVALÊNCIA DE 1,0 MILÍMETRO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 1,80 METRO E LARGURA 0,80 METRO; BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ESTRUTURA ESTÁVEL; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA RADIAÇÃO DISPERSA; PRODUTO INDICADO PARA USO RADIOLOGICO."					
59	BIOMBO TRIPLO	10.0	Unidade	877,48	8.774,80
"BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO UTILIZADO PARA DIVISÃO DE AMBIENTES E GARANTIA DE PRIVACIDADE EM PROCEDIMENTOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BIOMBO TRIPLO COM 03 FOLHAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; CORTINAS EM TECIDO RESISTENTE; DIMENSÕES DE CADA FOLHA ALTURA 1,70 METRO A 1,80 METRO E LARGURA 0,60 METRO A 0,80 METRO; ARTICULAÇÃO ENTRE AS FOLHAS POR DOBRADIÇAS METÁLICAS; BASE COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; RESISTENTE AO USO CONTÍNUO."					
60	BISTURI ELÉTRICO	3.0	Unidade	21.104,25	63.312,75
"EQUIPAMENTO ELETROCIRÚRGICO UTILIZADO PARA CORTE E COAGULAÇÃO DE TECIDOS POR MEIO DE CORRENTE ELÉTRICA DE ALTA FREQUÊNCIA, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR E BIPOLAR; POTÊNCIA MÁXIMA DE 300 WATTS; MODOS DE OPERAÇÃO CORTE PURO, COAGULAÇÃO E BLEND; CONTROLE DE POTÊNCIA AJUSTÁVEL; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO EM ALTA FREQUÊNCIA; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; DISPLAY PARA INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E POTÊNCIA; ACIONAMENTO POR PEDAL E CANETA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM MONITORAMENTO					



DE PLACA NEUTRA; ALARME SONORO E VISUAL; SAÍDAS PARA MONOPOLAR E BIPOLAR; COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS PADRÃO (CANETA, PLACA NEUTRA, CABOS); ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA DE BANCADA; GABINETE EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
61	CADEIRA DE RODAS INFANTIL	10.0	Unidade	1.059,14	10.591,40
FA"CADEIRA DE RODAS PARA LOCOMOÇÃO INFANTIL, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA DE RODAS MANUAL INFANTIL; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON OU MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE; LARGURA DO ASSENTO DE 30 CENTÍMETROS; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 60 KG; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS; APOIO PARA PÉS AJUSTÁVEIS E REBATÍVEIS; RODAS TRASEIRAS DE 20 POLEGADAS COM ARO DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 05 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS; SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS; DOBRÁVEL EM "X"; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 15 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
62	CADEIRA DE RODAS OBESO	10.0	Unidade	1.697,43	16.974,30
"CADEIRA DE RODAS PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES OBESOS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOMICILIAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA DE RODAS MANUAL REFORÇADA PARA OBESO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REFORÇADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON OU MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE; LARGURA DO ASSENTO DE 50 CENTÍMETROS; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS REFORÇADOS; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS; RODAS TRASEIRAS DE 24 POLEGADAS COM ARO DE PROPULSÃO REFORÇADO; RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS DE 08 POLEGADAS; PNEUS MACIÇOS REFORÇADOS; SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS; DOBRÁVEL EM "X" REFORÇADO; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 25 KG; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO INTENSIVO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
63	CADEIRA PARA BANHO GRANDE	30.0	Unidade	490,57	14.717,10
CADEIRA PARA BANHO GRANDE - CADEIRA UTILIZADA PARA HIGIENE E BANHO DE PACIENTES. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; ASSENTO SANITÁRIO; ENCOSTO EM MATERIAL RESISTENTE; APOIO PARA BRAÇOS E PÉS; COM RODÍZIOS; MEDIDAS APROXIMADAS DE 90 CM DE ALTURA X 55 CM DE LARGURA X 70 CM DE PROFUNDIDADE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
64	CADEIRA PARA BANHO PEQUENA	10.0	Unidade	254,04	2.540,40
"CADEIRA PARA BANHO DESTINADA À HIGIENE DE PACIENTES COM MOBILIDADE REDUZIDA, INDICADA PARA USO HOSPITALAR E DOMICILIAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL; ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE OU POLIETILENO; ENCOSTO FIXO; APOIO PARA BRAÇOS FIXOS; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS; RODAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 04 POLEGADAS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; BALDE COLETOR REMOVÍVEL COM TAMPÁ; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 100 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 40 CENTÍMETROS; PESO DO EQUIPAMENTO ATÉ 12 KG; ESTRUTURA RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
65	CAMA BELICHE	5.0	Unidade	1.824,33	9.121,65
"CAMA TIPO BELICHE COM DOIS LEITOS SOBREPOSTOS, INDICADA PARA USO EM ALOJAMENTOS, UNIDADES DE SAÚDE OU AMBIENTES COLETIVOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO BELICHE COM DOIS NÍVEIS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITOS PARA COLCHÃO SOLTEIRO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,88 METRO DE LARGURA E 1,88 METRO DE COMPRIMENTO; ESTRADO EM CHAPAS PERFURADAS OU RIPAS METÁLICAS RESISTENTES; ESCADA LATERAL FIXA EM METAL; GRADE DE PROTEÇÃO NO LEITO SUPERIOR COM ALTURA MÍNIMA DE 30 CENTÍMETROS; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG POR LEITO; ESTRUTURA REFORÇADA; ACABAMENTO RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; MONTAGEM FIRME E SEGURA."					
66	CAMA BERÇO COM GRADES	5.0	Unidade	1.733,00	8.665,00
"BERÇO INFANTIL COM GRADES DE PROTEÇÃO, DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO SEGURO DE CRIANÇAS, INDICADO PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO BERÇO INFANTIL COM GRADES FIXAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; GRADES LATERAIS FIXAS EM METAL; ESTRADO METÁLICO RESISTENTE; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,60 METRO DE LARGURA E 1,30 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA DAS GRADES MÍNIMA DE 50 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 02 COM TRAVA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 30 KG; ESTRUTURA SEGURA, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
67	CAMA COMUM CASAL PARA DORMITÓRIO/REPOUSO	5.0	Unidade	922,36	4.611,80
CAMA COMUM CASAL PARA DORMITÓRIO/REPOUSO - CAMA UTILIZADA PARA DESCANSO E REPOUSO. ESTRUTURA EM MADEIRA, MDF; TAMANHO CASAL; COM ESTRADO; MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,88 M X 1,38 M; ACABAMENTO LISO; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL MONTAGEM; COR CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG. UNIDADE.					
68	CAMA COMUM SOLTEIRO PARA DORMITÓRIO/REPOUSO	10.0	Unidade	734,63	7.346,30
CAMA COMUM SOLTEIRO PARA DORMITÓRIO/REPOUSO - CAMA UTILIZADA PARA DESCANSO E REPOUSO. ESTRUTURA EM MADEIRA, MDF OU MDP; TAMANHO SOLTEIRO; COM ESTRADO; MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,88 M X 0,88 M; ACABAMENTO LISO; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL MONTAGEM; COR CONFORME NECESSIDADE DA UNIDADE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG. UNIDADE.					
69	CAMA CONJUGADA SOLTEIRO PARA DORMITÓRIO/REPOUSO	10.0	Unidade	566,00	5.660,00
"CAMA SOLTEIRO TIPO CONJUGADA (BASE E COLCHÃO ACOPLADOS), INDICADA PARA USO EM DORMITÓRIO OU ÁREA DE REPOUSO. CARACTERÍSTICAS: TIPO CAMA SOLTEIRO CONJUGADA; BASE BOX COM ESTRUTURA EM MADEIRA RESISTENTE					



REVESTIDA EM TECIDO; COLCHÃO ACOPLADO À BASE; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM 0,88 METRO DE LARGURA E 1,88 METRO DE COMPRIMENTO; COLCHÃO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA D33; REVESTIMENTO EM TECIDO RESISTENTE; ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 45 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS; PÉS FIXOS EM MATERIAL RESISTENTE; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ESTRUTURA FIRME E ESTÁVEL; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA."					
70	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER	20.0	Unidade	1.703,00	34.060,00
"CAMA HOSPITALAR ADULTO FIXA, SEM MOVIMENTOS ARTICULADOS, INDICADA PARA INTERNAÇÃO E REPOUSO DE PACIENTES. CARACTERÍSTICAS: TIPO CAMA HOSPITALAR ADULTO FIXA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO FIXO SEM MOVIMENTOS FOWLER OU ARTICULAÇÕES; ESTRADO EM CHAPA PERFURADA OU TUBULAR METÁLICO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,90 METRO DE LARGURA E 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; CABECEIRA E PESEIRA EM METAL OU MATERIAL RESISTENTE; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO 02 COM TRAVA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ALTURA FIXA DO LEITO ENTRE 50 CENTÍMETROS E 70 CENTÍMETROS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
71	CAMA HOSPITALAR SIMPLES	20.0	Unidade	1.208,00	24.160,00
"CAMA HOSPITALAR ADULTO FIXA, INDICADA PARA INTERNAÇÃO E REPOUSO DE PACIENTES. CARACTERÍSTICAS: TIPO CAMA HOSPITALAR ADULTO FIXA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO FIXO SEM MOVIMENTOS ARTICULADOS; ESTRADO EM CHAPA PERFURADA OU TUBULAR METÁLICO; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÃO DE 0,90 METRO DE LARGURA E 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; CABECEIRA E PESEIRA FIXAS EM MATERIAL RESISTENTE; BASE COM 04 PÉS FIXOS OU RODÍZIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG; ALTURA DO LEITO ENTRE 50 CENTÍMETROS E 70 CENTÍMETROS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
72	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	5.0	Unidade	16.930,00	84.650,00
"EQUIPAMENTO DESTINADO À CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, VACINAS E MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS, COM CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA, INDICADO PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA IMUNOBIOLOGICOS; FAIXA DE TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 02 E 08 GRAUS CELSIUS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO; DISPLAY DIGITAL EXTERNO; SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR; ALARME SONORO E VISUAL PARA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA E FALTA DE ENERGIA; REGISTRO DE TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA; PORTA COM VIDRO DUPLO OU OPACA COM ISOLAMENTO TÉRMICO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PRATELEIRAS INTERNAS AJUSTÁVEIS EM AÇO OU MATERIAL RESISTENTE; SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA NA PORTA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA PARA ALARMES COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 HORAS; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM CAPACIDADE; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
73	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	2.0	Unidade	1.111,00	2.222,00
"CARRINHO DESTINADO AO TRANSPORTE SEGURO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRINHO PARA 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO CILINDRO COM CORRENTE OU CINTA DE SEGURANÇA; COMPATÍVEL COM CILINDRO DE ATÉ 50 LITROS; BASE REFORÇADA; DUAS RODAS TRASEIRAS DE BORRACHA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 08 POLEGADAS; APOIO FRONTAL PARA ESTABILIDADE; ALÇA SUPERIOR PARA CONDUÇÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA AO TRANSPORTE DO CILINDRO."					
74	CARRO MACA SIMPLES	10.0	Unidade	1.777,09	17.770,90
"MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO MACA FIXA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO FIXO; DIMENSÕES DO LEITO COMPATÍVEIS COM 0,60 METRO A 0,70 METRO DE LARGURA E 1,80 METRO A 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA ENTRE 70 CENTÍMETROS E 90 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; GRADES LATERAIS FIXAS OU REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA SORO (HASTE) ACOPLADO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
75	CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO	2.0	Unidade	1.665,77	3.331,54
"CARRO AUXILIAR DESTINADO AO APOIO E TRANSPORTE DE ELETROCARDIOGRAFO E SEUS ACESSÓRIOS, UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO PARA EQUIPAMENTO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; TAMPO SUPERIOR PLANO PARA ALOJAMENTO DO EQUIPAMENTO; NO MÍNIMO 01 PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA PARA ACESSÓRIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS, LARGURA 40 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ALÇA PARA CONDUÇÃO; ESTRUTURA ESTÁVEL; CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA EQUIPAMENTO MÉDICO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
76	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	5.0	Unidade	1.629,99	8.149,95
"CARRO FUNCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA; ESTRUTURA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU POLIPROPILENO; COMPARTIMENTO PARA BALDE COM ESPREMEDOR; BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS; SUPORTE PARA SACO COLETOR; SUPORTE PARA VASSOURA, RODO E MOP; PRATELEIRAS PARA PRODUTOS DE LIMPEZA; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; CAPACIDADE DE ORGANIZAÇÃO PARA USO CONTÍNUO."					
77	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	11.0	Unidade	3.081,39	33.895,29
"CARRO AUXILIAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E					



INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO MULTIUSO COM PRATELEIRAS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; NO MÍNIMO 02 PRATELEIRAS PLANAS; BORDAS COM PROTEÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS A 100 CENTÍMETROS, LARGURA 50 CENTÍMETROS A 70 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS A 60 CENTÍMETROS; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ALÇA PARA CONDUÇÃO; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 100 KG; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO."					
78	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS (DETRITOS)	5.0	Unidade	829,32	4.146,60
"CARRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CARRO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; COMPARTIMENTO ÚNICO COM TAMPA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS; TAMPA ARTICULADA; SISTEMA DE ABERTURA MANUAL OU POR PEDAL; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ALÇA PARA CONDUÇÃO; ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSÃO; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE."					
79	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 10 LITROS	10.0	Unidade	1.845,43	18.454,30
"CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 10 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO."					
80	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 15 LITROS	5.0	Unidade	1.334,27	6.671,35
"CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 15 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO."					
81	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 20 LITROS	5.0	Unidade	1.565,37	7.826,85
"CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 20 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO."					
82	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 3 LITROS	5.0	Unidade	962,68	4.813,40
"CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PORTÁTIL PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 3 LITROS; MATERIAL EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; FORMATO COMPACTO E LEVE PARA TRANSPORTE; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL."					
83	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 40 LITROS	5.0	Unidade	2.203,45	11.017,25
"CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE GRANDE CAPACIDADE; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 40 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA ROBUSTA PARA USO FIXO OU EM CARRINHO; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; INDICADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR."					
84	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 5 LITROS	5.0	Unidade	1.005,67	5.028,35
"CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PORTÁTIL PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 5 LITROS; MATERIAL EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; FORMATO COMPACTO E LEVE PARA TRANSPORTE; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL."					
85	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 50 LITROS	5.0	Unidade	2.813,00	14.065,00
"CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE GRANDE CAPACIDADE; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 50 LITROS; MATERIAL EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; ESTRUTURA ROBUSTA PARA USO FIXO OU EM CARRINHO; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; INDICADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE HOSPITALAR."					



HOSPITALAR."					
86	CILINDRO DE OXIGÊNIO ATÉ 7 LITROS	5.0	Unidade	1.044,00	5.220,00
"CILINDRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: TIPO CILINDRO PORTÁTIL PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; CAPACIDADE HIDRÁULICA ATÉ 7 LITROS; MATERIAL EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 150 BAR; VÁLVULA PADRÃO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PADRÃO PARA OXIGÊNIO; IDENTIFICAÇÃO DO GÁS NO CORPO DO CILINDRO; TESTE HIDROSTÁTICO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; FORMATO COMPACTO E LEVE PARA TRANSPORTE; COMPATÍVEL COM REGULADOR E FLUXÔMETRO PADRÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO MEDICINAL."					
87	COLAR CERVICAL G	3.0	Unidade	102,22	306,66
"COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO GRANDE; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ADULTO DE MAIOR PORTE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
88	COLAR CERVICAL GG	3.0	Unidade	143,77	431,31
"COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO EXTRA GRANDE; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ADULTO DE MAIOR PORTE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
89	COLAR CERVICAL M	7.0	Unidade	71,68	501,76
"COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO MÉDIO; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ADULTO DE PORTE MÉDIO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
90	COLAR CERVICAL P	3.0	Unidade	55,61	166,83
"COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO PEQUENO; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ADULTO DE MENOR PORTE OU USO PEDIÁTRICO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
91	COLAR CERVICAL PP	3.0	Unidade	28,86	86,58
"COLAR CERVICAL RÍGIDO DESTINADO À IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL, INDICADO PARA USO EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: TIPO COLAR CERVICAL RÍGIDO TAMANHO EXTRA PEQUENO; ESTRUTURA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO EM ESPUMA MACIA; AJUSTE POR FECHO EM VELCRO; ABERTURA FRONTAL PARA AVALIAÇÃO DE TRAQUEIA E PULSO; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO PEDIÁTRICO OU PACIENTES DE PEQUENO PORTE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR."					
92	ELETROCARDÍOGRAFO	7.0	Unidade	8.104,18	56.729,26
"EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, COM REGISTRO DA ATIVIDADE ELÉTRICA DO CORAÇÃO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL DE 12 DERIVAÇÕES; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES; DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DOS TRAÇADOS; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL; FILTROS PARA REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIAS; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES; INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; CABOS DE PACIENTE COMPLETOS; ELETRODOS REUTILIZÁVEIS; OPERAÇÃO SIMPLES; ESTRUTURA PORTÁTIL; PESO ATÉ 5 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
93	ELETROCARDÍOGRAFO TELA LCD	1.0	Unidade	8.878,20	8.878,20
"EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, COM VISUALIZAÇÃO DOS TRAÇADOS EM TELA LCD, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL DE 12 DERIVAÇÕES; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES; TELA LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO DOS TRAÇADOS EM TEMPO REAL; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL; FILTROS PARA REDUÇÃO DE INTERFERÊNCIAS; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES; INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; CABOS DE PACIENTE COMPLETOS; ELETRODOS REUTILIZÁVEIS; OPERAÇÃO SIMPLES; ESTRUTURA PORTÁTIL; PESO ATÉ 5 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					



94	EMISSIONES OTOACUSTICAS TRIAGEM	1.0	Unidade	30.555,67	30.555,67
"EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À TRIAGEM AUDITIVA POR EMISSIONES OTOACUSTICAS, INDICADO PARA AVALIAÇÃO AUDITIVA, ESPECIALMENTE EM RECÉM-NASCIDOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA EMISSIONES OTOACUSTICAS; MÉTODO DE TESTE POR EMISSIONES OTOACUSTICAS EVOCADAS; RESULTADO AUTOMÁTICO DO TIPO PASSA/FALHA; DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS; OPERAÇÃO SIMPLES COM INTERFACE INTUITIVA; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES; INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; SONDA COM PONTEIRAS ADAPTÁVEIS; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL; AUTONOMIA MÍNIMA DE 04 HORAS; EQUIPAMENTO LEVE E PORTÁTIL; PESO ATÉ 2 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
95	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL	10.0	Unidade	936,67	9.366,70
"APARELHO DESTINADO À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, DO TIPO PEDESTAL, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PEDESTAL; MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; PRECISÃO DE ± 3 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; BRAÇADEIRA ADULTO EM TECIDO RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO EM BORRACHA; PERA COM VÁLVULA DE CONTROLE DE AR; SISTEMA DE INSUFLAÇÃO MANUAL; COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA; BASE COM 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS; ESTRUTURA ESTÁVEL; MANÔMETRO COM GIRO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
96	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	10.0	Unidade	179,83	1.798,30
"APARELHO DESTINADO À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES OBESOS, INDICADO PARA USO HOSPITALAR E CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PARA OBESO; MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; PRECISÃO DE ± 3 MILÍMETROS DE MERCÚRIO; BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE EM TECIDO RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO EM BORRACHA; PERA COM VÁLVULA DE CONTROLE DE AR; SISTEMA DE INSUFLAÇÃO MANUAL; BRAÇADEIRA COMPATÍVEL COM CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO AMPLIADA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; EQUIPAMENTO PORTÁTIL."					
97	ESTADIÔMETRO INFANTIL	50.0	Unidade	342,08	17.104,00
"EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE ALTURA/COMPRIMENTO DE CRIANÇAS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTADIÔMETRO INFANTIL HORIZONTAL; ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE OU ACRÍLICO; BASE PLANA PARA POSICIONAMENTO DA CRIANÇA; ESCALA GRADUADA EM CENTÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 CENTÍMETROS A 110 CENTÍMETROS; CURSOR DESLIZANTE PARA MEDIÇÃO; LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; MATERIAL LEVE; SUPERFÍCIE LISA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA MEDIÇÃO DE BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS."					
98	ESTADIÔMETRO VERTICAL	15.0	Unidade	742,24	11.133,60
"EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE ALTURA DE PACIENTES EM POSIÇÃO ORTOSTÁTICA, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES. CARACTERÍSTICAS: TIPO ESTADIÔMETRO VERTICAL; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU MATERIAL METÁLICO RESISTENTE; FIXAÇÃO EM PAREDE OU BASE PORTÁTIL; ESCALA GRADUADA EM CENTÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 220 CENTÍMETROS; CURSOR DESLIZANTE COM APOIO PARA CABEÇA; LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; BASE ANTIDERRAPANTE (QUANDO PORTÁTIL); ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE; MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
99	FLUXOMETRO PARA VALVULA REGULADORA	15.0	Unidade	83,30	1.249,50
"DISPOSITIVO DESTINADO AO CONTROLE E MEDIÇÃO DO FLUXO DE OXIGÊNIO OU AR MEDICINAL, ACOPLADO À VÁLVULA REGULADORA, INDICADO PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO FLUXÔMETRO PARA GASES MEDICINAIS; ESCALA DE FLUXO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO; CORPO EM MATERIAL METÁLICO OU LATÃO CROMADO; TUBO GRADUADO TRANSPARENTE; ESFERA INDICADORA DE FLUXO; AJUSTE POR VÁLVULA DE CONTROLE; CONEXÃO PADRÃO PARA VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO; SAÍDA PARA UMIDIFICADOR; LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO COM OXIGÊNIO MEDICINAL."					
100	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	10.0	Unidade	485,40	4.854,00
"EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR DESTINADO A PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E EXAMES CLÍNICOS, INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIOS E UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS: TIPO FOCO REFLETOR AMBULATORIAL; ILUMINAÇÃO EM LED; INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 15.000 LUX; TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 4.000 A 5.000 KELVIN; BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE POSIÇÃO; CABEÇOTE COM GIRO; ALTURA AJUSTÁVEL; BASE COM 04 OU 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ALTURA AJUSTÁVEL; SISTEMA DE BAIXO AQUECIMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
101	FOCO CIRURGICO DE SOLO MÓVEL	1.0	Unidade	10.600,89	10.600,89
"EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DESTINADO A PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS, COM BASE MÓVEL, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL; ILUMINAÇÃO EM LED; INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 30.000 LUX; TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 4.000 A 5.000 KELVIN; AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE POSIÇÃO; CABEÇOTE COM GIRO; BASE COM 04 OU 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; ALTURA AJUSTÁVEL; SISTEMA DE BAIXO AQUECIMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; EQUIPAMENTO PORTÁTIL."					
102	IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS	1.0	Unidade	1.708,31	1.708,31
"QUIPAMENTO DESTINADO À IMPRESSÃO DE ETIQUETAS COM CÓDIGOS DE BARRAS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO IMPRESSORA TÉRMICA PARA CÓDIGO DE BARRAS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TÉRMICA DIRETA OU TRANSFERÊNCIA TÉRMICA; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 203 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 100 MILÍMETROS POR SEGUNDO; LARGURA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 100 MILÍMETROS; COMPATÍVEL COM DIVERSOS					



TIPOS DE ETIQUETAS; CONEXÃO USB; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS; SENSOR DE DETECÇÃO DE ETIQUETAS; CARREGAMENTO SIMPLES DE MÍDIA; ESTRUTURA COMPACTA; MATERIAL RESISTENTE; INDICADA PARA USO CONTÍNUO."					
103	LANTERNA CLÍNICA	20.0	Unidade	95,59	1.911,80
"DISPOSITIVO PORTÁTIL DESTINADO À ILUMINAÇÃO EM EXAMES CLÍNICOS, UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS E INSPEÇÃO DE CAVIDADES. CARACTERÍSTICAS: TIPO LANTERNA CLÍNICA PORTÁTIL; ILUMINAÇÃO EM LED; CORPO EM METAL OU ALUMÍNIO; ACIONAMENTO POR BOTÃO; LUZ BRANCA DE ALTA INTENSIDADE; CLIP DE FIXAÇÃO PARA BOLSO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS; DESIGN COMPACTO E LEVE; PESO ATÉ 200 GRAMAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
104	MACA PARA CONSULTÓRIO	15.0	Unidade	759,29	11.389,35
"MACA FIXA DESTINADA A ATENDIMENTOS CLÍNICOS E EXAMES, INDICADA PARA USO EM CONSULTÓRIO. CARACTERÍSTICAS: TIPO MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL COM AJUSTE MANUAL; DIMENSÕES DO LEITO COM 0,60 METRO DE LARGURA E 1,80 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA DE 70 CENTÍMETROS; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; SUPORTE PARA PAPEL DESCARTÁVEL; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
105	MACA PARA OBESO	2.0	Unidade	783,00	1.566,00
"MACA FIXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES OBESOS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTE CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO MACA FIXA REFORÇADA PARA OBESO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO REFORÇADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO EM COURVIN OU MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; ENCOSTO RECLINÁVEL COM AJUSTE MANUAL; DIMENSÕES DO LEITO COM 0,80 METRO DE LARGURA E 1,90 METRO DE COMPRIMENTO; ALTURA FIXA DE 70 CENTÍMETROS; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO INTENSIVO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
106	MARTELO DE REFLEXOS TAYLOR	10.0	Unidade	66,69	666,90
"INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS, INDICADO PARA USO EM EXAMES CLÍNICOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO MARTELO DE REFLEXOS MODELO TAYLOR; CABEÇA EM BORRACHA SINTÉTICA; CABO EM METAL CROMADO OU PLÁSTICO RESISTENTE; FORMATO TRIANGULAR DA CABEÇA; EQUILIBRADO PARA PERCUSSÃO PRECISA; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20 CENTÍMETROS; PESO LEVE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO CLÍNICO."					
107	MESA DE CABECEIRA AÇO/FERRO	10.0	Unidade	918,26	9.182,60
"MESA DE CABECEIRA DESTINADA AO APOIO DE OBJETOS PESSOAIS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE, INDICADA PARA USO HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; TAMPO SUPERIOR EM AÇO OU CHAPA METÁLICA RESISTENTE; 01 GAVETA COM CORREDIÇAS; 01 PORTA INFERIOR COM PRATELEIRA INTERNA; PUXADORES EM MATERIAL RESISTENTE; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS, LARGURA 40 CENTÍMETROS E PROFUNDIDADE 40 CENTÍMETROS; BASE COM PÉS FIXOS OU RODÍZIOS; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
108	MONITOR MULTIPARÂMETROS	3.0	Unidade	7.975,52	23.926,56
"EQUIPAMENTO DESTINADO AO MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SINAIS VITAIS DE PACIENTES, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO MONITOR MULTIPARÂMETROS; MONITORAMENTO DE ECG, FREQUÊNCIA CARDÍACA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E TEMPERATURA; TELA LCD COLORIDA COM TAMANHO MÍNIMO DE 10 POLEGADAS; EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS CONFIGURÁVEIS; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS; TENDÊNCIAS GRÁFICAS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS; CABOS E SENSORES COMPATÍVEIS COM OS PARÂMETROS; ESTRUTURA PORTÁTIL; PESO ATÉ 5 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
109	NEBULIZADOR PORTÁTIL	15.0	Unidade	170,10	2.551,50
"EQUIPAMENTO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INALATÓRIA, INDICADO PARA USO DOMICILIAR E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO NEBULIZADOR PORTÁTIL; SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO POR COMPRESSOR OU ULTRASSÔNICO; TAXA DE NEBULIZAÇÃO MÍNIMA DE 0,2 MILILITROS POR MINUTO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE MEDICAMENTO DE 5 MILILITROS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MÁSCARAS PARA ADULTO E INFANTIL; BOCAL PARA INALAÇÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS) OU POR BATERIA; DESIGN COMPACTO E LEVE; PESO ATÉ 2 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO CONTÍNUO."					
110	NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS	20.0	Unidade	1.175,33	23.506,60
"EQUIPAMENTO DESTINADO À VISUALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS, COM DOIS CORPOS ILUMINADOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO NEGATOSCÓPIO DE PAREDE COM 02 CORPOS; ILUMINAÇÃO EM LED OU LÂMPADAS FLUORESCENTES; LUMINOSIDADE UNIFORME; PAINEL FRONTAL EM ACRÍLICO LEITOSO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM ALUMÍNIO; FIXAÇÃO EM PAREDE; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM FILMES RADIOGRÁFICOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA."					
111	OFTALMOSCÓPIO	10.0	Unidade	1.117,94	11.179,40
ILUMINAÇÃO LED; CABO METÁLICO; LENTES COM NO MÍNIMO 19 DIOPTRIAS; ABERTURAS PARA DIFERENTES TIPOS DE EXAME; CONTROLE DE FOCO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL; PORTÁTIL; ACOMPANHA ESTOJO. UNIDADE.					



112	OTOSCÓPIO	10.0	Unidade	491,44	4.914,40
ILUMINAÇÃO LED; CABO METÁLICO; LENTE COM AMPLIAÇÃO MÍNIMA DE 3X; ESPÉCULOS EM DIFERENTES TAMANHOS; CONTROLE DE FOCO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL; PORTÁTIL; ACOMPANHA ESTOJO. UNIDADE.					
113	OXÍMETRO DE DEDO (PULSO)	1.0	Unidade	90,62	90,62
"DISPOSITIVO PORTÁTIL DESTINADO À MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E FREQUÊNCIA DE PULSO, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO OXÍMETRO DE DEDO; MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 70 POR CENTO A 100 POR CENTO PARA SATURAÇÃO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 250 BATIMENTOS POR MINUTO; DISPLAY DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS; INDICAÇÃO DE ONDA PLETISMOGRÁFICA OU BARRA DE PULSO; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; DESIGN COMPACTO E LEVE; PESO ATÉ 200 GRAMAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
114	PALETE	20.0	Unidade	1.271,62	25.432,40
"CONTENTOR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES E INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO CONTENTOR PARA RESÍDUOS; MATERIAL EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 2500 KG; ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS E INTEMPÉRIES; TAMPA ARTICULADA; SISTEMA DE DRENAGEM; BASE COM RODAS OU COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA; MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO EXTERNO E COLETA DE RESÍDUOS."					
115	PRANCHA LONGA	5.0	Unidade	824,44	4.122,20
CONFECCIONADA EM POLIETILENO, TAMANHO MÍNIMO DE 1,88 X 0,44 M, BORDAS EXTERNAS ARREDONDADAS, IMPERMEABILIZADA COM ORIFÍCIOS PARA SUSTENTAÇÃO E PASSAGEM DAS CINTAS					
116	REANIMADOR (AMBÚ) COM RESERVATÓRIO	20.0	Unidade	250,02	5.000,40
CONFECCIONADO EM SILICONE; REUTILIZÁVEL; TAMANHO ADULTO; BALÃO AUTOINFLÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; COM MÁSCARA FACIAL; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; MATERIAL RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
117	REANIMADOR INFANTIL (AMBU) COM RESERVATÓRIO	10.0	Unidade	197,43	1.974,30
CONFECCIONADO EM SILICONE; REUTILIZÁVEL; TAMANHO INFANTIL; BALÃO AUTOINFLÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; COM MÁSCARA FACIAL; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; MATERIAL RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
118	REANIMADOR NEONATAL (AMBU) COM RESERVATÓRIO	5.0	Unidade	213,02	1.065,10
CONFECCIONADO EM SILICONE; REUTILIZÁVEL; TAMANHO NEONATAL; BALÃO AUTOINFLÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL; COM MÁSCARA FACIAL; COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; MATERIAL RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
119	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA MADEIRA	15.0	Unidade	152,29	2.284,35
"EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO CORPORAL, INDICADO PARA USO EM AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM AMBIENTE CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO RÉGUA ANTROPOMÉTRICA HORIZONTAL; ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA; ESCALA GRADUADA EM CENTÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100 CENTÍMETROS; BASE PLANA PARA POSICIONAMENTO DO PACIENTE; CURSOR DESLIZANTE PARA AJUSTE DA MEDIÇÃO; ACABAMENTO LISO SEM ARESTAS; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; INDICADO PARA USO PEDIÁTRICO."					
120	SUPORTE DE HAMPER	15.0	Unidade	477,47	7.162,05
"SUPORTE DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE ROUPAS SUJAS OU RESÍDUOS, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO SUPORTE PARA HAMPER; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOXIDÁVEL; ARO SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE SACO; CAPACIDADE PARA 01 SACO; BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVA; DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 80 CENTÍMETROS A 100 CENTÍMETROS; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO HOSPITALAR. "					
121	SUPORTE PARA SORO FIXO	10.0	Unidade	344,33	3.443,30
"SUPORTE DESTINADO À SUSTENTAÇÃO DE FRASCOS DE SORO, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO SUPORTE PARA SORO FIXO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOXIDÁVEL; HASTE VERTICAL FIXA; GANCHO SUPERIOR COM CAPACIDADE PARA ATÉ 04 FRASCOS; ALTURA FIXA DE 1,80 METRO; BASE EM FORMATO QUADRADO OU "H"; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
122	SUPORTE PARA SORO FIXO DE FERRO	10.0	Unidade	224,63	2.246,30
ESTRUTURA EM FERRO; BASE FIXA; HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA; COM GANCHOS PARA SORO; PINTURA ELETROSTÁTICA; ALTURA MÍNIMA REGULÁVEL DE 1,50 M; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. UNIDADE.					
123	SUPORTE PARA SORO MÓVEL	5.0	Unidade	467,04	2.335,20
"SUPORTE DESTINADO À SUSTENTAÇÃO DE FRASCOS DE SORO, COM BASE MÓVEL, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO SUPORTE PARA SORO MÓVEL; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU AÇO INOXIDÁVEL; HASTE TELESCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA; ALTURA AJUSTÁVEL DE 1,20 METRO A 2,00 METROS; GANCHO SUPERIOR COM 04 GANCHOS; BASE EM FORMATO ESTRELA; BASE COM 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS;					



ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
124	APARELHO CELULAR	5.0	Unidade	1.331,33	6.656,65
"APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL DESTINADO À COMUNICAÇÃO, ACESSO À INTERNET E UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS, INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL. CARACTERÍSTICAS: TIPO SMARTPHONE; TELA TOUCHSCREEN COM TAMANHO MÍNIMO DE 6 POLEGADAS; MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4 GB; ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 64 GB; PROCESSADOR OCTA-CORE; CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 12 MEGAPIXELS; CÂMERA FRONTAL; CONECTIVIDADE 4G OU SUPERIOR; WIFI E BLUETOOTH; GPS INTEGRADO; SISTEMA OPERACIONAL ATUALIZÁVEL; BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4000 MILIAMPERE-HORA; ENTRADA PARA CHIP; CARREGADOR INCLUSO; APARELHO NOVO."					
125	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	30.0	Unidade	23,07	692,10
DISPOSITIVO DESTINADO À MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL; MEDIÇÃO POR SENSOR ELETRÔNICO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 32 GRAUS CELSIUS A 42 GRAUS CELSIUS; PRECISÃO DE $\pm 0,1$ GRAU CELSIUS; DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS; SINAL SONORO AO FINAL DA MEDIÇÃO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PONTA FLEXÍVEL; RESISTENTE À ÁGUA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA; MATERIAL ATÓXICO E LIVRE DE MERCÚRIO; DESIGN COMPACTO E LEVE; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA.					
126	TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO	5.0	Unidade	184,00	920,00
"DISPOSITIVO DESTINADO À MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL; MEDIÇÃO POR SENSOR ELETRÔNICO; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 32 GRAUS CELSIUS A 42 GRAUS CELSIUS; PRECISÃO DE $\pm 0,1$ GRAU CELSIUS; DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA; TEMPO DE MEDIÇÃO RÁPIDO; SINAL SONORO AO FINAL DA MEDIÇÃO; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; RESISTENTE À ÁGUA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA; DESIGN COMPACTO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO."					
127	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL	2.0	Unidade	54.330,14	108.660,28
"EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM POR ULTRASSOM, INDICADO PARA USO CLÍNICO E HOSPITALAR, COM CONFIGURAÇÃO PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: TIPO ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTÁTIL; SISTEMA DIGITAL; MONITOR LCD COLORIDO COM TAMANHO MÍNIMO DE 12 POLEGADAS; MODOS DE OPERAÇÃO B, M E DOPPLER COLORIDO; TECLADO INTEGRADO; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS; PORTAS USB PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); SOFTWARE PARA MEDIÇÕES E ANÁLISES; SUPORTE PARA MÚLTIPLOS TRANSDUTORES; TRANSDUTOR CONVEXO INCLUSO; EQUIPAMENTO LEVE E PORTÁTIL; PESO ATÉ 10 KG; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
128	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	4.0	Unidade	2.426,00	9.704,00
EQUIPAMENTO DIGITAL; FREQUÊNCIA DE 1 MHZ E/OU 3 MHZ; DISPLAY DIGITAL; CONTROLE DE INTENSIDADE; MODO CONTÍNUO E PULSADO; TIMER; CABEÇOTE ERGONÔMICO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; ACOMPANHA CABO DE FORÇA E GEL; ESTRUTURA RESISTENTE; FÁCIL MANUSEIO. UNIDADE. DIMENSÕES DO PRODUTO: 16,6 x 27 x 12,5 cm; 4 quilogramas O APARELHO INCLUI: 01 - Ultrassom 1 e 3 MHZ - IBRAMED 01 Aplicador 01 Cabo PP fêmea i.e.c. 2 x 0,75 x 1500mm 01 Cabeçote de silicone com ERA de 8cm2 01 Cabo adaptador para terapia combinada 01 Suporte aplicador probe para gabinete safira V2.0 01 Bisnaga com gel (cap. 100 gramas) (Anvisa: 80122200013)					
129	VÁLVULA REGULADORA AR COM FLUXÔMETRO	10.0	Unidade	324,77	3.247,70
"DISPOSITIVO DESTINADO AO CONTROLE DA PRESSÃO E DO FLUXO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, INDICADO PARA USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS: TIPO VÁLVULA REGULADORA PARA AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO ACOPLADO; CORPO EM LATÃO CROMADO OU MATERIAL METÁLICO RESISTENTE; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO; ESCALA DE FLUXO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO; TUBO GRADUADO TRANSPARENTE COM ESFERA INDICADORA; AJUSTE DE FLUXO POR VÁLVULA DE CONTROLE; CONEXÃO PADRÃO PARA CILINDRO OU REDE DE AR MEDICINAL; SAÍDA PARA UMIDIFICADOR OU EQUIPAMENTOS; VÁLVULA DE SEGURANÇA; LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA USO COM AR MEDICINAL."					
130	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO	2.0	Unidade	10.558,17	21.116,34
"DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAI, UTILIZADO PARA DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO, COM EMISSÃO CONTROLADA DE RADIAÇÃO IONIZANTE, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE VIGENTES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: TIPO: APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRAORAL; INSTALAÇÃO: PODENDO SER DO TIPO DE COLUMNA MÓVEL (PORTÁTIL COM RODÍZIOS) OU FIXO DE PAREDE TENSÃO DO TUBO (KV): ENTRE 60 KV E 70 KV; CORRENTE DO TUBO (MA): ENTRE 6 MA E 10 MA; POTÊNCIA: COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO INTRAORAL; TEMPO DE EXPOSIÇÃO: AJUSTÁVEL, COM FAIXA MÍNIMA DE 0,01 A 3,0 SEGUNDOS (OU SUPERIOR) SISTEMA DE CONTROLE; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL OU ELETROMECÂNICO; SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DISPARO: BOTÃO DE DISPARO COM CABO ESPIRAL OU CONTROLE REMOTO; BRAÇO ARTICULADO; COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ALCANCE MÍNIMO DE 1,5 METROS (OU EQUIVALENTE) SISTEMA DE TRAVAMENTO ESTÁVEL CABEÇOTE: COM BLINDAGEM ADEQUADA CONTRA RADIAÇÃO; GIRO DE NO MÍNIMO 300° COLIMADOR: FORMATO CILÍNDRICO OU RETANGULAR DIÂMETRO DO FEIXE ENTRE 5 CM E 7 CM NA EXTREMIDADE; DISTÂNCIA FOCO-PELE: MÍNIMO DE 20 CM; FILTRAÇÃO TOTAL: MÍNIMA DE 1,5 MM AL (OU CONFORME NORMA VIGENTE); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V - 50/60 HZ); SISTEMA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SOBREPOSIÇÃO DE DISPAROS; INDICADOR SONORO E/OU LUMINOSO DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO; COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS E/OU SENSORES DIGITAIS; ESTRUTURA: CONSTRUÇÃO ROBUSTA, MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MOBILIDADE (QUANDO APLICÁVEL): BASE COM RODÍZIOS E SISTEMA DE TRAVA; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA ATENDIMENTO ÀS					



NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CNEN (QUANDO APLICÁVEL)"					
131	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (75 LITROS) - ODONTOLOGIA	7.0	Unidade	13.651,33	95.559,31
"AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CAPACIDADE DE 75 LITROS, DESTINADA À ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE CICLOS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE 75 LITROS; TIPO HORIZONTAL DE MESA; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 1,0 E 2,5 BAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 121°C E 134°C; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE ESTERILIZAÇÃO; CONTROLE DE TEMPO E TEMPERATURA; SISTEMA DE SECAGEM AUTOMÁTICA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA INCORPORADO; SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA NA PORTA; VÁLVULA DE SEGURANÇA; SENSOR DE TEMPERATURA E PRESSÃO; INDICADORES LUMINOSOS OU DISPLAY; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220V); POTÊNCIA APROXIMADA ENTRE 1500W E 3000W; DIMENSÕES APROXIMADAS COMPATÍVEIS COM CAPACIDADE DE 75L; ESTRUTURA EXTERNA RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; EQUIPAMENTO DE BANCADA."					
132	BRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	10.0	Unidade	250,00	2.500,00
DISPOSITIVO UTILIZADO PARA GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR DURANTE PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO VENOSA. CARACTERÍSTICAS: TIPO BRAÇADEIRA GARROTE; MATERIAL EM TECIDO ELÁSTICO RESISTENTE; LARGURA APROXIMADA DE 2,5 CENTÍMETROS; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL ATÉ 50 CENTÍMETROS; SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVA RÁPIDA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; AJUSTE MANUAL; LIBERAÇÃO RÁPIDA COM UM TOQUE; REUTILIZÁVEL; MATERIAL LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; RESISTENTE AO USO CONTÍNUO.					
133	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)	5.0	Unidade	24.362,67	121.813,35
"CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COMPOSTO POR CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR E REFLETOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS: TIPO CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO; CADEIRA COM MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS DE SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E POSIÇÃO DE TRABALHO; ACIONAMENTO POR PEDAL MULTIFUNCIONAL; ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL; BASE FIXA ESTÁVEL; CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 150 KG; EQUIPO ACOPLADO COM NO MÍNIMO 03 TERMINAIS (ALTA ROTAÇÃO, BAIXA ROTAÇÃO E SERINGA TRÍPLICE); SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PEDAL; BANDEJA EM AÇO INOX OU MATERIAL RESISTENTE; UNIDADE AUXILIAR COM NO MÍNIMO 01 SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA E 01 SUGADOR DE BAIXA POTÊNCIA; CUBA EM CERÂMICA OU MATERIAL RESISTENTE; SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO; REFLETOR ODONTOLÓGICO COM ILUMINAÇÃO EM LED; AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; BRAÇO ARTICULADO; CABECEIRA AJUSTÁVEL; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); SISTEMA DE SEGURANÇA; ESTRUTURA RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PRODUTO COM REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO NA ANVISA."					
134	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	6.0	Unidade	4.590,76	27.544,56
"COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIO. CARACTERÍSTICAS: TIPO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO MÍNIMA DE 30 LITROS; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 5 BAR E 8 BAR; VAZÃO MÍNIMA DE 100 LITROS POR MINUTO; MOTOR ELÉTRICO COM POTÊNCIA ENTRE 1 E 2 HP; SISTEMA DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO; FILTRO DE AR COM SECAGEM; MANÔMETRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA; DRENO PARA ELIMINAÇÃO DE UMIDADE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); ESTRUTURA COM RODÍZIOS OU BASE FIXA; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO; PRODUTO INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO."					
135	MESA DE REUNIÃO 6 PESSOAS	10.0	Unidade	1.073,40	10.734,00
"MESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, COM CAPACIDADE PARA SEIS PESSOAS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR; ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MILÍMETROS; DIMENSÕES COM 1,80 METRO DE COMPRIMENTO, 0,90 METRO DE LARGURA E 0,75 METRO DE ALTURA; BASE EM PAINEL OU PÉS METÁLICOS; ACABAMENTO COM BORDAS EM PVC; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA."					
136	MESA DE REUNIÃO 10 PESSOAS	10.0	Unidade	2.690,46	26.904,60
"MESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, COM CAPACIDADE PARA DEZ PESSOAS, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. CARACTERÍSTICAS: TIPO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR; ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MILÍMETROS; DIMENSÕES COM 2,40 METRO DE COMPRIMENTO, 1,20 METRO DE LARGURA E 0,75 METRO DE ALTURA; BASE EM PAINEL OU PÉS METÁLICOS; ACABAMENTO COM BORDAS EM PVC; ESTRUTURA ESTÁVEL; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA."					
137	VENTILADOR DE PAREDE	20.0	Unidade	336,33	6.726,60
"EQUIPAMENTO DESTINADO À VENTILAÇÃO DE AMBIENTES, INDICADO PARA USO EM ÁREAS INTERNAS INSTITUCIONAIS. CARACTERÍSTICAS: TIPO VENTILADOR DE PAREDE; DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CENTÍMETROS; HÉLICE COM NO MÍNIMO 03 PÁS; GRADE PROTETORA METÁLICA; MOTOR ELÉTRICO DE ALTA DURABILIDADE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 WATTS; VELOCIDADE REGULÁVEL; SISTEMA OSCILANTE; FIXAÇÃO EM PAREDE; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220 VOLTS); COR PRETA OU SIMILAR; MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA."					

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
TRADIÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Terra do Leite
no Ceará



1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de

1.4.1. O fornecimento de bens é enquadrado como continuado, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O custo estimado total da contratação é de R\$ R\$ 1.864.978,30 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos)

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A presente contratação é classificada como de natureza contínua, com fundamento no artigo 6º, inciso XV, da Lei nº 14.133/2021, representando uma deliberação estratégica para atender a uma necessidade pública de caráter permanente, cuja interrupção comprometeria a missão institucional deste órgão.

O regime de vigência e suas eventuais prorrogações são regidos pelos artigos 106 e 107 da mesma Lei, estabelecendo um modelo de gestão contratual flexível, seguro



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
TRADIÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Terra do Leite
no Ceará



e alinhado ao interesse público. Desta forma, o contrato vigorará pelo prazo inicial de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, submetendo-se o seu ciclo de vida (manutenção, governança, prerrogativas de extinção e prorrogações sucessivas) integralmente ao disposto nos referidos artigos, sempre respeitado o limite máximo de 10 (dez) anos para a duração total do ajuste.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 05 (cinco) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.



5.2. Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 dias de antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Pedro José de Oliveira, 406, Centro, Milhã / CE, 63.635-000, 406, Centro.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim .

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das



obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.



6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
TRADIÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Terra do Leite
no Ceará



6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,



devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias).

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.



7.9. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
TRADIÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Terra do Leite
no Ceará



eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
TRADIÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Terra do Leite
no Ceará



regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.18. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
TRADIÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Terra do Leite
no Ceará



oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.24.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço, por Lote.

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica

8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;



8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do §2º do art. 4º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.



8.12. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
TRADIÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Terra do Leite
no Ceará



8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples;

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021);

8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.24.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$\text{I - Liquidez Geral (LG)} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) \div (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante});$$



II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante).;

8.2.4.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.2.4.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

8.2.4.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§ 6º do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.

Qualificação Técnica



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
TRADIÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Terra do Leite
no Ceará



8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.31. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento, na(s) dotação(ões) 0701.10.302.0034.2.043 - Manut das Atividades da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905208 - Equipamentos e Material Permanente; 44905200 - Equipamentos e Material Permanente; 0701.10.301.0035.2.035 - Programa Saúde da Família - PSF, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905208 - Equipamentos e Material Permanente; 44905200 - Equipamentos e Material Permanente; 44905208 - Equipamentos e Material Permanente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHÃ
TRADIÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Terra do Leite
no Ceará



9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Milhã/CE, 17 de junho de 2026

Francisco Regis Magno Ferreira Pinheiro
Ordenador de Despesas