



**TERMO DE RETIFICAÇÃO**  
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026-PE**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2025**

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos e material permanente para Unidades Básicas de Saúde e Hospital, mediante emendas parlamentares, conforme Propostas nº 0604188100012005 e nº 06041881000125006.

**1. DA RETIFICAÇÃO**

O Município de Pedra Branca – CE, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público que, em razão de impugnação apresentada e após análise técnica, ficam **RETIFICADAS as especificações técnicas dos Itens 10 e 18 do Termo de Referência**, conforme detalhamento a seguir.

| ITEM | DESCRIÇÃO                    | QTD | UND     | V. UNIT   | V. TOTAL  |
|------|------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 10   | FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL | 1.0 | Unidade | 49.264,00 | 49.264,00 |

**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:**

Sistema de iluminação por LED com controle eletrônico de intensidade (dimmer) e ajuste de temperatura de cor;

Iluminância mínima de 38.000 lux a 1 metro ( $\pm 5\%$ ); Temperatura de cor ajustável entre 3.200 K e 4.500 K ( $\pm 200$  K); Vida útil mínima dos LEDs de 20.000 horas; Cúpula com diâmetro aproximado de 200 mm; Manopla removível e autoclavável; Alimentação elétrica bivolt automático (110/220 V); Sistema de emergência com bateria recarregável integrada (mínimo 4 horas); Base móvel com rodízios; Garantia mínima de 12 meses; Registro válido na ANVISA; Conformidade com normas técnicas aplicáveis; Apresentação obrigatória de catálogo/ficha técnica.

| ITEM | DESCRIÇÃO                                       | QTD | UND     | V. UNIT   | V. TOTAL  |
|------|-------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 18   | VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO | 1.0 | Unidade | 68.208,00 | 68.208,00 |

O equipamento deverá possuir, no mínimo: Modos VCV, PCV e PSV com backup para apneia; Frequência respiratória: 4 a 50 rpm; PEEP: 0 a 30 cmH<sub>2</sub>O; Pressão de suporte: 5 a 30 cmH<sub>2</sub>O; Pressão de pico mínima: 55 cmH<sub>2</sub>O; Relação I:E ajustável 1:1 a 1:10; Volume corrente compatível com adulto, pediátrico e neonatal; Monitorização gráfica (pressão, fluxo e volume); Exibição numérica mínima de parâmetros ventilatórios; Monitor de FiO<sub>2</sub> integrado; Alarmes audiovisuais configuráveis; Válvula de segurança contra sobrepressão; Autoteste ao ligar; Compatível com rede hospitalar de gases; Alimentação 90–264 VAC; Bateria interna mínima de 1 hora; Nobreak compatível; Monitor touchscreen ou equivalente; Pedestal móvel estável; Registro ativo na ANVISA; Garantia mínima de 12 meses; Apresentação de catálogo técnico comprobatório.

- 1.1. Ressalta-se que todos os demais itens, cláusulas e condições do Edital e seus anexos permanecem inalterados, não sendo afetados por esta retificação

**2. DA REABERTURA DO PRAZO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE

**Pedra Branca**

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



Considerando que as alterações promovidas nas especificações técnicas impactam diretamente na formulação das propostas, fica reaberto o prazo para apresentação das propostas, nos termos do art. 55, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

- 2.1. O prazo será integralmente reiniciado, sendo contado a partir da nova publicação do aviso de republicação do edital, observando-se o prazo mínimo legal aplicável à modalidade adotada, em conformidade com os princípios da isonomia, competitividade e publicidade previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

### 3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas, condições e disposições constantes no Edital e em seus anexos que não tenham sido expressamente modificadas por este Termo de Retificação, mantendo-se hígidas e plenamente válidas.

O Edital Consolidado, contendo as alterações ora promovidas, bem como seus anexos atualizados, encontram-se disponibilizados na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame, no Portal da Transparência do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em observância ao princípio da publicidade e ao disposto no art. 54 da Lei nº 14.133/2021.

Pedra Branca - CE, 04 de MARÇO de 2026.

FRANCISCO ALISON PEREIRA DOS SANTOS  
PREGOEIRO