



PREFEITURA DE
QUIXADÁ



ERRATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2026 -PE

1. OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA EM CASO DE FALHA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EUDÁSIO BARROSO, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.

2. DISPOSIÇÕES DA ERRATA:

A presente ERRATA tem por finalidade corrigir a especificação do ITEM 02 - LOCAÇÃO DE 01 ARCO CIRÚRGICO, constante no Lote Único do Anexo I – Termo de Referência e Anexo I.I – Estudo Técnico Preliminar, referente ao Pregão Eletrônico nº 10.001/2026 – PE.

A retificação ora publicada tem por objetivo corrigir erro material, de forma a assegurar às proponentes a correta interpretação das especificações técnicas, especialmente no que se refere a especificação correta do item garantindo a necessária precisão descritiva do objeto.

Ressalta-se que todas as demais disposições do Edital permanecem inalteradas, mantendo-se íntegra a estrutura procedimental inicialmente publicada.

ONDE LIA-SE:

(...)


ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

2. ESPECIFICAÇÕES E CUSTOS

LOTE - ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE ANESTESIA	12.0	Mês	R\$ 15.426,25	R\$ 185.115,00
Especificação: Inclui 1 vaporizador (sevoflurano ou isoflurano), absorvedor de CO ₂ com sistema de by-pass, visor LCD colorido, ventilador eletrônico pneumático, compatível com até 2 vaporizadores e monitores.Registro ANVISA: 80102510773 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
2	LOCAÇÃO DE 01 ARCO CIRÚRGICO	12.0	Mês	R\$ 15.506,13	R\$ 186.073,56
Especificação: Inclui 1 vaporizador (sevoflurano ou isoflurano), absorvedor de CO ₂ com sistema de by-pass, visor LCD colorido, ventilador eletrônico pneumático, compatível com até 2 vaporizadores e monitores.Registro ANVISA: 80102510773 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
3	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE ULTRASSOM	12.0	Mês	R\$ 14.062,50	R\$ 168.750,00
Especificação: Aplicações em obstetria, ginecologia, ecocardiografia fetal e adulta, vascular, pediatria, mama, músculo esquelético, urologia e medicina interna. Possui tela touch LED 10.1", monitor LED Full HD 21.5", sistema Windows 10, SSD 512 GB, 4 portas ativas para transdutores.Registro ANVISA: 81549250011 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
4	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELETROCIÚRGICA	12.0	Mês	R\$ 13.233,33	R\$ 158.799,96
Especificação: INCLUI 02 UNIDADES, Cada unidade contemplada por: 01 Bisturi elétrico com pedal duplo,01 software multilíngue,01 carrinho padrão, de uso universal. Itens inclusos: gerador EP300, pedal FS-D, cabo de força, carrinho. Registro ANVISA: uso universal COM instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
5	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	12.0	Mês	R\$ 39.500,00	R\$ 474.000,00



PREFEITURA DE
QUIXADÁ



Especificação: Com Monitor Médico: Tela LCD/LED de 21 a 32, resolução Full HD ou 4K, entradas HDMI/DVI/SDI, antirreflexo. Câmera Cirúrgica: Sensor CMOS ou CCD, resolução Full HD ou superior, cabeça autoclavável, zoom digital. Fonte de Luz: Xênon 300W ou LED de alta intensidade (>200.000 Lux), temperatura de cor 6000-7000k. Insuflador de CO²: Fluxo ajustável de 15 a 45 L/min, com controle de pressão e aquecimento opcional. Laparoscópio: Ótica rígida de 10 mm ou 5 mm, direção de visão 0°, 30° ou 45°, autoclavável a 134°C. Pinças Diversas: Tesouras, dissecadoras, Babcock, Maryland, porta-agulhas, todas autoclaváveis. Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha,

Valor total do lote R\$ 1.172.738,52 (um milhão, cento e setenta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

(...)

LEIA-SE AGORA:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

2. ESPECIFICAÇÕES E CUSTOS

LOTE - ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE ANESTESIA	12.0	Mês	R\$ 15.426,25	R\$ 185.115,00
Especificação: Inclui 1 vaporizador (sevoflurano ou isoflurano), absorvedor de CO ₂ com sistema de by-pass, visor LCD colorido, ventilador eletrônico pneumático, compatível com até 2 vaporizadores e monitores.Registro ANVISA: 80102510773 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
2	LOCAÇÃO DE 01 ARCO CIRÚRGICO	12.0	Mês	R\$ 15.506,13	R\$ 186.073,56
Especificação: Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos de cirurgia geral, ortopedia e neurologia (coluna). Arco com movimento vertical motorizado igual ou maior a 40 cm, movimento orbital de no mínimo 115 graus ou superior, angulação total de pelo menos 360 graus ou superior, distância da fonte ao intensificador de imagem de no mínimo 90 cm e profundidade de no mínimo 61 cm, espaço livre de no mínimo 70cm. Intensificador de imagem de no mínimo 20 x 20cm, com pelo menos dois campos de entrada. Monitor TFT ou LCD de, no mínimo, 17 polegadas ou superior, com resolução mínima de 1280 x 1024 pixels ou monitor único TFT ou LCD de no mínimo 25 polegadas com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels. Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem. Gerador com potência de 2,0 kW ou maior, tubo de raio X com anodo estacionário e ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6 mm e o maior igual ou menor a 1,6 mm e colimador. Colimação sem emissões de radiação. Capacidade térmica do anodo de, no mínimo, 50 kHU ou maior. Fluoroscopia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 6 mA ou maior. Modo Radiografia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 13 mA ou maior. Memória com recurso de retenção da última imagem adquirida, armazenamento de, no mínimo, 5 mil imagens. Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem a necessidade de se emitir radiação durante a rotação. Deve acompanhar o equipamento: saída USB integrados ao sistema e Interface DICOM 3.0 com no mínimo as modalidades Storage e Worklist.					
3	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE ULTRASSOM	12.0	Mês	R\$ 14.062,50	R\$ 168.750,00
Especificação: Aplicações em obstetrícia, ginecologia, ecocardiografia fetal e adulta, vascular, pediatria, mama, músculo esquelético, urologia e medicina interna. Possui tela touch LED 10.1", monitor LED Full HD 21.5", sistema Windows 10, SSD 512 GB, 4 portas ativas para transdutores.Registro ANVISA: 81549250011 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
4	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELETROCIRÚRGICA	12.0	Mês	R\$ 13.233,33	R\$ 158.799,96
Especificação: INCLUI 02 UNIDADES, Cada unidade contemplada por: 01 Bisturi elétrico com pedal duplo, 01 software multilíngue, 01 carrinho padrão, de uso universal. Itens inclusos: gerador EP300, pedal FS-D, cabo de força, carrinho. Registro ANVISA: uso universal COM instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
5	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	12.0	Mês	R\$ 39.500,00	R\$ 474.000,00
Especificação: Com Monitor Médico: Tela LCD/LED de 21 a 32, resolução Full HD ou 4K, entradas HDMI/DVI/SDI, antirreflexo. Câmera Cirúrgica: Sensor CMOS ou CCD, resolução Full HD ou superior, cabeça autoclavável, zoom digital. Fonte de Luz: Xênon 300W ou LED de alta intensidade (>200.000 Lux), temperatura de cor 6000-7000k. Insuflador de CO ² : Fluxo ajustável de 15 a 45 L/min, com controle de pressão e aquecimento opcional. Laparoscópio: Ótica rígida de 10 mm ou 5 mm, direção de visão 0°, 30° ou 45°, autoclavável a 134°C. Pinças Diversas: Tesouras, dissecadoras, Babcock, Maryland, porta-agulhas, todas autoclaváveis. Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha,					
Valor total do lote R\$ 1.172.738,52 (um milhão, cento e setenta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos)					

(...)



PREFEITURA DE
QUIXADÁ



ONDE LIA-SE:

(...)

ESTIMATIVA DA QUANTIDADES, E VALORES ESTIMADOS

LOTE - ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE ANESTESIA	12.0	Mês	R\$ 15.426,25	R\$ 185.115,00
Especificação: Inclui 1 vaporizador (sevoflurano ou isoflurano), absorvedor de CO ₂ com sistema de by-pass, visor LCD colorido, ventilador eletrônico pneumático, compatível com até 2 vaporizadores e monitores.Registro ANVISA: 80102510773 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
2	LOCAÇÃO DE 01 ARCO CIRÚRGICO	12.0	Mês	R\$ 15.506,13	R\$ 186.073,56
Especificação: Inclui 1 vaporizador (sevoflurano ou isoflurano), absorvedor de CO ₂ com sistema de by-pass, visor LCD colorido, ventilador eletrônico pneumático, compatível com até 2 vaporizadores e monitores.Registro ANVISA: 80102510773 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
3	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE ULTRASSOM	12.0	Mês	R\$ 14.062,50	R\$ 168.750,00
Especificação: Aplicações em obstetria, ginecologia, ecocardiografia fetal e adulta, vascular, pediatria, mama, músculo esquelético, urologia e medicina interna. Possui tela touch LED 10.1", monitor LED Full HD 21.5", sistema Windows 10, SSD 512 GB, 4 portas ativas para transdutores.Registro ANVISA: 81549250011 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
4	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELETROCIÚRGICA	12.0	Mês	R\$ 13.233,33	R\$ 158.799,96
Especificação: INCLUI 02 UNIDADES, Cada unidade contemplada por: 01 Bisturi elétrico com pedal duplo,01 software multilíngue,01 carrinho padrão, de uso universal. Itens inclusos: gerador EP300, pedal FS-D, cabo de força, carrinho. Registro ANVISA: uso universal COM instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
5	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	12.0	Mês	R\$ 39.500,00	R\$ 474.000,00
Especificação: Com Monitor Médico: Tela LCD/LED de 21 a 32,resolução Full HD ou 4K, entradas HDMI/DVI/SDI, antirreflexo. Câmera Cirúrgica: Sensor CMOS ou CCD, resolução Full HD ou superior, cabeça autoclavável, zoom digital. Fonte de Luz: Xênon 300W ou LED de alta intensidade (>200.000 Lux), temperatura de cor 6000-7000k. Insuflador de CO ₂ : Fluxo ajustável de 15 a 45 L/min, com controle de pressão e aquecimento opcional. Laparoscópio: Ótica rígida de 10 mm ou 5 mm, direção de visão 0°, 30° ou 45°, autoclavável a 134°C. Pinças Diversas: Tesouras, dissecadoras, Babcock, Maryland, porta-agulhas, todas autoclaváveis. Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
Valor total do lote R\$ 1.172.738,52 (um milhão, cento e setenta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos)					

(...)

LEIA-SE AGORA:

ESTIMATIVA DA QUANTIDADES, E VALORES ESTIMADOS

LOTE - ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE ANESTESIA	12.0	Mês	R\$ 15.426,25	R\$ 185.115,00
Especificação: Inclui 1 vaporizador (sevoflurano ou isoflurano), absorvedor de CO ₂ com sistema de by-pass, visor LCD colorido, ventilador eletrônico pneumático, compatível com até 2 vaporizadores e monitores.Registro ANVISA: 80102510773 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
2	LOCAÇÃO DE 01 ARCO CIRÚRGICO	12.0	Mês	R\$ 15.506,13	R\$ 186.073,56
Especificação: Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos de cirurgia geral, ortopedia e neurologia (coluna). Arco com movimento vertical motorizado igual ou maior a 40 cm, movimento orbital de no mínimo 115 graus ou superior, angulação total de pelo menos 360 graus ou superior, distância da fonte ao intensificador de imagem de no mínimo 90 cm e profundidade de no mínimo 61 cm, espaço livre de no mínimo 70cm. Intensificador de imagem de no mínimo 20 x 20cm, com pelo menos dois campos de entrada. Monitor TFT ou LCD de, no mínimo, 17 polegadas ou superior, com resolução mínima de 1280 x 1024 pixels ou monitor único TFT ou LCD de no mínimo 25 polegadas com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels. Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem. Gerador com potência de 2,0 kW ou maior, tubo de raios X com anodo estacionário e ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6 mm e o maior igual ou menor a 1,6 mm e colimador. Colimação sem emissões de radiação. Capacidade térmica do anodo de, no mínimo, 50 kHU ou maior. Fluoroscopia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 6 mA ou maior. Modo Radiografia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 13 mA ou maior. Memória com recurso de retenção da última imagem adquirida, armazenamento de, no					



PREFEITURA DE

QUIXADÁ

mínimo, 5 mil imagens. Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem a necessidade de se emitir radiação durante a rotação. Deve acompanhar o equipamento: saída USB Integrados ao sistema e Interface DICOM 3.0 com no mínimo as modalidades Storage e Worklist.					
3	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE ULTRASSOM	12.0	Mês	R\$ 14.062,50	R\$ 168.750,00
Especificação: Aplicações em obstetrícia, ginecologia, ecocardiografia fetal e adulta, vascular, pediatria, mama, músculo esquelético, urologia e medicina interna. Possui tela touch LED 10.1", monitor LED Full HD 21.5", sistema Windows 10, SSD 512 GB, 4 portas ativas para transdutores.Registro ANVISA: 81549250011 Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
4	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELETROCIRÚRGICA	12.0	Mês	R\$ 13.233,33	R\$ 158.799,96
Especificação: INCLUI 02 UNIDADES, Cada unidade contemplada por: 01 Bisturi elétrico com pedal duplo, 01 software multilíngue, 01 carrinho padrão, de uso universal. Itens inclusos: gerador EP300, pedal FS-D, cabo de força, carrinho. Registro ANVISA: uso universal COM instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
5	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	12.0	Mês	R\$ 39.500,00	R\$ 474.000,00
Especificação: Com Monitor Médico: Tela LCD/LED de 21 a 32, resolução Full HD ou 4K, entradas HDMI/DVI/SDI, antirreflexo. Câmera Cirúrgica: Sensor CMOS ou CCD, resolução Full HD ou superior, cabeça autoclavável, zoom digital. Fonte de Luz: Xênon 300W ou LED de alta intensidade (>200.000 Lux), temperatura de cor 6000-7000k. Insuflador de CO ² : Fluxo ajustável de 15 a 45 L/min, com controle de pressão e aquecimento opcional. Laparoscópio: Ótica rígida de 10 mm ou 5 mm, direção de visão 0°, 30° ou 45°, autoclavável a 134°C. Pinças Diversas: Tesouras, dissecadoras, Babcock, Maryland, porta-agulhas, todas autoclaváveis. Com instalação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e substituição imediata em caso de falha.					
Valor total do lote R\$ 1.172.738,52 (um milhão, cento e setenta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos)					

(...)

Desta forma, fica MANTIDA a abertura do certame para o dia 06 de fevereiro de 2026, às 09h00 (horário de Brasília), em conformidade com o disposto no art. 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. Registra-se que a presente errata tem caráter estritamente corretivo, limitando-se exclusivamente à correção da especificação do Item 02, permanecendo inalteradas as demais disposições do Edital e de seus anexos.

Quixadá/CE, 29 de janeiro de 2026.

Rilson Sousa de Andrade
Secretário e Ordenador de Despesas
Secretaria de Saúde