

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Aparelho de Raios X - Odontológico	316
Sinônimos Aparelho de Raios-x Odontológico, Raio-X Odontológico	
Classificação Médico Assistencial	
Definição e Aplicação Equipamento de uso odontológico, destinado à obtenção de radiografias odontológicas.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido R\$ 11.855,00 INSTALAÇÃO MODO DE OPERAÇÃO TENSÃO:COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL DIGITAL MÍNIMO 7MA	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - INSTALAÇÃO MODO DE OPERAÇÃO TENSÃO: Opção 1: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL DIGITAL MÍNIMO 7MA Opção 2: PAREDE COM BRAÇO CONVENCIONAL DIGITAL MÍNIMO 7MA Opção 3: PAREDE COM BRAÇO PANTOGRÁFICO DIGITAL MÍNIMO 7MA Opção 4: PORTÁTIL DIGITAL MÍNIMO 2,5MA Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes	



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Ar Condicionado	2569
Sinônimos	
Ar Condicionado	
Classificação	
Infraestrutura	
Definição e Aplicação	
Aparelho que trata o ar, regulando sua qualidade no que diz respeito às suas condições de temperatura.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 2.307,00	
TIPO CAPACIDADE CICLO: SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - TIPO CAPACIDADE CICLO: Opção 01: SPLIT 9000 A 12000 BTUs QUENTE E FRIO Opção 02: SPLIT 9000 A 12000 BTUs APENAS FRIO Opção 03: SPLIT 35000 A 51000 BTUs QUENTE E FRIO Opção 04: SPLIT 35000 A 51000 BTUs APENAS FRIO Opção 05: SPLIT 17000 A 30000 BTUs QUENTE E FRIO Opção 06: SPLIT 17000 A 30000 BTUs APENAS FRIO Opção 07: SPLIT ACIMA DE 51000 BTUs QUENTE E FRIO Opção 08: SPLIT ACIMA DE 51000 BTUs APENAS FRIO Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes	



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
TERMO CENTER ENEGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO LTDA	http://https://gree.com.br	(34)991433112

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Armário	2138
Sinônimos	
Armário	
Classificação	
Gerais	
Definição e Aplicação	
Armário móvel de aço ou madeira para guarda de materiais diversos.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 1.471,00	
MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA:AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04 20KG.	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
"Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo ""especificação técnica"" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - Material de confecção/Dimensões/Prateleiras/Capacidade mínima da prateleira: Opção 1: material em aço com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm com 03 ou 04 prateleiras capacidade mín. 20kg por prateleira; Opção 2: material em madeira ou similar com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm com 03 ou 04 prateleiras capacidade mín. 20kg por prateleira. Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor."	
Ambientes	



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
SISNACMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	http://www.sisnacmed.com.br	(11)21440808

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	10551
Sinônimos	
Autoclave Odontológica, Esterilizadora Odontológica, Autoclave Horizontal Odontológica	
Classificação	
Apoio	
Definição e Aplicação	
Autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 5.958,00	
MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE: DIGITAL ATÉ 25 LITROS	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas para cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:	
MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE:	
- Opção 1: DIGITAL ACIMA DE 46 LITROS	
- Opção 2: DIGITAL ATÉ 25 LITROS	
- Opção 3: DIGITAL DE 26 A 45 LITROS	
Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes	
Programa Estratégico / Componente	

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA	http://www.cristofoli.com	(44)35183400
DABI ATLANTE IND. MÉD ODONTOLÓGICOS	http://www.dabiatlante.com.br	(62)32218900
H. STRATTNER & CIA. LTDA.	http://www.strattner.com.br	(21)21211300
SANDERS DO BRASIL	http://www.sandersdobrasil.com.br	(35)34730056
STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA	http://www.stermax.com.br	(41)36682144

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Bomba de Infusão	407
Sinônimos Bomba de Infusão, Bomba Peristáltica para Administração da Medicamentos Enteral	
Classificação Médico Assistencial	
Definição e Aplicação Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1 ^	
Preço Sugerido R\$ 12.642,00 EQUIPO/KVO/BOLUS/ALARME/BATERIA:POSSUI/POSSUI/POSSUI/POSSUI/POSSUI	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas ^	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: EQUIPO/KVO/BOLUS/ALARME/BATERIA: Opção 1: POSSUI/POSSUI/POSSUI/POSSUI Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes v	
Programa Estratégico / Componente v	

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
BBRAUN	http://www.bbraun.com.br	(21)26023360
BIOSENSOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	http://www.biosensor.com.br	(19)34699100
CSE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	http://www.cseonline.com.br	(47)33291602
ENDO MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E CIENTÍFICOS LTDA	http://www.endomaster.com.br	(11)29711452
LIFEMED INDUSTRIAL EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS S.A	http://www.lifemed.com.br	(53)32733232
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
TERUMO BCT	http://https://www.terumobct.com/	(11)28992600

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Cadeira	759
Sinônimos	
Cadeira	
Classificação	
Gerais	
Definição e Aplicação	
Cadeira de uso geral, utilizada para acomodar pessoas.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 235,00	
MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - MATERIAL DE CONFECÇÃO/BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO: Opção 1: AÇO/ FERRO PINTADO/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/ESTOFADO; Opção 2: AÇO / FERRO PINTADO/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/POLIPROPILENO; Opção 3: AÇO /FERRO PINTADO/NÃO POSSUI/POSSUI/POSSUI/ESTOFADO; Opção 4: AÇO / FERRO PINTADO/NÃO POSSUI/POSSUI/POSSUI/POLIPROPILENO; Opção 5: AÇO /FERRO PINTADO/POSSUI/POSSUI/POSSUI/ESTOFADO. Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes	



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Câmara Escura Odontológica	10491
Sinônimos	
Câmara Escura de Revelação Odontológica	
Classificação	
Apoio	
Definição e Aplicação	
Equipamento utilizado para revelação de radiografias odontológicas.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1 ^	
Preço Sugerido	
R\$ 309,00	
ILUMINAÇÃO: POSSUI	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas ^	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - ILUMINAÇÃO: Opção 1: POSSUI Opção 2: NÃO POSSUI Para o processo licitatório, o proponente / conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ ou seu valor.	
Ambientes v	
Programa Estratégico / Componente v	

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Cardioversor	936
Sinônimos	
Cardioversor, Desfibrilador e Monitor de ECG	
Classificação	
Médico Assistencial	
Definição e Aplicação	
Equipamento utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 27.017,00	
COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPAROMEMÓRIA DE ECG: POSSUIMARCAPASSO MÓDULO DEA OXIMETRIA: NÃO POSSUI POSSUI NÃO POSSUI IMPRESSORA: POSSUIBATERIA: POSSUIPÁS INTERNAS: NÃO POSSUI	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: COMANDO NAS PÁS: Opção 1: CARGA E DISPARO MEMÓRIA DE ECG: Opção 1: POSSUI MARCAPASSO MÓDULO DEA OXIMETRIA: Opção 1: NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI Opção 2: NÃO POSSUI NÃO POSSUI POSSUI Opção 3: NÃO POSSUI POSSUI NÃO POSSUI Opção 4: NÃO POSSUI POSSUI POSSUI Opção 5: POSSUI POSSUI NÃO POSSUI Opção 6: POSSUI POSSUI POSSUI IMPRESSORA: Opção 1: POSSUI BATERIA: Opção 1: POSSUI PÁS INTERNAS: Opção 1: POSSUI Opção 2: NÃO POSSUI Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá	

descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
CMOS DRAKE DO NORDESTE	http://www.cmosdrake.com.br	(31)35473944
DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI	http://diversamed.com.br/	(62)985913635
HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	http://www.hatril.com.br	(61)33813700
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	http://www.indumed.com.br	(11)26264444
INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.	http://www.instramed.com.br	(51)30738228
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	http://www.healthcare.philips.com/br_pt/	(11)21250600
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	http://www.prolife.com.br	(11)50817190
STRYKER DO BRASIL LTDA.	http://www.stryker.com.br	(11)51892500
TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA	http://www.teb.com.br	(11)50188855
TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA.	http://www.transform.ind.br	(11)21143000

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Compressor Odontológico	3119
Sinônimos	
Compressor de ar Odontológico	
Classificação	
Apoio	
Definição e Aplicação	
Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 4.527,00	
CAPACIDADE RESERVATÓRIO POTÊNCIA CONSUMO: 30 A 39 L 1 A 1,5HP 6 A 7 PÉSISENTO DE ÓLEO: SIM	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - CAPACIDADE RESERVATÓRIO POTÊNCIA CONSUMO: Opção 1: 30 A 39 L 1 A 1,5HP 6 A 7 PÉS Opção 2: 40 A 49 L 1 A 2HP 7 A 8 PÉS Opção 3: 50 A 69 L 1,5 A 2,5HP 8 A 12 PÉS Opção 4: 70 A 100 L 2 A 2,5HP 12 PÉS - ISENTO DE ÓLEO: Opção 1: SIM Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes	



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Computador (Desktop-Básico)	2274
Sinônimos	
Desktop-Básico	
Classificação	
Gerais	
Definição e Aplicação	
É um computador de mesa que não realiza tarefas muito pesadas. Possui capacidade para assistir vídeo, abrir alguns programas, navegar na internet, conforme a quantidade de memória.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 4.136,00	
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projetos de investimentos, junto ao Ministério da Saúde, este item possui especificação e preço unitários previamente validados pelo Ministério da Saúde, não sendo permitidas alterações dessas informações na apresentação das propostas. Para as etapas relativas à aquisição do item, deverão ser seguidas as normativas pertinentes ao tema.	
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de	

chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Ambientes



Programa Estratégico / Componente



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Computador Portátil (Notebook)	10557
Sinônimos	
Laptop, Notebook.	
Classificação	
Gerais	
Definição e Aplicação	
É um computador portátil, que pode ser transportado.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 4.277,00	
O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB, interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projetos de investimentos, junto ao Ministério da Saúde, este item possui especificação e preço unitários previamente validados pelo Ministério da Saúde, não sendo permitidas alterações dessas informações na apresentação das propostas. Para as etapas relativas à aquisição do item, deverão ser seguidas as normativas pertinentes ao tema.	
O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB, interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED.	
O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria	

recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p).

Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Ambientes



Programa Estratégico / Componente



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Consultório Odontológico Portátil	10898
Sinônimos	
Consultório Odontológica Portátil, Consultório Portátil.	
Classificação	
Médico Assistencial	
Definição e Aplicação	
Cadeira odontológica portátil, acompanhada de itens como: sugador, compressor, refletor, seringa tríplice, banqueta, que serão utilizados para realizar procedimentos odontológicos.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1 ^	
Preço Sugerido	
R\$ 22.879,00	
Consultório odontológico portátil contendo: cadeira, sugador, compressor, refletor, seringa tríplice e banqueta.	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas ^	
Além da descrição básica, deve conter características e informações referentes à composição do item.	
Ambientes v	
Programa Estratégico / Componente v	

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DABI ATLANTE IND. MÉD ODONTOLÓGICOS	http://www.dabiatlante.com.br	(62)32218900

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Destilador de Água	2339
Sinônimos	
Destilador de Água, Desmineralizador.	
Classificação	
Apoio	
Definição e Aplicação	
Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1 ^	
Preço Sugerido	
R\$ 2.265,00	
CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas ^	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - CAPACIDADE: Opção 1: ATÉ 5 LITROS/HORA Opção 2: ACIMA DE 5 LITROS/HORA Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes v	
Programa Estratégico / Componente v	

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura Eletrocardiógrafo	Item 451
Sinônimos ECG, Eletrocardiograma	
Classificação Médico Assistencial	
Definição e Aplicação Eletrocardiógrafo é um equipamento projetado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e converte-a em registro gráfico.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1 Preço Sugerido R\$ 19.305,00 CANAIS COMUN COM COMPUT OPERAÇÃO CONECT IMPRESS DIRETA NO EQUIP TAXA AMOSTRAGEM ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL:12 POSSUI DIRETA NO CONSOLE POSSUI POSSUI A4 8000 P/S BIVOLT E BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL ATE 3KG	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: CANAIS COMUN COM COMPUT OPERAÇÃO CONECT IMPRESS DIRETA NO EQUIP TAXA AMOSTRAGEM ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL: OPÇÃO 1: 12 POSSUI DIRETA NO CONSOLE POSSUI POSSUI A4 8000 P/S BIVOLT E BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL ATE 3KG OPÇÃO 2: 3 POSSUI DIRETA NO CONSOLE POSSUI POSSUI A4 8000 P/S BIVOLT E BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL ATE 3KG OPÇÃO 3: 6 POSSUI DIRETA NO CONSOLE POSSUI POSSUI A4 8000 P/S BIVOLT E BATERIA LÍTIO RECARREGAVEL ATE 3KG Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item,	

compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	http://www.alfamed.com	(31)36816388
ARTMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	http://www.artmedical.net	(51)32313415
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	http://https://cardios.com.br	(11)987960966
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	http://www.cirurgicasaofelipe.com.br	(41)33541001
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	http://www.macrosul.com	(41)21028344
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
HILL-ROM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	http://www.hill-rom.com	(21)20252469
HW SISTEMAS - HEARTWARE LTDA	http://www.heartware.com.br	(31)34617226
INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.	http://www.instramed.com.br	(51)30738228
MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES LTDA	http://www.medmax.com.br	(11)41336300
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
NIHON KOHDEN BRASIL, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	http://https://br.nihonkohden.com	(11)30441700
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	http://www.healthcare.philips.com/br_pt/	(11)21250600
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	http://www.prolife.com.br	(11)50817190
TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA	http://www.teb.com.br	(11)50188855
TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA.	http://www.transform.ind.br	(11)21143000

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Esfigmomanômetro Adulto	10785
Sinônimos Esfigmomanômetro, Aparelho de Pressão Arterial, Medidor de Pressão Arterial, Tensiômetro	
Classificação Médico Assistencial	
Definição e Aplicação Equipamento utilizado para aferição, não invasiva, da pressão arterial.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1 ^	
Preço Sugerido R\$ 308,00	
TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON OU TECIDO DE ALGODÃO	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas ^	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: Opção 1: ANALÓGICO/NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO Opção 2: DIGITAL DE MESA/NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO Opção 3: DE PAREDE/VISOR LUMINESCENTE/MOVIMENTO BILATERAL/PORTA BRAÇADEIRA Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes v	
Programa Estratégico / Componente v	

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
HALMA SAÚDE E ÓTICA DO BRASIL- IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	http://www.halma.com	(11)43026050
MACROSUL LTDA		(41)21028344

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura Impressora Laser (Comum)	Item 10896
Sinônimos Impressora	
Classificação Gerais	
Definição e Aplicação Equipamento utilizado para impressão.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1 ^	
Preço Sugerido R\$ 3.449,00	
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas ^	
Este equipamento possui especificação e preço unitário previamente validados pelo Ministério da Saúde e não serão permitidas alterações. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	
Ambientes v	
Programa Estratégico / Componente v	

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Laringoscópio Adulto	11248
Sinônimos Laringoscópio, Visualizador de Laringe, Laringo	
Classificação Médico Assistencial	
Definição e Aplicação Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido R\$ 1.508,00 - TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS:FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RETAS AÇO INOXIDÁVEL	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
*Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo especificação técnica disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - TIPO ILUMINAÇÃO NÚMERO DE LÂMINAS: Opção 1: CONVENCIONAL HALÓGENA - XENON 03 LÂMINAS CURVAS Opção 2: CONVENCIONAL HALÓGENA - XENON 03 LÂMINAS RETAS Opção 3: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS CURVAS AÇO INOXIDÁVEL Opção 4: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RETAS AÇO INOXIDÁVEL Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes	



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	http://www.macrosul.com	(41)21028344
MACROSUL LTDA		(41)21028344
PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.	http://protec.com.br/	(11)31329899

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Mesa para Computador	2098
Sinônimos	
Mesa para Desktop, Mesa para PC	
Classificação	
Gerais	
Definição e Aplicação	
Móvel utilizado para alocar computadores do tipo desktop (mouse, teclado, monitor e CPU).	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 340,00	
- MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: - MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS: Opção 1: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS Opção 2: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR DE 03 A 04 GAVETAS Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.	
Ambientes	
Programa Estratégico / Componente	

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
Não há empresas habilitadas para esse item até o momento		
O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br		

Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Monitor Multiparâmetros	673
Sinônimos	
Monitor Multiparamétrico, Monitor de Sinais Vitais, Monitor Parâmetros Básicos, Monitor de Triage	
Classificação	
Médico Assistencial	
Definição e Aplicação	
Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal.	
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.	
Ver Especificação Sugerida 1	
Preço Sugerido	
R\$ 16.793,00	
PARÂMETROS TPO E TAMANHO DO MONITOR SUPORTE PARA MONITOR:ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 10' A 12'/COM SUPORTE	
Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas	
Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir: PARÂMETROS TPO E TAMANHO DO MONITOR SUPORTE PARA MONITOR Opção 1: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 10' A 12'/COM SUPORTE; Opção 2: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP ESTRUTURA MISTA OU MODULAR DE 10' a 12' COM SUPORTE; Opção 3: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP ESTRUTURA MISTA OU MODULAR DE 13' A 20' COM SUPORTE; Opção 4: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 13' A 20'/COM SUPORTE; Opção 5: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 7' A 10'/COM SUPORTE; Opção 6: SPO2, PNI, TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 7' A 10'/COM SUPORTE; e Opção 7: SPO2, PNI, TEMP/ ESTRUTURA MISTA OU MODULAR DE 7' A 10'/COM SUPORTE.	

Para o processo licitatório, o proponente/conveniente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	http://www.airliquidehealthcare.com.br	(11)55098471
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	http://www.alfamed.com	(31)36816388
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA.	http://www.macrosul.com	(41)21028344
DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI	http://diversamed.com.br/	(62)985913635
DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.draeger.com	(11)46894900
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	http://www.fmc-ag.com.br/	(11)25041400
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	http://www3.gehealthcare.com.br/	0800122345
IDIS2GO TELEMEDICINA COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	http://https://www.idis2go.com.br	(31)988803238
INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.	http://www.instramed.com.br	(51)30738228
JG MORIYA	http://jgmoriya.com.br/	(11)29149716
LIFEMED INDUSTRIAL EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS S.A	http://www.lifemed.com.br	(53)32733232
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	http://medsupplies.com.br	(11)963006452
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	http://www.mindray.com/pt/index.html	(11)36721443
NIHON KOHDEN BRASIL, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	http://https://br.nihonkohden.com	(11)30441700
OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	http://www.olidef.com.br	(16)39199350
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	http://www.healthcare.philips.com/br_pt/	(11)21250600
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	http://www.prolife.com.br	(11)50817190
R&D MEDIQ - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		(11)31329899
Tekmarket Indústria, Comércio e Serviços Ltda	http://www.tothlifecare.com	(51)981839161

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br



PREFEITURA DE
Caririaçu
Por nossa terra, por nossa gente.

Nota Técnica

Pesquisa de preços Nº 202512230002



Unidade responsável
Fundo Municipal de Saude
Prefeitura Municipal de Caririaçu



Chave de Acesso
17f4a5cb-a85c-4ea6-aad7-30594597964f



Data da Finalização
29/12/2025



Responsável
Bernardino Bezerra Neto



Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:
http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=17f4a5cb-a85c-4ea6-aad7-30594597964f

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **Aquisição de equipamentos e materiais permanentes** para a área da saúde, destinados ao Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho e às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Caririaçu/CE..

Considerando que a presente aquisição se justifica pela **necessidade de fortalecer a estrutura física, tecnológica e assistencial** das unidades de saúde do Município de Caririaçu/CE, assegurando melhores condições de trabalho às equipes multiprofissionais e ampliando a qualidade, a resolutividade e a segurança dos serviços prestados à população.

Considerando que no âmbito da **Atenção Básica**, especialmente nos **consultórios odontológicos das UBS urbanas e rurais**, os equipamentos previstos permitirão a adequada execução das ações de **saúde bucal**, garantindo ambientes compatíveis com as normas sanitárias vigentes, com destaque para a esterilização de materiais, diagnóstico, conforto térmico e informatização dos atendimentos. Tal investimento é essencial para a ampliação do acesso, humanização do cuidado e redução de riscos à saúde de usuários e profissionais.



Considerando que quanto ao **Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho**, a aquisição dos equipamentos destinados aos setores de **urgência e emergência** possibilitará o fortalecimento da capacidade de resposta da unidade frente a situações críticas, como atendimentos a pacientes politraumatizados, paradas cardiorrespiratórias e outras intercorrências de média e alta complexidade. Equipamentos como cardioversor, monitor multiparâmetros, eletrocardiógrafo, bomba de infusão e laringoscópio são imprescindíveis para a estabilização e monitoramento seguro dos pacientes.

Ressalte-se que os itens a serem adquiridos constam em **propostas formalmente aprovadas pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde**, com recursos assegurados por **Emendas Parlamentares**, atendendo às diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como às políticas públicas de fortalecimento da rede assistencial municipal.

Dessa forma, a contratação mostra-se **necessária, oportuna e de relevante interesse público**, contribuindo diretamente para a melhoria dos indicadores de saúde, a eficiência da gestão pública e a garantia do direito constitucional à saúde da população de Caririáçu/CE.

II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado


Para a definição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros conforme IN SEGES/ME nº 65/2021:

- **Artigo 5º, Inciso IV:** pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.



Distribuição dos Parâmetros Utilizados



A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços, oferecendo maior confiabilidade ao processo.

2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oficiais de preços e contratações públicas similares para a definição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oficiais de preços, como o Painel de Preços e o banco de preços em saúde, não apresentaram informações suficientemente representativas ou atualizadas para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às necessidades técnicas e especificidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e exequibilidade das propostas.

2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores

Para garantir um levantamento de preços confiável e atualizado, foram realizadas cotações junto a zero fornecedores especializados no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justificativas para a escolha de cada um:

Fornecedor	Apresentou proposta	Data envio	Data proposta	Justificativa para escolha
------------	---------------------	------------	---------------	----------------------------

Justificativa Adicional:


- A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade



comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e atualizadas.

- Nenhuma empresa forneceu dados consistentes para esta análise.

Este gráfico ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores ao levantamento realizado.



2.4. Consideração do mínimo de três cotações

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

Item 1 - Computador Portátil (Notebook)

ESPECIFICAÇÃO:

Computador Portátil (Notebook)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MÍNIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
4,00	Unidade	1	0,00	0,00%	4.277,00	4.277,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
1,1	--	Comprovante		29/12/2025	4.277,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062006		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	



Item 2 - Computador Desktop (Básico)

ESPECIFICAÇÃO:

Computador Desktop (Básico)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	1	0,00	0,00%	4.136,00	4.136,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
2.1	--	Comprovante		29/12/2025	4.136,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062007		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	

Item 3 - Impressora Laser (Comum)

ESPECIFICAÇÃO:

Impressora Laser (Comum)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
6,00	Unidade	1	0,00	0,00%	3.449,00	3.449,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
3.1	--	Comprovante		29/12/2025	3.449,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062008		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	

Item 4 - Cadeira

ESPECIFICAÇÃO:

Cadeira

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
6,00	Unidade	1	0,00	0,00%	235,00	235,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
4.1	--	Comprovante		29/12/2025	235,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062009		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	

Item 5 - Mesa para Computador

ESPECIFICAÇÃO:

Mesa para Computador

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
3,00	Unidade	1	0,00	0,00%	340,00	340,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
5.1	--	Comprovante		29/12/2025	340,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062010		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	

Item 6 - Armário

ESPECIFICAÇÃO:

Armário

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.471,00	1.471,00



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
6.1	--	Comprovante	29/12/2025	1.471,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	
10062011		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Exequível	

Item 7 - Aparelho de Ar-Condicionado

ESPECIFICAÇÃO:

Aparelho de Ar-Condicionado

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
5,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.307,00	2.307,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
7.1	--	Comprovante			29/12/2025	2.307,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
10062012		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE				Exequível

Item 8 - Compressor Odontológico

ESPECIFICAÇÃO:

Compressor Odontológico

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	1	0,00	0,00%	4.527,00	4.527,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
8.1	--	Comprovante			29/12/2025	4.527,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
10062013		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE				Exequível

Item 9 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75L)

ESPECIFICAÇÃO:

Autoclave Horizontal de Mesa (até 75L)

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
2,00	Unidade	1	0,00	0,00%	5.958,00	5.958,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
9.1	--	Comprovante			29/12/2025	5.958,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
10062014		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE				Exequível

Item 10 - Destilador de Água

ESPECIFICAÇÃO:

Destilador de Água

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	2.265,00	2.265,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
10.1	-- -	Comprovante			29/12/2025	2.265,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
10062015		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE				Exequível



Item 11 - Câmara Escura Odontológica

ESPECIFICAÇÃO:

Câmara Escura Odontológica

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	309,00	309,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
11.1	-- -	Comprovante		29/12/2025	309,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062016		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	

Item 12 - Consultório Odontológico Portátil

ESPECIFICAÇÃO:

Consultório Odontológico Portátil

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	22.879,00	22.879,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
12.1	-- -	Comprovante		29/12/2025	22.879,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062017		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	

Item 13 - Aparelho de Raios X Odontológico

ESPECIFICAÇÃO:

Aparelho de Raios X Odontológico

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	11.855,00	11.855,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
13.1	-- -	Comprovante		29/12/2025	11.855,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062018		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	

Item 14 - Cardioversor

ESPECIFICAÇÃO:

Cardioversor

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	27.017,00	27.017,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO	
14.1	-- -	Comprovante		29/12/2025	27.017,00	
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062019		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	

Item 15 - Monitor Multiparâmetros

ESPECIFICAÇÃO:

Monitor Multiparâmetros

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	16.793,00	16.793,00



PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
15.1	--	Comprovante	29/12/2025	16.793,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO
10062020		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		Exequível

Item 16 - Bomba de Infusão

ESPECIFICAÇÃO:

Bomba de Infusão

QUANTIDADE		UNIDADE		PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00		Unidade		1	0,00	0,00%	12.642,00	12.642,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA				FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
16.1	--	Comprovante					29/12/2025	12.642,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR						CLASSIFICAÇÃO
10062021		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE						Exequível

Item 17 - Laringoscópio Adulto

ESPECIFICAÇÃO:

Laringoscópio Adulto

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	1.508,00	1.508,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
17.1	-- -	Comprovante			29/12/2025	1.508,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
10062022		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE				Exequível

Item 18 - Esfigmomanômetro Adulto

ESPECIFICAÇÃO:

Esfigmomanômetro Adulto

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	308,00	308,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
18.1	-- -	Comprovante			29/12/2025	308,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR			CLASSIFICAÇÃO	
10062023		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Exequível	

Item 19 - Eletrocardiógrafo

ESPECIFICAÇÃO:

Eletrocardiógrafo

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS	D. PADRÃO (R\$)	C. V.	REL. MINIMO (R\$)	REL. MÁXIMO (R\$)
1,00	Unidade	1	0,00	0,00%	19.305,00	19.305,00
PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA		FONTE		DATA PRATICADA	PREÇO
19.1	--		Comprovante		29/12/2025	19.305,00
IDENTIFICAÇÃO		FORNECEDOR				CLASSIFICAÇÃO
10062024		00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE				Exequível


Esta tabela reflete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos



valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.

Distribuição dos tratamentos de preços coletados



IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de **média aritmética** em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre os valores.

- **Média aritmética:** Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa confiável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eficiência e economicidade.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. Memória de cálculo



ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 - Computador Portátil (Notebook)	4,0	Média	4.277,00	17.108,00
2 - Computador Desktop (Básico)	5,0	Média	4.136,00	20.680,00
3 - Impressora Laser (Comum)	6,0	Média	3.449,00	20.694,00
4 - Cadeira	6,0	Média	235,00	1.410,00
5 - Mesa para Computador	3,0	Média	340,00	1.020,00
6 - Armário	1,0	Média	1.471,00	1.471,00
7 - Aparelho de Ar-Condicionado	5,0	Média	2.307,00	11.535,00
8 - Compressor Odontológico	2,0	Média	4.527,00	9.054,00
9 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75L)	2,0	Média	5.958,00	11.916,00
10 - Destilador de Água	1,0	Média	2.265,00	2.265,00
11 - Câmara Escura Odontológica	1,0	Média	309,00	309,00
12 - Consultório Odontológico Portátil	1,0	Média	22.879,00	22.879,00
13 - Aparelho de Raios X Odontológico	1,0	Média	11.855,00	11.855,00
14 - Cardioversor	1,0	Média	27.017,00	27.017,00
15 - Monitor Multiparâmetros	1,0	Média	16.793,00	16.793,00
16 - Bomba de Infusão	1,0	Média	12.642,00	12.642,00
17 - Laringoscópio Adulto	1,0	Média	1.508,00	1.508,00
18 - Esfigmomanômetro Adulto	1,0	Média	308,00	308,00
19 - Eletrocardiógrafo	1,0	Média	19.305,00	19.305,00

5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de **R\$ 209.769,00 (duzentos e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais)**.

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, reflete uma estimativa alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado em valores justos e realistas.

Certifica-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eficiente e em conformidade com o interesse público.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: BERNARDINO BEZERRA NETO, matrícula nº 2153.

Caririaçu, 29 de dezembro de 2025

BERNARDINO BEZERRA NETO
Responsável Pelo Pesquisa



PREFEITURA DE
Caririaçu
Por nossa terra, por nossa gente.